

Mogilno, dnia 13.01.2022r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego

dotyczy : "Dostawa narzędzi laparoskopowych"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:

Pytanie 1:

Poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na elektrodę dł. 330 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania instrumentarium laparoskopowe o następujących parametrach:

Opis	Ilość
kaniula insuflacyjna typu Veress, śr. 2,1 mm, dł. 150 mm	2
nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe, rozbieralne, 4 częściowe, wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm , dł. 310 mm	2
kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm	2
kleszczyki chwytające płucne typu Nelson, z małymi zębami, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm	2
kleszczyki uniwersalne, chwytające okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą śr. 5 mm, dł. 310 mm	2
uniwersalne kleszcze, rowkowane, z atraumatycznym uzębieniem, obie szczęki ruchome, rozbieralne, 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą śr. 5 mm, dł. 310 mm	2
Elektroda monopolarna do laparoskopii, haczyk typu L, średnica 5 mm, wtyk 4mm, bez ssaka, dł. 330 mm	2
tuleja redukcyjna do troakarów laparoskopowych ze średnicy otworu 10,0 mm do 5,5 mm	2
igła punkcyjna z elementem przerywającym obsługiwanym palcem, dystalna średnica końcówki roboczej 2 mm z przyłączem typu Luer-Lock, śr. 5 mm, dł. 330 mm	2
kosz stalowy perforowany z uchwytem i nóżkami o wymiarach 406x253x56 mm	2
mata silikonowa o wymiarach 402 mm x 250 mm	2
hak brzuszny typu Denis-Browne składający się z ramy o wymiarach 175x150 mm dwóch łyżek o wymiarach 40x30 mm i dwóch łyżek o wymiarach 40x40 mm	1

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw trokarów z nieznacznymi różnicami cech, wskazanymi w poniższej propozycji zestawu :

L.p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość
	1	2	3
1	Igła insuflacyjna Veress, dł. 15cm.	szt	2
2	Nożyczki monopolarne Metzenbaum, delikatnie zakrzywione, dł. ostrza 15mm oba ostrza ruchome, dł. 33cm, śr. 5mm, składający się z trzech rozbielalnych części (rączka bezblokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy)	szt	2
3	Preparator laparoskopowy monopolarny wielorazowy Maryland, dł. 33cm, śr. 5mm, składający się z trzech rozbielalnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy)	szt	2
4	Kleszcze chwytające monopolarne typ Claw, 2x3 zęby, gładkie wewnątrz, jedno ramie ruchome, dł. 33cm, śr. 5mm, składający się z trzech rozbielalnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy)	szt	2
5	Kleszcze chwytające z okienkiem monopolarne typ Johans, dwie części ruchome, dł. 33cm, śr. 5mm, składający się z trzech rozbielalnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy)	szt	2
6	Kleszcze chwytające monopolarne z głębokimi, długimi falowanymi szczękami, obie szczęki ruchome, dł. 33cm, śr. 5mm, składający się z trzech rozbielalnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy)	szt	2
7	Elektroda monopolarna do laparoskopii, haczyk typ L, średnica 5mm, dł. 330 mm	szt	2
8	Zacisk redukcyjny do wszystkich rękawów modułowych trokarów, 11/5,5mm	szt	2
9	Rurka do wstrzykiwania i klucia, śr. końcówki, śr. 5mm, dł. 330mm	szt	2
10	Kosz ze stali nierdzewnej z blachy perforowanej z uchwytami, do sterylizacji i kontenera, dł. 380 mm, szer. 240 mm, wys. 70mm	szt	2
11	Mata silikonowa, szer. 380mm, dł. 230mm	szt	2
12	Hak brzuszny Denis-Browne, koło, komplet: koło 178x140 mm, łyżki 40x30- 2szt., 40x40mm- 2szt.	szt	1

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds.
Organizacyjno- Technicznych
Jarosław Głowacki
/podpis na oryginale/