



Wrocław, 30 marca 2020r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do posiewu krwi i płynów ustrojowych oraz diagnostyki molekularnej sepsy wraz z najmem analizatorów przez okres 24 miesięcy” - znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.19.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej SIWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aktualizacji modułu LSI w punkcie 29 załącznika 2A oraz w rozdziale „Wymagania dotyczące aktualizacji modułu LSI (zakres)” w ramach:

1. Rozbudowy działającego w Pracowni Mikrobiologii systemu Centrum.
2. Aktualizacji i archiwizacji użytkowanego przez Zamawiającego systemu Centrum.
3. Rozszerzenia integracji systemu Centrum z użytkowanym przez Zamawiającego systemem HIS.

z uwagi na bardzo wysokie koszty tej rozbudowy, aktualizacji i integracji, które wynoszą ok 25% w stosunku do wartości całego pakietu?

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe pytanie, to czy Zamawiający odstąpi od Wymagań szczegółowych dotyczących procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez wykreślenie punktu nr 29 w Załączniku 2A - „Wymagania dotyczące aparatu i podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych:” oraz punktu 1, 2 i 3 w Załączniku 2A - „Wymagania dotyczące aktualizacji modułu LSI (zakres)”.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania zestawu komputera sterującego (stacji roboczej) o parametrach podanych w załączniku 2B do SIWZ i wyrazi zgodę na zaoferowanie komputera Fujitsu D538 Core i3-9100 8GB SSD 256GB M.2 DVD SM Win10Pro, Core i3-9100, 1x8GB DDR4-2666, DVD SM, SSD PCIe 256GB M.2 NVMe, KB410 USB BLACK US, License - Win 10 Pro, Load Win10Pro64 MAIN+Office 1mth Trial, RDVD Windows 10 Pro (64) WW, Optical USB mouse black,+ dodatkowa karta 2xRS232 Manhattan + Monitor Philips 23.6" 243V5LSB LED DVI Czarny (przekątna: 23.6 cali, rozdzielczość nominalna:1920 x 1080 (Full HD) piksele, obszar aktywny:521 x 293 mm, format obrazu: 16:9, rodzaj podświetlenia: LED, częstotliwość odświeżania: 60 Hz, porty wejścia/wyjścia: 1 x D-Sub 15-pin)? Taka konfiguracja jest w zupełności wystarczająca do rutynowej pracy w laboratorium.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania drukarki sieciowej o parametrach podanych w załączniku 2B do SIWZ i wyrazi zgodę na zaoferowanie drukarki o poniższych parametrach:

Przeznaczenie do druku: tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia: jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku: laserowa monochromatyczna
format: A4

szybkość procesora: 1200 MHz
miesięczne obciążenie: do 80000 stron
standardowa pamięć: 256 MB
poziom hałasu: max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono
1200x1200 dpi (W czerni (best): HP FastRes1200 (maks. 4800 × 600 dpi); Technologia: HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600 dpi)

szybkość drukowania mono, do 38 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony do 8,8 sekund

automatyczny druk dwustronny tak

ilość podajników w standardzie: 2

podajnik na pojedyncze arkusze: tak

obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 100 x 150 mm, Oficio, kartki pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS), koperty (DL, C5, B5)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN: tak

wireless - druk przez WiFi nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne:

USB (2.0 Hi-Speed), USB Host

Ethernet (10/100/1000 BASE-T0)

drukowanie z chmury tak (Google Cloud Print)

drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Apple AirPrint; HP ePrint; Aplikacja HP Smart; Aplikacje mobilne; Certyfikat Mopria; Obsługa funkcji ROAM do łatwego drukowania)

Taka konfiguracja jest w zupełności wystarczająca do rutynowej pracy w laboratorium.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści klimatyzator o standardowym zakresie temperatur 18-30 st. C?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający może podać jakie wymiary posiada pomieszczenie, w którym ma być instalowany klimatyzator?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Pomieszczenie, w którym ma być instalowany klimatyzator ma pow. 25 m².

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w pozycji 6 formularza cenowego w kolumnie „Nazwa asortymentu” którą stanowią odczynniki do diagnostyki molekularnej przez pojęcie mechanizmy oporności, rozumie wykrycie genów mechanizmów oporności ?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak.

Pytanie nr 8:

Dotyczy kolumny „Nazwa asortymentu”, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do wykrywania patogenów bez możliwości wykrywania genu oporności VRE ?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Dotyczy formularza cenowego – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny pn. „numer katalogowy” w celu lepszej identyfikacji produktu podczas składania zamówień?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający modyfikuje w tabeli w załączniku nr 2 nazwę kolumny: „Termin ważności min 6 miesięcy” i otrzymuje ona brzmienie: „Termin ważności min 6 miesięcy / Numer katalogowy”

Pytanie nr 10:

Dotyczy pozycji nr 5 i 6 formularza cenowego - Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z etykietą na opakowaniu w języku angielskim, zawierającą zharmonizowane symbole i rozpoznawalne kody? Uzasadnienie: Ustawodawca zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) dopuszcza, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Dotyczy analizatora do wieloparametrowego PCR - Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu konieczności zapewniania niezbędnych przeglądów okresowych? Oferowany analizator zgodnie z zaleceniami producenta nie wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych. Aparat ten wykonują serię automatycznych testów kontrolnych przed każdym rozpoczęciem analizy. W przypadku, gdy jakkolwiek parametr wykracza poza określoną specyfikację, sygnalizowana jest awaria. W rzadkich przypadkach błędu aparatu lub oprogramowania kontrole zostaną unieważnione, a Użytkownik zostanie powiadomiony o problemie.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 (dot. istotnych postanowień umowy):

§1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie dni (min. 1 dzień, max 3 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer....., potwierdzonego faxem na numer lub emailem:”?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie zamówień przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w §1 ust. 3 i zapis otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie dni (min. 1 dzień, max 3 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer....., potwierdzonego faxem na numer lub emailem:”

Pytanie nr 13 (dot. istotnych postanowień umowy):

§1 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: analitka@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 437. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie <http://www.datum.pl/> w zakładce DATA-FARM). W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT w sposób podany powyżej, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres:”?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w §1 ust. 4 zaczynający się od słów: „Oprócz oryginału..” i zapis otrzymuje brzmienie: „4a. Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 3 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: analitka@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 437 lub skan (format PDF) za pośrednictwem maila na adres: Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie <http://www.datum.pl/> w zakładce DATA-FARM).”

Pytanie nr 14 (dot. istotnych postanowień umowy):

§1 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §10, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminiedni (min. 1 dzień, max 3 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr i e-mailem na adres:”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w §1 ust. 7 i zapis otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §10, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminiedni (min. 1 dzień, max 3 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr i fax lub mailem na adres:”.

Pytanie nr 15 (dot. istotnych postanowień umowy):

§1 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je e-mailem z tego dnia.”?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w §1 ust. 8 i zapis otrzymuje brzmienie: „Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem / e-mailem z tego dnia.”

Pytanie nr 16 (dot. istotnych postanowień umowy):

§1 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 4 dni roboczych od wezwania drogą telefoniczną pod nr i e-mailem na adres: pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w §1 ust. 10 i zapis otrzymuje brzmienie: „Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 4 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr i faxem / e-mailem na adres: pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Pytanie nr 17 (dot. istotnych postanowień umowy):

§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzeń do 21 dni począwszy od daty podpisania umowy? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę sprzętu do 21 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie siedmiodniowego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w §3 ust. 3 i zapis otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia opisanego w §10 umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemny harmonogram

dostawy urządzeń Kierownikowi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. Przedmiotowy harmonogram po zatwierdzeniu winien być przekazany do Sekcji Sprzętu Medycznego - tel. 261 660 128 (462) (468), celem właściwej realizacji. Termin dostawy urządzenia należy ustalić z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 660 128 (462) (468). Osobami upoważnionymi do odbioru urządzenia są - Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tel. 261 660 437, pracownik Pracowni Mikrobiologii 261 660 626 oraz pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 660 128 (462) (468)”.

Pytanie nr 18 (dot. istotnych postanowień umowy):

§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wraz z przekazaniem urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniami w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB) opisy, warunki techniczne i instrukcje wymienione w punktach dotyczących urządzeń, a także warunki technicznej eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, war. klimatyczne, itp.) oraz karty charakterystyki odczynników i instrukcje BHP w formie zalaminowanej. Wykonawca zobowiązany jest również przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej niezbędne licencje do pracy dostarczonych urządzeń pod rygorem odstąpienia od umowy – jeżeli dotyczy. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udostępni adres całodobowej i bezpłatnej strony internetowej:, na której znajdują się wymagane dokumenty”.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 (dot. istotnych postanowień umowy):

§5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Naprawy bieżące urządzenia wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. i potwierdzi jednocześnie emailem na adres: Czas naprawy wynosi dodni (min. 1 dzień, max 7 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty zgłoszenia.”?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w §5 ust. 3 i zapis otrzymuje brzmienie: „Naprawy bieżące urządzenia wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer i potwierdzi jednocześnie faxem na numer lub emailem na adres: Czas naprawy wynosi do dni (min. 1 dzień, max 7 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty zgłoszenia.”

Pytanie nr 20 (dot. istotnych postanowień umowy):

§8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 3, § 6 ust. 3, jako termin dostawy każdorazowego zamówienia lub gdy z innych przyczyn nie jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń (w szczególności z przyczyn i w terminach wymienionych w § 5 ust. 4 i 5), Wykonawca zobligowany jest do pomocy w skorzystaniu z usług podmiotu trzeciego lub zakupu i dostarczenia w terminie 3 dni od wezwania faksem odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamyh oznaczeń na innym analizatorze lub/i inną metodą) na analizatorze wskazanym przez Zamawiającego w ilości oznaczeń wynikających z umowy z zastrzeżeniem, że ewentualnie zwiększona cena tak zakupionego towaru obciąża Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 (dot. istotnych postanowień umowy):

§9 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 5% niezrealizowanej części ceny brutto gwarantowanej wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,”?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 (dot. istotnych postanowień umowy):

§9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia nie może przekroczyć wysokości kary za odstąpienie od umowy.”?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).