



SZPITAL SPECJALISTYCZNY


w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat
Centrala
Fax
e-mail:

67 210 62 05
67 210 66 66
67 212 40 85
kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 20.01.2025 roku

FZP.III-241/104/24

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**SPRZĘT MEDYCZNY J.U.**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Pytanie dot. Zadania Nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Maski tlenową z rezerwuarem o pojemności 1 000 cm³ z zastawką jednokierunkową, maska wykonana z przezroczystego PVC, posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą; dren tlenowy o długości 200 cm wyposażony w uniwersalne łączniki, odporny na złamania, przekrój gwiazdkowy, obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie indywidualne: woreczek do dializy; rozmiary: dla dzieci (S, M), dla dorosłych (L, XL); nie zawiera lateksu i ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 12 poz. 9 Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego zawierający: igła Tuohy 18G/90 mm; cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z poliuretanu typu SOFT z miękką końcówką, długość 100 cm, koniec cewnika zamknięty, trzy otwory boczne, posiadający czytelne znaczniki, strzykawka niskooporowa L.O.R o pojemności 10 ml, prowadnik, konektor, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, oznakowanie na powierzchni igły ułatwiające ocenę głębokości jej wkłucia. Dodatkowo mocowanie do stabilizacji cewników epiduralnych z możliwością wglądu w miejsce wkłucia, bez twardych i plastikowych elementów i zapięć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 15 dla „Zestaw przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą ...” z przetwornikiem i linią ciśnieniową o długość 120 cm + kranik + linia ciśnieniowa o długość 30 cm (długość całkowita 150 cm); bez barwnych oznaczeń kolorystycznych, w komplecie wymienne koreczki. Zestaw kompatybilne z posiadanymi przez szpital kablami z wtykiem telefonicznym (typu Abbott) do monitorów Mindray

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4.

Pytanie 1: Zadanie 33 Czy Zamawiający dopuści łyżki mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5.

Zadanie nr 81 Czy Zamawiający dopuści igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem neurostymulatora za szlifem 17^o w rozmiarze 20G x50mm?

Odpowiedź: Nie. Pytanie nie dotyczy zadania 81

Pytanie nr 6.

dot. zadania nr 49 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania okularków w następujących rozmiarach:

Small – 26 - 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7.

dot. zadania nr 49 Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania dotyczące nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %?. Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 8.

dot. zadania 49 Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników badań okularów na przenikanie fal świetlnych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 9.

zadania nr 49 Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okulary posiadały wkłęcia od strony oczodołów, co umożliwi fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 10.

dot. zadania nr 49 Czy Zamawiający wymaga aby okulary składały się z dwóch niezależnych części oraz posiadały dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 11.

dot. zadania nr 49 Czy Zamawiający wymaga aby ochronnik oczu przed promieniowaniem UV był wykonany z jednego kawałka materiału oraz aby nie był osobnym elementem mocowanym rzepem do opaski?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 12.

dot. zadania nr 42 Czy Zamawiający wymaga aby dla komfortu noworodka, grubość osłonki czujnika temperatury nie przekraczała 1 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 13.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 33 łyżki do laryngoskopu metalowe, jednorazowe, mikrobiologicznie czyste.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14.

Czy w pakiecie nr 82 poz 1. Zamawiający wymaga, żeby wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią był z z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwnych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero częściową zastawką; posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; o wadze 6,3 gram; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83 ; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H₂O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie urządzenie zapewniające odsysanie wydzieliny z nadgarstka ma na myśli? Ponieważ, żeby odessać rurkę intubacyjną z odsysaniem z nadgarstka wystarczy dren do odsysania podłączony do

ssaka elektrycznego lub ssanie z próżni z podłączone do reduktora wraz drenem, powyższe sprzęty/ wyroby medyczne są standardowym wyposażeniem oddziałów szpitalnych?

Odpowiedź: Dodatkowy dren pasujący do drenu rurki intubacyjnej. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16.

Pytanie do zadania 41

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wg opisu: zestawy umożliwiające wykonanie dostępu naczyniowego w hemodializie stałej za pomocą cewnika tunelizowanego 2-światłowego, o parametrach minimalnych: cewnik rozm.: 15 Fr/10,10 Ga i dostępnych długościach TIP-TO-CUFF 19, 23, 27, 31, 42, 55 cm Dystalna końcówka cewnika symetryczna, zwężana z otworami bocznymi, zaprojektowana tak, by zmniejszyć ryzyko powstawania skrzeplin na powierzchni cewnika oraz gwarantująca minimalną recyrkulację krwi tętniczej i żyłnej, cewnik wykonany z wysokiej jakości radiocieczącego poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekujące, wyraźny kod kolorystyczny zacisków odróżniający krew żylną od tętniczej, na zaciskach wyraźne oznakowanie rozmiaru cewnika (średnica, długość) oraz objętość wypełniania. W celu identyfikacji cewnika wyraźne oznakowanie nazwy producenta i nazwy własnej cewnika na cewniku. Cewniki dostarczane wraz z zestawem do wprowadzania (w jednym opakowaniu z cewnikiem), o minimalnym składzie: igła punkcyjna 18 Ga/6,35cm, przewodnik w osłonce pokryty PTFE 0,038", rozrywalna koszulka z podwójną zastawką hemostatyczną, min. 2 rozszerzadła tkankowe, tunelizator, bezpieczny skalpel, opatrunek, pojemnik na igły z blokadą, koreczki luer lock, opatrunek. Cały zestaw zawinięty w serwetę chirurgiczną, umożliwiającą przełożenie na sterylne pole zabiegowe, zapakowany w opak. typu folia papier oraz karton. Opakowanie handlowe liczy 1szt.

W poz. 1 długość końcówki do mufki 19cm

W poz. 2 długość końcówki do mufki 23cm

W poz. 3 długość końcówki do mufki 27cm

W Poz.4 długość końcówki do mufki 31cm

W poz. 5 długość końcówki do mufki 42cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 17.

Pytanie do zadania 43 poz. 3

W związku z zaprzestaniem produkcji cewnika 24G/9cm zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na złożenie w tym punkcie oferty na cewnik o parametrach: Zestaw do kaniulacji żył centralnych pediatriczny jednoświatłowy 22Ga/10cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik, przewodnica ze stali nierdzewnej, o średnicy 0,021"/35cm z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, strzykawka luer slip 5ml, igła punkcyjna 21Ga/3,81cm, skrzydełka mocujące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18.

Zad.10, poz.1 Czy Zamawiający dopuści dren z adapterem (łącznikiem) do regulacji ssania typu kapkon, sterylne, jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19.

Zad.10 Czy ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne oraz zapobieganie zakażeniom krzyżowym w szpitalu, zamawiający wymaga wkładów i pojemników o udowodnionych właściwościach antybakteryjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20.

Zad.10, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności ułatwia kontrolę nad skutecznością filtrów we wkładzie) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem po zdekompletowaniu opakowania zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21.

Pytanie do zadania 41 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany cewnik posiadał automatyczną zastawkę hemostatyczną - podwójnie uszczelniona osłona minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 22.

Pytania do zadania 5 Pytanie 1 Czy Zamawiający wymaga kodu UDI na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 23.

Pytania do zadania 5 Pytanie 2 Czy Zamawiający w pozycji 1 poprzez zapis „Igła kompatybilna ze środowiskiem MRI i CT” wymaga igieł stosowanych do wstrzyknięć ciśnieniowych?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 24.

Pytania do zadania 5 Pytanie 3 Czy Zamawiający wymaga oznaczenia MRI i CT na opakowaniu jednostkowym igieł?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 25.

Czy Zamawiający w zadaniu 35 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływow (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:

- dla pozycji 4 - średnica 11 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm – ramiona proste lub zagięte do wyboru przez Zamawiającego
- dla pozycji 5 - średnica 13 FR - długość 15 cm, 20 cm – ramiona proste lub zagięte do wyboru przez Zamawiającego

Charakterystyka cewnika:- termoplastyczny poliuretan Tecoflex- radiocieniujący szaft cewnika- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg- igła wprowadzająca 18G- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr- nasadki iniekcyjne Luer Lock - opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 35 poz.4 i 5 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 27.

Czy Zamawiający w zadaniu 41 poz. 1,2,3,4,5 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR

o długościach

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 23 cm, długość całkowita 36 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 27 cm, długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 32 cm, długość całkowita 45 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 37 cm, długość całkowita 50 cm

Charakterystyka zestawu: - radiocieniujący cewnik - silikonowe ramiona - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia

powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze - igła wprowadzająca 18G – Trokar - rozszerzało 12 Fr - rozszerzało 16 Fr z rozrywalną koszulką - nasadki iniekcyjne Luer Lock

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 28.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 41 poz. 1,2,3,4,5 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 29.

Czy Zamawiający w zadaniu 41 poz. 1,2,3,4,5 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwiała proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR

o długościach - końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 23 cm, długość całkowita 36 cm - końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 27 cm, długość całkowita 40 cm - końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 32 cm, długość całkowita 45 cm - końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 37 cm, długość całkowita 50 cm

Charakterystyka zestawu: - radiocieniujący cewnik - silikonowe ramiona - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze - igła wprowadzająca 18G – Trokar - rozszerzało 12 Fr - rozszerzało 16 Fr z rozrywalną koszulką - nasadki iniekcyjne Luer Lock

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 30.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 41 poz. 1,2,3,4,5 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwiała proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, ramiona proste i długościach

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm

- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm

- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm

- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm

- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu: - radiocieniujący cewnik - silikonowe ramiona - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - adapter wypełniający - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze - igła wprowadzająca 18G - rozszerzało 12 Fr - rozszerzało 16 Fr z rozrywalną koszulką - nasadki iniekcyjne Luer Lock - kleszczyki – 2 szt. - opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 31.

Czy Zamawiający w zadaniu 41 poz. 1,2,3,4,5 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwiała proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR ramiona proste

o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm

- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:- radiocieniujący cewnik- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki- silikonowe przedłużki- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg- adapter wypełniający- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze- igła wprowadzająca 18G- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr- nasadki iniekcyjne Luer Lock- kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 32.

Dot. Załącznik nr 2 Pakiet nr 32 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania oryginalny układ oddechowy do respiratora Stephan EVE o długości 180cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 33.

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 9 pkt. 3- adapter Y do dializy jednoigłowej zamiast igły.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 34.

Zadanie nr 18 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 18 poz. 1 układu oddechowego jednorazowego użytku do resuscytacji noworodków do Neopuff o średnicy rury 10 mm i długości 120 cm z kolankiem podwójnie obrotowym i regulowaną zastawką PEEP i trzema uniwersalnymi łącznikami pozwalającymi na połączenie do innych aparatów oraz z kapturkiem zabezpieczającym od strony pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35.

Zadanie nr 18 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 18 poz. 1 układu oddechowego do resuscytacji noworodków do Neopuff, jednorazowego użytku o długości 1,6 m z regulowaną zastawką PEEP i kapturkiem zabezpieczającym od strony pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 36.

Zadanie nr 21 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 poz. 1 układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego do respiratora, dzielącą gazy wdechowe i wydechowe , o średnicy rur 22 mm i długości 180 cm, z kolankiem z portem luer i kapturkiem zabezpieczającym, z dodatkową rozciągliwą rurą do aparatu do znieczulenia 1,5 m , z workiem oddechowym bezłateksowym o pojemności 2 L , z rurą wydechową do podłączenia do aparatu wynoszącą 50 cm ; o oporze wdechowym 0,29 mbar i wydechowym 0,38 mbar przy przepływie 15 l/min; z testerem szczelności pozwalającym zweryfikować integralność przegrody? Układ jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37.

Zadanie nr 86 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 86 poz. 1 układu anestetycznego pediatrycznego jednorazowego użytku, wykonanego z PP, o regulowanej długości 40-200 cm z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym i portem Luer Lock, z dodatkową rurą do worka o regulowanej długości 40-150 cm, bezłateksowy, bez szkodliwych ftalanów w tym DEHP, pakowany pojedynczo, z nazwą produktu, numerem katalogowym REF, serii LOT, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 38.

Zadanie nr 2, Pozycja nr 5 Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie 6-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów wykonanych z miękkiego poliuretanu o rozmiarze 4.7 Fr, z przewodnikiem o długości 145 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 39.


Zadanie nr 2, Pozycja nr 6 Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie 6-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów wykonanych z miękkiego poliuretanu z przewodnikiem o długości 145 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 40.

Zadanie nr 2, Pozycja nr 7,8,9 Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie zestawów do nefrostomii o następującym składzie:

- igła trokarowa 18G, 20 cm - przewodnik 0.038 cala o długości 100 cm - cewnik pig-tail o rozmiarach 8.0, 10.0, 12.0Fr, długość 30 cm - rozszerzacz (6,8,10,12,14,16 Fr) - dren łączący 14Fr, 30 cm - krążek utrzymujący.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 41.

Zadanie nr 2, Pozycja nr 10 Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego o następującym składzie:

- cewnik Malecot wraz z zintegrowaną igłą - dren łączący 14Fr, 30 cm



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 42.

Zadanie 57

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsownic o kącie zagięcia bransz 10 stopni.
2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsów dostarczanych tylko po 6 sztuk w magazynku.

Odpowiedź: 1) Zamawiający nie dopuszcza

2) Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 43.

Zad 82

1. Czy zamawiający rozumienie jako urządzenie zapewniające odsysanie wydzieliny z nadłonowej rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej pompę wraz z zestawem 1x pojemników na wydzielinę pacjenta, którą podłączamy do próżni w ścianie ?
2. Proszę opisać urządzenie jakie Zamawiający ma na myśli i podać ile sztuk należy zaoferować w ramach tego pakietu ?

Odpowiedź: 1) Zamawiający dopuszcza

2) Urządzenie do odsysania wydzieliny z nad balona rurki intubacyjnej i tracheotomijnej

Pytanie nr 44.

Czy Zamawiający dopuszcza w Zadaniu 4 dializatory syntetyczne, kapilarne, sterylizowane parą wodną, posiadające lepsze od wymaganych wartości max TMP, o powierzchni odpowiednio:

Dializatory niskoprzepływowe

Pozycja 1. – powierzchnia 1,4 m²

Pozycja 2. – powierzchnia 1,8 m²

Pozycja 3. – powierzchnia 2,2 m²

Dializatory wysokoprzepływowe

Pozycja 4. – powierzchnia 1,4 m²

Pozycja 5. – powierzchnia 1,8 m²

Pozycja 6. – powierzchnia 2,2 m²

Pozycja 7. – powierzchnia 2,5 m²

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 45.

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 41 cewnika permanentnego poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długościach :19 cm, 23 cm,27cm,31cm,35cm od mufki do zakończenia cewnika proste oraz 14,5 Fr i długościach 23cm i 27cm od mufki do zakończenia cewnika zakrzywione do szyi ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 46.

Zadanie 85:

1. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający w poz. 1.1 dopuści dren łączący o długości min. 185 cm?
2. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający w poz. 1.2. dopuści dren komorowy o długości min. 30 cm o średnicy wewnętrznej ± 1 cm?
3. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści zestaw do drenażu komorowego z drenem komorowym znajdującymi się w jednym opakowaniu, tym samym oferując w przetargu cenę za cały komplet zamiast za pozycje 1.1. oraz 1.2. przy zachowaniu szacunkowej ilości 100 szt? Proponowane rozwiązanie umożliwia zastosowanie każdego elementu z osobna (tj. drenu lub linii pacjenta z workiem), ponieważ każdy element jest w sterylnym opakowaniu a wszystko zapakowane jest w dodatkowe sterylne opakowanie zbiorcze. Takie rozwiązanie zagwarantuje większą ergonomię pracy, jest bardziej ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ znacznie ogranicza ilość odpadów oraz zmniejsza ilość zajmowanego miejsca w magazynie.

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający dopuszcza
- 2) Zamawiający dopuszcza
- 3) Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 47.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8: 1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie określonym w § 6 ust. 3, a także w przypadku naruszeń postanowień § 6 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto faktury za daną dostawę.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia projektu umowy

Pytanie nr 48.

Dot. zadanie 2 Poz.5-6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do szynowania moczowodów w składzie:

- stent pigtail skalowany co 1cm; rozm. 4.8F oraz 6F odległość między pętlami 28cm; średnica pętli 2cm
- zaciski

- popychacz 40cm
- przewodnik PTFE 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 49.

Dot. zadanie 2 Poz. 7-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów 8, 10 i 12 Fr jak w opisie?

Zestaw do nefrostomii punkcyjnej:

- cewnik typu Pigtail
- przewodnik „J” Lunderquista 0,035”, dł. 140 cm
- igła punkcyjna dwuczęściowa 18G, dł. 20cm
- komplet rozszerzaczy
- rozszerzacz z rozrywalną koszulką
- kołnierz mocujący cewnik z opaską zaciskającą
- przedłużacz urologiczny
- skalpel

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 50.

Dot. zadanie 2 Poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów 12 Fr jak w opisie?

Zestaw do cystostomii z cewnikiem silikonowym z balonem 12F; metalowa kaniula rozrywalna; zatyczka, skalpel.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 51.

Pakiet nr 13 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie masek tlenowych mikrobiologicznie czystych ? Przy zachowaniu pozostałych parametrów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 52.

Pakiet nr 16 : W związku z tym, że Zamawiający wymaga maski z możliwością intubacji prosimy o doprecyzowanie, czy maska ma posiadać znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej umieszczone na kopule maski, oraz informację o maksymalnej średnicy rurki dotchawiczej ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 53.

Pakiet nr 21 : Proszę o dopuszczenie jako równoważnego: Układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,8 m z 2L workiem bezlateksowym. Rura wydechowa rozciągliwa do podłączenia do aparatu dł. 60 cm (z możliwością rozciągnięcia do 40 cm) Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 54.

Pakiet nr 21 :Prosimy o odstąpienie od parametrów: „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy max 0,14 cm H₂O i wydechowy max 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów.” gdyż są to parametry możliwe do uzyskania w warunkach laboratoryjnych i bardzo zależne od temperatury otoczenia i indywidualnych właściwości cieplnych pacjenta. Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa proponowane obwody oddechowe bez podanych parametrów wydajności ogrzewania , oporów i wagi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 55.

Pakiet nr 86 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rur wewnętrznie gładkich o śr. 15mm z dodatkową rurą o dł. 80 cm, złącze Y z dwoma portami szczelnie i stabilnie zamkniętymi zatyczkami ? Przy zachowaniu pozostałych

parametrów. Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa obwody oddechowe do aparatu do znieczulenia tego samego producenta dla dorosłych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 56.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 30 dopuści zaoferowanie przedłużaczy o średnicy drenu 1,24 mm, odpornych na ciśnienie 4,5bara ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 57.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 poz. 1 dopuści zaoferowanie bezigłowego port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer – Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copoliestru, objętość wypełnienia 0,085 ml, przepływ 312 ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania do 7 dni lub 600 aktywacji ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 58.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 27 poz. 2 dopuści zaoferowanie podwójnego bezigłowego portu do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, przezroczysty, objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copoliestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, ilość aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 59.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 27 poz. 1 dopuści zaoferowanie potrójnego bezigłowego portu do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42ml, zawór wykonany z copoliestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilość aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 60.

Rozdział III, punkt 6, ppkt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesłania umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź: Zamawiający prześle umowę drogą poczty tradycyjnej (wersja papierowa)

Pytanie nr 61.

załącznik nr 1 formularz ofertowy, Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu lub stanowiska osoby wyznaczonej za realizację przedmiotu umowy, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 62.

Załącznik nr 4 do SWZ; wzór umowy § 6, dla zadania 73 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 63.

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ; wzór umowy, dla zadania 73

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umieścić taki zapis w umowie:

Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania Przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną opinię lub ekspertyzę serwisu

urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta. Koszty związane z naprawą, opinią i/lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 64.

Załącznik nr 4 do SWZ, wzór umowy § 8 ust.1; dla zadania 73

W naszej opinii zaproponowana kara umowna 1 % jest wysoka. Przyjęto się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona około 0,1 – 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia kary umownej do poziomu 0,2%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 65.

Załącznik nr 4 do SWZ, wzór umowy § 8; dla zadania 73

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 66.

Załącznik nr 2 do SWZ; formularz cenowy, zadanie 73

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 67.

Załącznik nr 2 do SWZ; formularz cenowy, zadanie 73 Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia producenta wstrzykiwacza kontrastu lub jego autoryzowanego dystrybutora, że oferowane wyroby medyczne są kompatybilne z wstrzykiwaczem kontrastu CT Motion ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 68.

Załącznik nr 2 do SWZ; formularz cenowy, zadanie 73

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie jednostki miary w pozycji „Ilość [a]”, znajdującej się w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Załącznik został zmieniony w zadaniu nr 73 – na opakowania

Pytanie nr 69.

Załącznik nr 2 do SWZ; formularz cenowy, zadanie 73

Prosimy Zamawiającego o zmianę ilości materiałów, w ten sposób, aby ilość wężyków pompy była wielokrotnością liczby 10, a ilość wężyków pacjenta wielokrotnością liczby 100. Jedno opakowanie handlowe wyrobów, które chcemy zaoferować, zawiera odpowiednio 10 i 100 wężyków. Jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania i dostarczenia Zamawiającemu wymaganej przez niego ilości.

Odpowiedź: Załącznik został zmieniony w zadaniu nr 73

Pytanie nr 70.

Załącznik nr 2 do SWZ; formularz cenowy, zadanie 73 poz. dotyczy wężyka pompy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy pozostał zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji i było to potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków. Jednocześnie bezpieczeństwo i higiena wężyków jest gwarantowana przez maksymalny okres użytkowania wynoszący 24 godziny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 71.

Dotyczy zadania 68 Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglia na zasadzie równoważności, różniący się:

- sposobem pakowania: oferowany zestaw jest pakowany sterylnie na pojedynczej tacy, rurka tracheostomijna pakowana sterylnie w oddzielnym opakowaniu – całość jako komplet znajduje się w jednym zbiorczym opakowaniu;
- oferowany zestaw nie posiada sztywnego samoblokującego mandrynu z otworem na prowadnicę Seldingera – posiada sztywny dopasowany do rurki tracheostomijnej mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.

Oferowane zestawy spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz jakościowe co do wskazanych przez Zamawiającego parametrów wymaganych w dokumentacji.

Proponowane rozwiązania Wykonawca udowodni dołączając do oferty materiały informacyjne producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 72.

Czy Zamawiający w Zadaniu 68 dopuści (znany i stosowany przez Zamawiającego) zestaw marki Portex do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, do wprowadzenia metodą Seldingera oparty na użyciu dedykowanego narzędzia do dylatacji ścianek tchawicy tj. peana wielorazowego użytku

(który nie jest elementem zestawu) o składzie:

- skalpel- strzykawki 5 i 10 ml- igła wprowadzająca 16G z kaniulą 14G- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki- krótki rozszerzacz 14F
- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł - rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z samoblokującym się mandrynem, z otworem na prowadnicę; przezroczysty, elastyczny kołnierz dopasowujący się do szyi pacjenta, integralny łącznik 15 mm do układu oddechowego, rurka widoczna w Rtg, - 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka, opaska do rurki; podkładka pod rurkę
- klin do rozłączenia układu,
- jałowy żel poślizgowy 5 g (2 szt.)
- bawełniane gaziki 9 (10 szt.); serweta (niebieska)

Rozmiary rurki tracheostomijnej (do wyboru): 7, 8, 9.

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy (razem z rurką tracheostomiiną).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 73.

Dotyczy pakietu nr 6:

1.Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach:

Łącznik bezigłowy

- przezroczysta obudowa, barwny pierścieniem wokół membrany stabilizujący położenie membrany,
- kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slim
- do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań
- posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę
- wypustki na korpusie portu gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu
- pracujący w systemie dzielonej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą,
- minimalny przepływ 350ml/min
- ilość aktywacji 400 lub 7 dni
- bardzo mały refluks nie większy niż -0,004ml
- ciśnienie wsteczne min. 2,6 bar

- objętość wypełnienia nie większa niż 0,05ml
- niewielkie gabaryty, średnica korpusu nie większa niż 11mm, długość: 2.5-3 cm
- bez zawartości lateksu i ftalanów
- sterylne, opakowanie typu folia – papier z nadrukowanymi informacjami o producencie, dacie produkcji, dacie przydatności, metodzie sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 74.

Zadanie 13, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie masek tlenowych z rezerwuarem w rozmiarach dziecięcych S,M i dla dorosłych w rozmiarach L,XL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 75.

Zadanie 29, poz. 1

Proszę o dopuszczenie Mini Spike z zaworem bezigłowym do butelek i większych fiolek (długość igły ogranicza możliwość używania spikea do małych fiolek)

- wyposażony jest w zawór bezigłowy ze zintegrowaną uszczelką silikonową, która minimalizując użycie igły chroni pacjenta i personel medyczny przed przypadkowymi zakłuciami igłą
- kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii
- pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji
- przezroczysta obudowa zapewnia dobry widok na ścieżkę płynu
- bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)
- Obj. wypełnienia zaworu 0,085 ml
- Długość 7,5 cm
- Obj. wypełnienia zaworu z igłą 0,162 ml
- Przepływ - 111,22 ml/min
- filtr 3 mikrony

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 76.

Zadanie 30, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy do pomp infuzyjnych zgodnych z opisem:

- Transparentny
- Sterylne, jednorazowego użytku, niepirogenny
- Opakowanie jednostkowe papier-folia
- Opakowanie zbiorcze 25 szt
- Nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- Zakończenie drenu luer lock
- Średnica wew. drenu 1,2 mm, zewn drenu 2,5 mm
- Objętość wypełnienia 1,7 ml
- długość 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 77.

Zadanie 69, poz. 1 Proszę o dopuszczenie igły do pobierania leków z ampułek ściętej pod kątem 45°

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 78.

Pytanie nr 1 poz. 1,2 zadanie nr 75 Do jakich urządzeń termolezyjnych Zamawiający proponuje kaniule?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 79.

dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Zadanie 3 poz. 1-2

Prosimy o doprecyzowanie z jakim wstrzykiwaczem kontrastu mają być kompatybilne zestawy wkładów i złączy wyspecyfikowane w zadaniu nr 3 poz. 1-2.

Odpowiedź: Mallinckrodt OptiVantage™DH

Pytanie nr 80.

dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Zadanie 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu o większym zakresie wytrzymałości ciśnieniowej j.n.

„zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, sterylny, jednorazowy. Zestaw zawiera przykładowo 2 x wkład o pojemności 200ml, 1 x złącze niskiego ciśnienia o długości 150cm z jedną zastawką antyzwrotną i trójnikiem "Y" , 2 x ostrze spike, 2 x złącze szybkiego napełniania typu "J" wytrzymałość ciśnieniowa do 350 375 PSI”.

Zwiększony zakres pracy zapewnia optymalne bezpieczeństwo stosowania w pełnej gamie ciśnieniowej, również na poziomie 350 PSI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 81.

dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Zadanie 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie złączy do podawania kontrastu o większym zakresie wytrzymałości ciśnieniowej zgodnie z poniższym opisem:

„jednorazowe, sterylne złącze do podawania kontrastu, kompatybilne ze wstrzykiwaczami, długość 150 cm, wytrzymałość do 350 375 PSI”.

Zwiększony zakres pracy zapewnia optymalne bezpieczeństwo stosowania w pełnej gamie ciśnieniowej, również na poziomie 350 PSI.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 82.

Zadanie nr 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłę nie posiadającą kompatybilności ze środowiskiem MRI i CT?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 83.

Zadanie nr 5, pozycja 2-4 Czy Zamawiający dopuści igłę z drenem o długości 23cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 84.

Zadanie nr 5, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 20G x 19mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 85.

Zadanie nr 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści port o objętości wypełnienia 0,13ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 86.

Zadanie nr 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści port o czasie użytkowania do 7 dni lub 200 aktywacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 87.

Zadanie nr 12, pozycja 1-7 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 88mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 88.

Zadanie nr 12, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń typu Pencil-Point z igła prowadzącą, jednorazowego użytku, sterylna, rozmiar 25G x 120mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 89.

Zadanie nr 12, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o parametrach:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80 mm
- Cewnik epiduralny 0,8 mm o długości 90 cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatrząskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 90.

Zadanie nr 13, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wymaga masek tlenowych nie zawierających szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 91.

Zadanie nr 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,83 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,2 m z 2L workiem bezłateksowym, waga układu 190 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 50 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 92.

Zadanie nr 31, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę zawierającą nieznaczną ilość ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 93.

Zadanie nr 31, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 2,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 94.

Zadanie nr 31, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 2,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 95.

Zadanie nr 31, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 3,3mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 96.

Zadanie nr 31, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4,7mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 97.

Zadanie nr 31, pozycja 16-25 Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową z balonikami kontrolnymi znakowane typem mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 98.

Zadanie nr 31, pozycja 16-25 Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową z nieznaczną ilością ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 99.

Zadanie nr 31, pozycja 21 Czy Zamawiający doprecyzuje czy w pozycji 21 wymaga rurki dooskrzelowej w rozmiarze 28?

Odpowiedź: Tak, 28, ew. 32

Pytanie nr 100.

Zadanie nr 31, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści zestaw złączy bez zacisków?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 101.

Zadanie nr 31, pozycja 31-34 Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu o długości 55,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 102.

Zadanie nr 33, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą łyżkę do laryngoskopu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 103.

Zadanie nr 52, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pętle naczyniowe o parametrach:

- sterylne
- jednorazowego użytku służącym do odciągania i identyfikacji żył, tętnic, nerwów oraz moczowodów w polu operacyjnym podczas zabiegów chirurgicznych
- mogą być również stosowane do chwilowego zamknięcia naczynia podczas operacji
- każdy z rozmiarów może być dostarczony w 4 kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym i białym, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację tkanki
- wykonane z silikonu
- długość: 45cm
- rozmiary

ROZMIAR	KOLOR	WYMIAR (mm)
MINI	Czerwony	A: 2,00 B: 1,20
MINI	Niebieski	
MINI	Żółty	
MINI	Biały	
MAXI	Czerwony	A: 2,50 B: 1,40
MAXI	Niebieski	
MAXI	Żółty	
MAXI	Biały	
SUPERMAXI	Niebieski	A: 5,30 B: 1,70
MICRO	Biały	A: 0,70 B: 0,50

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 104.

Zadanie nr 52, pozycja 1

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga wyceny za 1 sztukę czy za 1 saszetkę zawierającą 2 sztuki pętli naczyniowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 105.

Zadanie nr 86, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pediatryczny o parametrach:

- 2 rury - rozciągliwe, karbowane, dł. 160 cm
- Dodatkowe ramię - rozciągliwe, karbowane, dł. 100 cm
- 1L worek bezlateksowy
- Mikrobiologicznie czysty
- Sztywne końcówki
- Wykonany z PP i EVA
- Opakowanie foliowe
- Jednorazowego użytku
- Łącznik Y z portami
- Łącznik kątowy z portem kapno?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 106.

Pakiet nr 24: Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierowa o składzie:

SERWETA PE 75X45CM O8CM I PRZYL - 1

KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W - 10

TUPFER A 17N 20X20CM - 10

IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) STAND PINK – 1

IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) STAND GREEN - 1

KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM WEBSTER PROSTE ZNACZONE KOLOREM - 1

OSTRZE CHIRURGICZNE DO SKALPELA NR 11 - 1

PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA - 1

STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TBIAL X - 1

STRZYKAWKA PLAST 2CZ 20ML LN TTRAN X - 1

SERWETA FB 75X45CM - 1

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 107.

PYTANIE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiąmane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 108.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Zadanie 20, poz. 2-3: Cewnik dwudrożny z końcówką Dufoura:

- Cewnik dwudrożny, przezroczysty z 100% silikonu,
- Usztywniona końcówka Dufoura z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach,
- O wymiarach: śr. 20, 22Ch, dł. 42cm,
- Balon o poj.:
 - 40-60ml dla cewnika 20Ch,
 - 50-70ml dla cewnika 22Ch.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 109.**ZADANIE NR 24**

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do wklucia centralnego spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 x ręcznik 30 x 20 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 5 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G 1 1/4, czarna (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x strzykawka Luer Lock 20 ml
- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml
- 1 x skalpel Fig 11
- 1 x pęseta metalowa typu Adson 12 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 120 ml
- 1 x nożyczki metalowe ostre 11,4 cm
- 6 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 2 x kompres z gazy bawełnianej 5 x 5 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 12,5 cm
- 1 x imadło Mayo-Hegar, metalowe 12 cm

Opakowanie typu sztywny blister.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 110.**ZADANIE 71**

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej sterylnej, jednorazowego użytku stosowanej do przemywania i przepłukiwania/ irygacji ran, o długości użytecznej 81 mm i średnicy zewnętrznej 1,25 mm oraz średnicy wewnętrznej 1,05 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 111.

ZADANIE 71 Poz. nr 1 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igły kulkowej wykonanej ze stali nierdzewnej z nieurazową końcówką zakończoną kulą / oliwką. Piasta igły wykonana jest z poliwęglanu. Jest przezroczysta, umożliwiając obserwowanie przepływu stosowanej do irygacji cieczy i posiada zamek Luer-Lock, który pasuje do każdego wyrobu z wsuwaną końcówką typu Luer-Lock. Każda igła pakowana w opakowanie wykonane w kształcie sztywnej rynienki z marginesem ułatwiającym bezpieczne, jałowe otwarcie, Opakowanie zbiorcze w formie dyspensera zawierającego 25 szt. igieł.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje

Pytanie nr 112.

Zadanie nr 60 Czy Zamawiający w zadaniu nr 60 poz. 2 (płytki dociskowe do siatkownicy) dopuści produkt w opakowaniu zbiorczym 20 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ, zmienia się jedynie sposób konfekcjonowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 113.

Dotyczy zadanie 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy mający czas użytkowania do 7 dni lub 200 aktywacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 114.

Dotyczy zadanie 11 poz. 37, 38 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 115.

Dotyczy zadanie 11 poz. 39-43 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem 30-50ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 116.

Dotyczy zadanie 11 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łącznika schodkowego uniwersalnego 6-15-6?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 117.

Dotyczy zadanie 11 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łączników Y schodkowych 6-9; 9-11; 10-13?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 118.

Dotyczy zadanie 29 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Przyrząd do pobierania lub wstrzykiwania leków bez zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 119.

Dotyczy zadanie 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkluc centralnych 4-światłowy

8,5Fr/14G,16G,18G,18G/15cm składający się z:

- cewnik centralny wykonany w wysokiej jakości poliuretanu z miękką końcówką, skalowany z oznaczeniem rozmiaru i kanałów,
- prowadnica wykonana Nitinolu z końcówką „J”, 0,035”/50cm
- strzykawka 5ml z otworem w tłoku na prowadnicę,
- igła typu „V” zintegrowana z zastawką, 18G
- skalpel z osłonką,
- rozszerzacz do tkanek, 9Fx10cm
- zawór bezigłowy (ilość w zależności od kanałów),
- koreczek dezynfekcyjny (ilość w zależności od kanałów),
- koreczek Luer-Lock,
- skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą,
- kabelek do EKG

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 120.

Dotyczy zadanie 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkluc centralnych 3-światłowy 7Fr/16G,18G,18G/15cm składający się z:

- cewnik centralny wykonany w wysokiej jakości poliuretanu z miękką końcówką, skalowany z oznaczeniem rozmiaru i kanałów,
- prowadnica wykonana Nitinolu z końcówką „J”, 0,035”/50cm
- strzykawka 5ml z otworem w tłoku na prowadnicę,
- igła typu „V” zintegrowana z zastawką, 18G
- skalpel z osłonką,
- rozszerzacz do tkanek, 8Fx10cm
- zawór bezigłowy (ilość w zależności od kanałów),

- koreczek dezynfekcyjny (ilość w zależności od kanałów),
- koreczek Luer-Lock,
- skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą,
- kabelek do EKG

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 121.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Dotyczy wzoru umowy - zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w § 8 ust. 1 do 0,5% wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 122.

Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści port z czasem użytkowania 7dni lub 350 aktywacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 123.

Zadanie 7 Czy Zamawiający dopuści zatyczki kompatybilne z drenami CH6 (fi 2mm) do CH35 (fi 11,6mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 124.

Zadanie 11, pozycja 34 Czy Zamawiający dopuści cewnik CH6 z balonem 3ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 125.

Zadanie 11, pozycja 37-38 Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 126.

Zadanie 11, pozycja 39-43 Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 30ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 127.

Zadanie 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 22Gx90mm bez prowadnicy, reszta zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 128.

Zadanie 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 25Gx90mm z prowadnicą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 129.

Zadanie 12, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 25Gx120mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 130.

Zadanie 12, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający właściwości:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml o wygładzonym wnętrzu, kontrastującym tłoku ze standardową końcówką typu Luer,
- Cewnik epiduralny 20G x 100 cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6 cm do 17 cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym,
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Tuohy,
- Igła Tuohy z mandrynem w rozmiarze 18G x 90 mm (różowa) lub 16G x 90 mm (biała), skalowana co 1 cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Płaski filtr epiduralny 0,2 µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem Luer-Lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem Luer-Lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem,
- Łącznik do cewnika epiduralnego,
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała,
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta,
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny
- Nie zawiera lateksu
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 komplet / twardy blister

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 131.

Zadanie 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości całkowitej 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 132.

Zadanie 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wyłącznie obwód oddechowy o następujących właściwościach:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP
- Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160 cm, połączone łącznikiem Y
- Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 133.

Zadanie 28, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ostrzy wyłącznie ze stali węglowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 134.

Zadanie 24 Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie?

1	Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm
1	Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa
1	Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
10	Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
6	Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
1	Nożyczki ostre/tępe metalowe 15cm
1	Igłotrzymacz Mayo Heger metalowy 15cm
1	Ostrze chirurgiczne z trzonkiem nr 11
1	Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer
1	Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer
2	Igła iniekcyjna (0,5 x 25)
1	Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 135.**Zadanie 45, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści bezigłową nasadkę na fiolkę o następujących właściwościach:

- B-safe bezigłowa nasadka na fiolkę o średnicy 13mm
- Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji leku z fiolek
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- System podzielnej silikonowej membrany
- Prosty tor przepływu
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Obudowa wykonana z polikarbonu
- Pozbawione lateksu, PCV oraz ftalanów
- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji
- Odporny na działanie lipidów
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-foolia



- B-safe bezigłowa nasadka na fiolkę o średnicy 20mm
- Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji leku z fiolek
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- System podzielnej silikonowej membrany
- Prosty tor przepływu
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Obudowa wykonana z polikarbonu
- Pozbawione lateksu, PCV oraz ftalanów
- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji
- Odporny na działanie lipidów
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-foolia



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 136.

Zadanie 46, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy posiadający kapturek ochronny z jednej strony jak na zdjęciu: ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 137.

Zadanie 47, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,25x15mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 138.

Zadanie 47, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,25x25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 139.

Zadanie 49, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii noworodków w kształcie litery Y regulowane za pomocą specjalnych zakładek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 140.

Zadanie 51, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści cewniki do embolektomii w poniższych rozmiarach oraz pojemnościach balonu:

Rozmiar	Kod	Długość	Średnica napelnionego balonika	
FG/CH	Kolor	cm	φ mm	0,9 % NaCl (ml)
2F	Transparent	60	4	0,15
3F	Zielony	80	6	0,2
4F	Czerwony	80	8	0,7
5F	Biały	80	10	1,5
6F	Niebieski	80	12	2,0
7F	Żółty	80	14	2,5
8F	Brązowy	80	16	3,5
9F	Fioletowy	80	18	4,0
10F	Szary	80	20	4,5

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 141.

Zadanie 51, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania pojedynczy w rozmiarze CH24 o długości 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 142.

Zadanie 51, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania w rozmiarze rozmiar CH 23 – 3,80 mm/7,59 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) o średnicy zewn. nasadki 11,85 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 143.

Zadanie 61, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 144.

Zadanie 61, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści szerokie min. 2,5cm części przylepne z obu stron folii oraz papier zabezpieczający bez znacznika uwalniania linera?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 145.

Zadanie 61, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 15x28cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 146.

Zadanie 61, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 55x55cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 147.

Zadanie 61, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 56x84cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 148.

Zadanie 61, pozycja 4-8 Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,025mm, z klejem zawierającym jodynę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 149.

Zadanie 61, pozycja 4-8 Czy Zamawiający dopuści brzegi folii które posiadają możliwość przyklejenia brzegów ale możliwa również opcja bez przyklejania brzegów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 150.

Zadanie 61, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 15x26cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 151.

Zadanie 61, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 40x34cm lub 42x42cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 152.

Zadanie 61, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 60x52cm lub 80x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 153.

Zadanie 61, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 60x52cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 154.

Zadanie 61, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 80x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 155.

Prosimy Zamawiającego w pakiecie 27 poz 2 o dopuszczenie:

Zamknięty system dostępu naczyniowego z potrójnym drenem STANDARD o długości 15 cm,

- zawór bezigłowy (3szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip
- dreny o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, 3 przedłużenia z zaciskami przesuwными, zakończenie zabezpieczone protektorem męskim
- przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku.
- nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi
- zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu
- membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji.
- na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką.
- czas użycia 100 aktywacji
- wymagany minimalny przepływ 20 l/h
- objętość wypełnienia wynosząca 2,25 ml, podana na opakowaniu jednostkowym
- wytrzymały na ciśnienie 45 PSI

- sterylne, pakowane pojedynczo. opakowanie 50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 156.

Prosimy Zamawiającego w pakiecie 27 poz 2 o dopuszczenie:

Zamknięty system dostępu naczyniowego z podwójnym drenem STANDARD o długości 15 cm,

- zawór bezigłowy (2szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip

- dreny o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, 2 przedłużenia z zaciskami przesuwными, zakończenie zabezpieczone protektorem męskim

- przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku.

- nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi

- zawór posiadający przezroczystą obudowę i przezroczystą membranę ułatwiającą szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu

- membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji.

- na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymanie zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką.

- czas użycia 100 aktywacji

- wymagany minimalny przepływ 20 l/h

- objętość wypełnienia wynosząca 1,6 ml, podana na opakowaniu jednostkowym

- wytrzymały na ciśnienie 45 PSI

- sterylne, pakowane pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 157.

Prosimy Zamawiającego w pak 29 poz 1 o dopuszczenie alternatywnego przyrządu do transferu leków z fiolki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. Pakowany jałowo, indywidualnie. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu. Opakowanie 100 szt. Apirogenny. Wyrób wykorzystywany i przechowywany w środowisku zgodnym z USP <797> ma zdolność zachowania sterylności dołączonej fiolki z lekiem przez okres do siedmiu (7) dni - potwierdzone oświadczeniem producenta .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 158.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 70 bezpiecznej igły do pobierania leków z ampułek i fiolek, 18G; długa 1,2 x 40 mm, z ostrzem ściętym pod kątem 40°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, lubrykant silikon medyczny <0.25 mg /cm². Z polipropylenową nasadką, i osłoną w kolorze czerwonym dla łatwego rozróżnienia tępej igły bez filtra. Jałowa- sterylizacja EO, opakowanie 100szt. Op. jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem czerwonym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 159.

Pak.80 poz.1 pytanie: Czy zamawiający zgodzi się na regulację nacięcia do pobierania próbek 10mm i 20mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 160.

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno a nie wraz z towarem. W przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z magazynu z zagranicy natomiast faktury z biura z Warszawy. Wysłanie towaru razem z fakturą jest w tym wypadku niemożliwe. Niemniej do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, a faktura papierowa dostarczana jest niezwłocznie. Istnieje również możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 161.

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 14 Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisu dot. naliczania kary umownej, gdy wystąpił zakup interwencyjny. Zamawiający w przypadku zakupu interwencyjnego obciąży wykonawcę różnicą w cenie, zatem dodatkowe nakładanie kary jest nieuzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

Pytanie nr 162.

Pakiet 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie łącznika bezigłowy kompatybilnego z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylno- sterylizacja radiacyjna. jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 163.

Pakiet 6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmu pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażenia odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wkłucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 164.

Pakiet 6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma nie wywoływać refluksu krwi do światła cewnika, czyli ma posiadać neutralne ciśnienie przy odłączaniu od zaworu końcówki luer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 165.

Pakiet 20 Poz.1-3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych cewników Dufour wykonanych ze 100% silikonu z klasycznym balonem o pojemności 50 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 166.

Pakiet 27 Poz.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równoważnego produktu z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania o poniższych parametrach:

Zestaw przedłużający z bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, z potrójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 15 cm, z czterema zaciskami zatraskowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 1,3 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy o przepływie min. 165 ml/min. i możliwości podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Średnica drenu - 2,3 x 3,6 mm. Objętość wypełnienia 1,3 ml. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 167.

Pakiet 27 Poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równoważnego produktu z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania o poniższych parametrach:

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego,. Podwójne rozgałęzienie. Długość zestawu około 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć)i. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Objętość wypełnienia: 0,87 ml. Średnica wewnętrzna drenu ok. 2,28 mm. Średnica zewnętrzna ok. 3,58 mm. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 168.

Pakiet 27 Poz.1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma nie wywoływać refluksu krwi do światła cewnika, czyli ma posiadać neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 169.

Pakiet 27 Poz.1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmu pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażenia odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wklucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

Odpowiedź: Tak - ma pozostać bad. laboratoryjne

Pytanie nr 170.

Pakiet 29 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby przyrząd do pobierania lub i wstrzykiwania leków ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem

Odpowiedź: Nie oczekuje, przedmiot zgodnie z SWZ

Pytanie nr 171.

Pakiet 61 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości $30 \pm 5 \mu$, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności $800 \pm 200 \text{ g/m}^2/24\text{h}$ posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej : 15x28 cm, rozmiar powierzchni całkowitej 15x36, 5cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 172.

Pakiet 61 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości $30 \pm 5 \mu$, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para

przepuszczalności $800 \pm 200 \text{ g/m}^2/24\text{h}$ posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej: $10 \times 14 \text{ cm}$, rozmiar powierzchni całkowitej $10 \times 22,5 \text{ cm}$. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 173.

Pakiet 61 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości $30 \pm 5 \mu\text{m}$, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności $800 \pm 200 \text{ g/m}^2/24\text{h}$ posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej: $45 \times 55 \text{ cm}$, rozmiar powierzchni całkowitej $45 \times 63,5 \text{ cm}$. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 174.

Pakiet 61 poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości $30 \pm 5 \mu\text{m}$, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności $800 \pm 200 \text{ g/m}^2/24\text{h}$ posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej: $45 \times 75 \text{ cm}$, rozmiar powierzchni całkowitej $45 \times 83,5 \text{ cm}$. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 175.

Pakiet 61 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonana z poliuretanu o grubości $25 \pm 5 \mu\text{m}$; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna $15 \times 20 \text{ cm}$ (całkowita $20 \times 20 \text{ cm}$), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 20 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 176.

Pakiet 61 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonana z poliuretanu o grubości $25 \pm 5 \mu\text{m}$; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna $34 \times 40 \text{ cm}$ (całkowita $40 \times 40 \text{ cm}$), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 177.

Pakiet 61 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonana z poliuretanu o grubości $25 \pm 5 \mu\text{m}$; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. $670 \pm 50 \text{ g/m}^2/24\text{h}$; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna $60 \times 60 \text{ cm}$

(całkowita 70x60cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 178.

Pakiet 61 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µm; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 179.

Pakiet 61 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µm; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x80cm (całkowita 70x80cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 180.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 dopuści Układ oddechowy jednorurowy o długości 1,8 m, z z dodatkową rozciągliwą rurą 1,8m, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 181.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 dopuści Układ oddechowy jednorurowy o długości 2,0 m, z z dodatkową rozciągliwą rurą do 2,0m z możliwością ustawienia na 1,9m), pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 182.

Pakiet 37 poz. 3 W związku z tym, że. zgłębnik gastrostomijny typu Flocare G-Tube do długotrwałego żywienia (przeskórna endoskopowa gastrostomia) nie występuje w rozmiarze CH 16 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do wyceny ww. zgłębnika w rozmiarze CH 18.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 183.

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w części 73 poz. 1 postępowania zestawu zapewniającego pracę przez 24 godziny do automatycznego wstrzykiwacza Ulrich CT Motion, składającego się z 2 osobno pakowanych wężyków pompy o czasie pracy do 12 godzin i 40 iniekcji każdy, spełniającego wymagania Zamawiającego zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 184.

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 73 wężyków o wyższej szczelności ciśnieniowej tj. 24bar (tj.350psi).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 185.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 3 tj. podanie informacji o marce i modelu wstrzykiwacza kontrastu.

Odpowiedź: Mallinckrodt OptiVantage™DH

Pytanie nr 186.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego i możliwość ofertowania w pakiecie 3 poz 1 zestawu, w skład którego wchodzi łącznik 150cm z trójnikiem Y i 2 zaworkami antyzwrotnymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 187.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego i możliwość ofertowania w pakiecie 3 poz 1 zestawu, w skład którego wchodzi: 2x wkład 200ml, 1x łącznik 150cm z trójnikiem Y i 2 zaworkami oraz 2x napełniacz J. Informujemy, iż napełniacze typu J oraz kolce do napełniania spike pełnią tę samą funkcję, przez co też są stosowane zamiennie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 188.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego i możliwość ofertowania w pakiecie 3 poz 1 zestawu, w skład którego wchodzi: 2x wkład 200ml, 1x łącznik 150cm z trójnikiem Y i 2 zaworkami oraz 2x kołce do napełniania spike. Informujemy, iż napełniacze typu J oraz kolce do napełniania spike pełnią tę samą funkcję, przez co też są stosowane zamiennie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 189.

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia ujętego w zadaniu nr 30 postępowania. Czy ujęte w zadaniu 30 przedłużacze będą przeznaczone do podawania kontrastu? Czy Zamawiający oczekuje przedłużaczy wysokociśnieniowych o wytrzymałości ciśnieniowej 1200psi, czy przedłużaczy niskiego ciśnienia o wytrzymałości 350psi? Informujemy, iż dreny określane mianem wysokociśnieniowych mają odporność na poziomie 1200psi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza