



Braniewo, dnia 10.09.2024 r.

Znak sprawy: PCM/ZP 05/I/2024

**KOREKTA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE NR 2 Z DNIA 09.09.2024
DLA WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych, materiałów do endoskopii oraz niektórych materiałów wielokrotnego użytku

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PRZED KOREKTĄ:

ZAPYTANIE II

PYTANIE 1 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7L, owalny 100x55 mm, wysokość 120 mm i otwór wrzutowy 37 mm?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 2 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły w kształcie wiaderka (rozszerzający się ku górze), o pojemności 1,0L, wysokość: 125 mm, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 102 mm reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 3 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 2,0L, wysokość: 230 mm, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 4 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 3,5-4,0L, wysokość: 155 mm, średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 5 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 1000 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 6 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2000 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 7 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 30 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 8 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 60 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 9 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 5,0L, wysokość: 210 mm, średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 195 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 10 – dotyczy zadania nr 10, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków jednorazowych w opakowaniu a'75? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 11 – dotyczy zadania nr 20, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 12 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 1-4, 12

Z uwagi, że wszystkie dostępne na rynku pojemniki na odpady medyczne nie podlegają rejestracji jako wyrób medyczny na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 974), prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie dla zadania nr 9, pozycje 1, 2, 3, 4 oraz 12 pojemników nie zarejestrowanych jako wyrób medyczny, nie posiadających znaku CE i deklaracji zgodności oraz o stawce VAT w wysokości 23%.

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

PO KOREKCIE:

ZAPYTANIE II

PYTANIE 1 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7L, owalny 100x55 mm, wysokość 120 mm i otwór wrzutowy 37 mm?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 2 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły w kształcie wiaderka (rozszerzający się ku górze), o pojemności 1,0L, wysokość: 125 mm, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 102 mm reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 3 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 2,0L, wysokość: 230 mm, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 4 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 3,5-4,0L, wysokość: 155 mm, średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 5 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 1000 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 6 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2000 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 7 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 30 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 8 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 60 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 9 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 5,0L, wysokość: 210 mm, średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 195 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 10 – dotyczy zadania nr 10, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków jednorazowych w opakowaniu a'75? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 11 – dotyczy zadania nr 20, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 12 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 1-4, 12

Z uwagi, że wszystkie dostępne na rynku pojemniki na odpady medyczne nie podlegają rejestracji jako wyrób medyczny na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 974), prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie dla zadania nr 9, pozycje 1, 2, 3, 4 oraz 12 pojemników nie zarejestrowanych jako wyrób medyczny, nie posiadających znaku CE i deklaracji zgodności oraz o stawce VAT w wysokości 23%.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. do 12.09.2024 r. godz. 10:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/976112> w dniu 10.09.2024 r.