



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl


Znak: SZP 800/12/2024

Chrzanów, 10.12.2024r.

## Wykonawcy

### **Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania prowadzonego pod nazwą: Dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- sprawa nr 129/2024**

Pytanie 1. Pytania do części 14 Czy w ramach obecnych wymagań można rozważyć dopuszczenie polipropylenowejmonofilamentowej siatki chirurgicznej tj.: Niewchłaniałna siatka polipropylenowa z pojedynczym włóknem; Konstrukcja z siatki dziewiarskiej, wycinana laserowo; Wytrzymałość na rozerwanie: 18 kg/cm<sup>2</sup>gramatura siatki (gram/m<sup>2</sup>): < 46 gramów/m<sup>2</sup> Rozmiar porów: 1,5 mm – 2,0 mm; Grubość Filamentu: 0,15 mm; Grubość siatki: 0,56 mm; Sterylizowany EO.



Pozycja 1 Rozmiar 6cm x11cm; Pozycja 2 Rozmiar 10cm x 15cm; Pozycja 3 Rozmiar 30cm x30cm

które spełniają określone normy jakościowe i użytkowe, ale różnią się od tradycyjnych produktów wskazanych w dokumentacji przetargowej. Czy Zamawiający jest otwarty na oferty od różnych producentów, które mogą w pełni zaspokoić potrzeby zadania, nawet jeśli ich rozwiązania nie są dokładnie zgodne z wcześniej opisanymi specyfikacjami? Czy taka elastyczność w opisie może sprzyjać większej konkurencyjności w postępowaniu zgodnie z art. 29 ust. 2 i 7 ust. 1 ustawy Pzp?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 2. Pakiet 13 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o następującym składzie: wosk pszczeli (83%), parafina stała (5%), palmitynian izopropylu (12%)? Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować. Saszetka 2,5g.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 3. 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2 pkt. c):

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

c) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto od **niezrealizowanej wartości** umowy.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji postanowień wzoru umowy.**

Pytanie 4. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 9 w poz. 1 waciki chirurgiczne znakowane siarczanem baru? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14? Poz. 1. Siatka przepuklinowa polipropylenowa hypoalergiczna, sterylna, jednorazowego użytku, niewchłaniająca, makroporowata (wielkość porów 1,01x1,44mm) i cienka (gramatura 48g/m<sup>2</sup>). Rozmiar 6cm x 11cm x 1szt. Wyrób medyczny. Poz. 2. Siatka przepuklinowa polipropylenowa hypoalergiczna, sterylna, jednorazowego użytku, niewchłaniająca, makroporowata (wielkość porów 1,01x1,44mm) i cienka (gramatura 48g/m<sup>2</sup>). Rozmiar 10cm x 15cm x 1szt. Wyrób medyczny. Poz. 3. Siatka chirurgiczna niewchłaniająca, sterylna, jednorazowego użytku, polipropylenowa, monofilamentowa, niebarwiona, płaska, niewchłaniająca, makroporowata (wielkość porów 1,01x1,44mm) i cienka (gramatura 48g/m<sup>2</sup>). Zastosowanie; w leczeniu przepuklin, rekonstrukcji ściany klatki piersiowej, ranach urazowych i chirurgicznych. Rozmiar 30cm x 30cm. Wyrób medyczny.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 6. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści szwy syntetyczne, powlekane, wchłaniające, sterylne o okresie podtrzymywania 40% po 7 dniach. Okres wchłaniania 42 dni?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4, poz. 1 igłę o długości 36 mm oraz nić 75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4, poz. 1 igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

Pytanie 9. Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłaniających, syntetycznych, plecionych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania ok 21-28 dni i okresie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 10. Pakiet 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 26mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 11. Pakiet 1, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 32mm? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 12. Pakiet 1, pozycja 19-21 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 13. Pakiet 1, pozycja 19-21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły standardowej ½ koła okrągłej?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 14. Pakiet 1, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 15. Pakiet 1, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 16. Pakiet 1, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm z nitką o długości 75cm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 17. Pakiet 1, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 18. Pakiet 1, pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej standardowej (nie wzmocnionej) o długości 65cmm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

Pytanie 19. Pakiet 1, pozycja 27-29 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 5x70cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 20. Pakiet 1, pozycja 27-29 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 2x75cm odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 21. Pakiet 1, pozycja 30 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej z tnącym ostrzem haczyk o długości 30mm bez katalogowego określenia „mocna”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 22. Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 23. Pakiet 4, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 24. Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w podwójne, zamknięte saszetki tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne sterylne, szczelnie zamknięte folia-papier?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 25. Pakiet 5, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 26. Pakiet 5, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 27. Pakiet 5, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 45cm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 28. Pakiet 5, pozycja 1-8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrótnie tnących w/w pozycjach?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 29. Pakiet 5, pozycja 9-10 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 30. Pytanie dotyczące pakietu nr 17: Czy Zamawiający w pozycjach 5 i 6 dopuści siatki pakowane oddzielnie każda sztuka w opakowaniu zbiorczym zawierający 3 szt? Reszta parametrów bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 31. Dotyczy pakiet 1 poz. 18..Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą spełniająca pozostałe zapisy SWZ? Jakość igły użytkownik sprawdzi na podstawie załączonych próbek.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 32. Pytanie 2 pakiet 1 poz. 23,24. Czy Zamawiający dopuści szew o długości 70 cm spełniający pozostałe zapisy SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 33. Dotyczy pakiet 1 poz. 30. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem haczyk (J) 30mm mocną, 70 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 34. Dotyczy pakiet 1 poz.1-30. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy takich szwów oczekuje od wykonawcy, który w wartościach średnich oraz w porównaniu do minimalnych limitów USP i FE szew ma posiadać około 140% KPTS (wytrzymałość węzła na rozciąganie) w czasie początkowym , około 104% po dwóch tygodniach, i około 75% w czasie trzech tygodni po zaimplantowaniu. Wartości te gwarantują bezpieczeństwo operatora, pacjenta i szpitala. Potwierdzone oświadczeniem producenta oraz czy wszystkie nici mają pochodzić od jednego producenta?

**Odp. Odpowiedź na pierwszą część pytania: Zamawiający dopuszcza.**

**Odpowiedź na drugą część pytania: nici mogą pochodzić od różnych producentów.**

Pytanie 35. Dotyczy pakiet 4 poz. 1-2.Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający, sterylny. Okres podtrzymywania 50 % po 5 dniach. Okres wchłaniania do 42 dni . Szwy pakowane w pojedyncze opakowania jednostkowe (saszetki) z pełną identyfikacją szwów?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 36. Dot. Pakietu 1, 2, 3, 4. Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w podwójne opakowania jednostkowe (saszetki), tj. saszetkę aluminiową oraz blister folia-papier z pełną identyfikacją szwów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

Pytanie 37. Dot. Pakietu 5. Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w pojedyncze opakowania jednostkowe (saszetki), tj. blister folia-papier z pełną identyfikacją szwów?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 38. Dot. Pakietu 2. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniany, plecione, powlekany, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i okresie wchłaniania ok. 42 dni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 39. Dot. Pakietu 2. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniany, plecione, powlekany, o okresie podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50%, po 10-14 dniach 0% i okresie wchłaniania do ok. 42 dni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 40. Dot. Pakietu 3. Czy Zamawiający dopuści szew o okresie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 41. Dot. Pakietu 3, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści szew bez dodatku antybakteryjnego?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 42. Dot. Pakietu 4. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniany, plecione, powlekany, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i okresie wchłaniania ok. 42 dni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 43. Dot. Pakietu 4. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniany, plecione, powlekany, o okresie podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50%, po 10-14 dniach 0% i okresie wchłaniania do ok. 42 dni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 44. Dot. Pakietu 14. Czy Zamawiający dopuści siatkę makroporowatą (wielkość porów 1,3 x 2,00 mm) i cienką (gramatura 0,55 mm)?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 45. Dot. Pakietu 14, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Pakiet 14 z pominięciem pozycji 3?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 46. Dot. Pakietu 14, poz. 3. Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycję z Pakietu 14?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

Pytanie 47. Dot. Pakietu 16, poz. 1-6. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny monofilamentowy niewchłaniający poliamidowy bez powleczenia?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 48. Dot. Pakietu 19. Czy Zamawiający dopuści szew z polipropylenu bez dodatku polietylenu?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 49. Pakiet 2 poz. 1-3. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał szew syntetyczny, wchłaniający, monofilamentowy. Okres podtrzymywania tkanek 70%-80% -5 dni. 20%-30% po 10 dniach, 0% po 14-21 dniach Okres wchłaniania około 56 dni. Szwy pakowane w pojedyncze opakowania jednostkowe (saszetki) z pełną identyfikacją szwów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 50. Pakiet 3 poz. 1-4, poz.6-10 oraz poz. 12-13. Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający monofilamentowy, z polipropylenu. Okres podtrzymywania tkankowego 65-90% po 28 dniach. Okres wchłaniania 180-220 dni. Szwy pakowane w pojedyncze opakowania jednostkowe (saszetki) z pełną identyfikacją szwów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 51. Pakiet 3 poz. 5 i 11. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłaniający wykonany z polidiodksanonu, z nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 52. Pakiet 3 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 53. Pakiet 3 poz. 4,7,12. Czy Zamawiający dopuści długość szwu 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 54. Pakiet 3 pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści rozmiar nici 1, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 55. Pakiet 3 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian? Dodatkowe wzmocnienie igły gwarantuje większą stabilność w imadle i zwiększoną odporność na łamanie.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

Pytanie 56. Pakiet 3 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści igłę 60mm, prostą, odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 57. Pakiet 3 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści igłę 48mm, prostą, okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 58. Pakiet 3 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści szew o długości 15cm pętlę, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 59. Pakiet 6 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści rozmiar nici 2, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 60. Pakiet 6 poz. 8. Czy w niniejszej pozycji nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje szwu o długości 150 cm?

**Odp. Tak.**

Pytanie 61. Pakiet 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rozmiar nici 6/0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 62. Pakiet 7 poz. 2 . Czy Zamawiający dopuści szew o długości 45c,m pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 63. Pakiet 10 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści podwiązkę endoskopową, pętlową z aplikatorem, szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłaniający wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powłoczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Rozmiar 2/0, długość nici 53cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 64. Pakiet 5 poz. 1-10. Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy niewchłaniający, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 65. Pakiet 5 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła, odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

Pytanie 66. Pakiet 5 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła, odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 67. Pakiet 5 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła, odwrotnie tnącą, kosmetyczną, II generacji, dwuwkłęsłą, długość nici 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 68 Pakiet 5 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła, odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 69. Pakiet 5 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 70. Pakiet 5 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła, odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 71 .Pakiet 5 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 17mm, ½ koła, konwencjonalnie tnącą, rozmiar 5/0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 72. Pakiet 5 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 17mm, ½ koła, konwencjonalnie tnącą, rozmiar 5/0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 73. Pakiet 1 poz. 7,8,10-14,16 oraz 30. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 74. Pakiet 1 poz. 10-12. Czy Zamawiający dopuści długość igły 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

Pytanie 75. Pakiet 1 poz. 13, 16. Czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła okrągłą, wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Dodatkowe wzmocnienie igły gwarantuje większą stabilność w imadle i zwiększoną odporność na łamanie.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 76. Pakiet 1 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści długość igły 70mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 77. Pakiet 1 poz. 30. Czy Zamawiający dopuści igłę haczykową okrągłotnącą, 31mm, długość nici 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 78. Pakiet 3 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia do oceny jakości i parametrów technicznych próbek w ilości 3 sztuk?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 79. Pakiet 3 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła, okrągłą, wzmocnioną, długość nici 150cm pętla, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Z poważaniem**

Sporządziła:  
A. Gędoś