

COZL/DZP/MBK/3412/TP- 11/23

Lublin, dnia 07.02.2023r

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

„Dostawa defibrylatora na potrzeby COZL.”

- I. **Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:**

Pytanie Nr 1

dot. pkt. 54

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania defibrylator z prezentacją na ekranie 3 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2

dot. pkt. 5

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator o wymiarach 295 mm × 252 mm × 316 m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 3

dot. pkt. 7

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z przyciskiem zmiany pacjenta wyświetlanym na ekranie (3 grupy pacjentów, noworodek, dziecko, dorosły)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 4

dot. pkt. 12

Czy zamawiający dopuści defibrylator z jednym gniazdem akumulatorowym – akumulator oferowany o parametrach : akumulator 5000mAh - 4 h ciągłego monitorowania lub 130 defibrylacji z energią 360J ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 5

dot. pkt. 32

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca HR Od 15-350 /min ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 6

dot. pkt. 33

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z wzmocnieniem sygnału EKG : AUTO; 0,125 ;0,5; 1 ;2; 4cm/mV?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 7

dot. pkt. 36

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z bazą danych testów EKG

- Baza danych złośliwych arytmii komorowych MIT-BIT (VFDB).
- Baza danych elektrokardiograficznych Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego (AHADB) (wymagania normy ANSI/AAMI EC57).
- Baza danych arytmii MIT-BIT (MITDB) (wymagania normy ANSI/AAMI EC57).
- Baza danych tachyarytmii komorowych Uniwersytetu Creighton (CUDB) (wymagania normy ANSI/AAMI EC57).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 8

dot. pkt. 45

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z zakresem pomiaru pulsu 20-254/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 9

dot. pkt. 47

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z zakresem perfuzji 0,05 do 20 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 10

dot. pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z archiwizacją danych takich jak : Przegląd NIBP, przegląd zdarzeń alarmowych, przegląd wykresów trendów, przegląd tabeli trendów, przegląd krzywych i przegląd zdarzeń pacjenta. Monitor zapewnia 160 godzin danych trendów, 2000 zestawów danych pomiarowych NIBP, 200-krotne przechowywanie zdarzeń alarmowych parametrów oraz 10-minutowy przegląd krzywej, 1000 zdarzeń pacjentów i do 60 minut przechowywania zapisu AED dla każdego pacjenta, 240 min całego zapisu AED.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.