

Wołów, 12.12.2023 r.

22/PCM/2023/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 1-8

Dotyczy: postępowania nr 22/PCM/2023/ZP/A **Sukcesywna dostawa szwów chirurgicznych oraz siatek przepuklinowych przez okres 24 miesięcy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 - PAKIET 5 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o następującym składzie:

- * wosk pszczeli (83%),
- * parafina stała (5%),
- * palmitynian izopropylu (12%)?

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 - PAKIET 5 poz.1

Czy Zamawiający formułując zapis „Instrukcja użytkowania w języku polskim na opakowaniu zbiorczym” miał na myśli, aby instrukcja użytkowania w języku polskim znajdowała się „w opakowaniu zbiorczym”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, aby instrukcja użytkowania w języku polskim znajdowała się w opakowaniu zbiorczym.

Pytanie 3 - Pakiet 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opakowanie wewnętrzne szwów „kartonik” był opisany grubością szwu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, tj. odstąpi od wymogu, aby opakowanie wewnętrzne szwów „kartonik” był opisany grubością szwu.

Pytanie 4 - Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w opakowanie potrójne, podwójnie sterylne: wewnętrzne opakowanie kartonik podtrzymujący szew, następnie koperta papierowa z pełnym opisem nici w języku polskim i opakowanie zewnętrzne folia-papier?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wskazanie jakiej grubości nici wymaga Zamawiający?

ODPOWIEDŹ: grubość nici 5/0.

Pytanie 6 - Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści opakowania handlowe i jednostkowe posiadające oznakowania w języku angielskim i uniwersalne piktogramy wskazujące na parametry danej nici, a także załączoną do opakowania handlowego pełną instrukcję użytkowania w języku polskim, zawierającą wszelkie wymagane informacje?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 - Dotyczy Pakietu nr 4:

Czy Zamawiający dopuści szwy w pojedynczym opakowaniu jednostkowym? Naszym celem jest dostarczanie produktów o najniższej masie i objętości opakowania oraz najwyższej zawartości materiałów nadających się do recyklingu. Taki sposób pakowania szwów w istotny sposób zmniejsza ilość odpadów i redukcję kosztów związanych z ich utylizacją.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 - Dotyczy pakietu nr 6:

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową.

Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m². Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm² Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna. Rozmiary pozostają bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 - Dotyczy pakietu nr 6:

Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści Siatka do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową

Siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137,1 g/ m². Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm² Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna . Rozmiary pozostają bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 - Dotyczy pakietu nr 6:

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści Siatkę do zabiegów Laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych.

Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłaniałym hydrożelem wchłaniałym w 30 dni, na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm², waga po absorpcji 51g/m². Rozmiar 25.4 x 33 cm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 - Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3

W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 40% wartości umowy jest za wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30%. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu nie przekraczającego 25% wartości umowy (danej części) i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 - dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, również długość 75 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 - dot. Pakietu nr 1, poz. 19-23

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekanie, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 - dot. Pakietu nr 1, poz. 27-28

Czy Zamawiający dopuści szew niezawierający środka antybakteryjnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 - dot. Pakietu nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 17 mm i nitką 75 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 - dot. Pakietu nr 2, poz. 14-16

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu, pozostałe bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie jakiego rozmiaru igły w Pakiecie 4 pozycja 3 Zamawiający będzie wymagał? Czy jest to rozmiar 3/0, 4/0 lub 5/0?

ODPOWIEDŹ: 5/0.

Pytanie 18

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 21 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. a, b, d:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru za każdy dzień zwłoki licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

b) w wysokości 0,5% wartości brutto towaru, którego opóźnione dokumenty dotyczą w przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 15 za każdy dzień zwłoki licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 15 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towaru, którego opóźnione dokumenty dotyczą

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

d) w wysokości 0,5% ceny brutto wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku zwłoki w usunięciu wady za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20 - dotyczy pakietu 2 pozycja 14,15,16:


Czy Zamawiający dopuści syntetyczne szwy niewchłaniające monofilamentowe z polipropylenu?
Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,


PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
W WOŁOWIE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 988 02 67 118, REGON 020749596
Tel. 71/380 58 01

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wołow.pl

