Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Regon 000311591
NIP 6651042675
KRS 0000030801

Konin, dnia 25.05.2021 r.

WSZ-EP-9/400/2021

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn **„Dostawa materiałów jednorazowych do witrektomii wraz z dzierżawą aparatu do witrektomii”**, nr sprawy WSZ-EP-9/2021.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: załącznik 2 do SWZ, tabela 1, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści następujący zestaw akcesoriów:

Jednorazowy sterylnie zapakowany zestaw do witrektomi kompatybilny z oferowanym aparatem 25 G (1op.=6szt.) o składzie
Konektor męski
Konektor żeński
Osłona Mayo
Przylepiec
Osłona na pilota
Osłona na ekran
Dreny infuzyjne z drenem powietrza do wymuszonej infuzji z filtrem antybakteryjnym
Zestaw drenów aspiracyjnych
Kaseta jednorazowa z workiem odciekowym 0.5l
Światłowód ścięty/kątowy "shielded"(25g/ 0.5mm) + wgłabiacz twardówkowy
Witrektom pneumatyczny 25G/8000CPM
System samouszczelniających trokarów "One step" z zastawkami
Pojemnik testowy
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

www.szpital-konin.pl szpital@szpital-konin.pl (63) 240-40-00

Dotyczy: załącznik 2 do SWZ, tabela 1, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści następujący zestaw akcesoriów:

Jednorazowy sterylnie zapakowany zestaw do witrektomi kompatybilny z oferowanym aparatem 23 G (1op.=6szt.) o składzie
Konektor męski
Konektor żeński
Osłona Mayo
Przylepiec
Osłona na pilota
Osłona na ekran
Dreny infuzyjne z drenem powietrza do wymuszonej infuzji z filtrem antybakteryjnym
Zestaw drenów aspiracyjnych
Kaseta jednorazowa z workiem odciekowym 0.5l
Światłowód ścięty/kątowy "shielded" (23g/ 0.5mm)+ wgłabiacz twardówkowy
Witrektom pneumatyczny 23G/8000CPM
System samouszczelniających trokarów "One step" z zastawkami
Pojemnik testowy
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy: załącznik 2 do SWZ, tabela 1, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści następujący zestaw akcesoriów, zapakowany w nie więcej niż 2 opakowania:

1szt - Obłożenie na stolik, wymiary 150 +- 2,5 cm x 137 +- 2,5 cm
1szt - Obłożenie na pacjenta, wymiary 150 +- 2,5 cm x 141 +- 2,5 cm, filia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym
2szt - Fartuch XL
2szt - Ręczniki
1szt - Osłonka na oko (plastikowa)
2szt - Kubeczek ok. 60ml
1szt - Opatrunek na oko 8 x 6 ,5cm
2szt - Strzykwka 5ml Luer Lock 3-częściowa
1szt - Strzykwka 3ml Luer Lock 3-częściowa
1szt - Strzykawka 20 ml
10szt - Spongostany
1szt - Pean zaciskowy
1szt - Obłożenie na srolik Mayo, wymiary 58 x 94 cm
5szt - Gazy 9 x 5 cm
2szt - Osłony na podłokietniki na fotel operatora dł 80 cm, szerokość 34 cm
1szt - Sterylna osłona na ekran aparatu 43 +-2,5 cm x 50 +- 2,5cm
1szt - Pojemnik ok 20 x 15 x 5 cm
1szt - Zestaw kaniul (visco 27G x 3, visco 23G x 1, hydrodyssekcja 25G x 1)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy: załącznik 3 do SWZ, zestawienie istotnych parametrów technicznych, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w pompą tłokowa VTi, o podwójnej charakterystyce pracy (perystaltyczna/venturi) w zależności od zadanego trybu, która umożliwia kontrolę przepływu i podciśnienia tak jak jest to realizowane w pompie perystaltycznej oraz samego podciśnienia jak w pompie Venturiego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy: załącznik 3 do SWZ, zestawienie istotnych parametrów technicznych, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści aparat w którym wartość stałego przepływu i jednoczesna regulacja wartości podciśnienia ustawiana jest za pomocą dotykowego panelu sterowania, a późniejsza regulacja pracy za pomocą sterownika nożnego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy: załącznik 3 do SWZ, zestawienie istotnych parametrów technicznych, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści aparat z systemem AIC (automatyczna kompensacja infuzji) równoważnym do opisanego w SIWZ, który umożliwia automatyczne wyrównanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie aktualnych zmian parametrów zabiegowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Signed by /
Podpisano przez:

Leszek Sobieski

Date / Data:
2021-05-25
13:39