

Tarnów, dnia 11.11.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.90 .AH..... /20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów endoskopowych dla CPE Nr sprawy: 90/2020

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.11.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Zakres nr 6 , poz. 1-3

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający wymaga, szczotek pakowanych indywidualnie oraz w opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z otworem.

ODP Tak ze względów epidemiologicznych zamawiający wymaga szczotek pakowanych indywidualnie oraz w opakowanie zbiorcze.

Zakres nr 8 , poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustników o śr. otworu 22 x 25mm, z dużymi otworami bocznymi i regulowaną taśmą mocującą.

ODP Tak dopuszczamy

Zakres nr 8 , poz. 1-3

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający wymaga ustników pakowanych oryginalnie pojedynczo w warunkach aseptycznych oraz w opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z otworem?

ODP Tak ze względów epidemiologicznych zamawiający wymaga ustników pakowanych indywidualnie oraz w opakowanie zbiorcze.

Zakres nr 8 , poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy każdy ustnik powinien zawierać min. trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT i datą ważności oraz danymi producenta/dystrybutora na etykiecie głównej produktu.

ODP Nie opakowania indywidualne nie muszą posiadać samoprzylepnych naklejek do dokumentacji medycznej z numerem katalogowym i nr LOT i datą ważności

Zakres nr 12 , poz. 1

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczyków z łyżkami owalnymi, o wymiarach 1,8/2,54mm oraz 2,3/3mm, rozwarcie łyżeczek 6,5mm.

ODP Nie kleszcze nie spełniają parametrów wymaganych.

Zakres nr 12 , poz. 2

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczyków z łyżkami owalnymi/typu aligator, o wymiarach 2,3/3-3,10mm, rozwarcie łyżeczek 7mm.

ODP Nie kleszcze nie spełnia parametrów wymaganych (rozwarcie łyżeczki 8 mm)

Zakres nr 12 , poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pętli jednorazowych, rotacyjnych, hybrydowych- do cięcia na zimno i z użyciem diatermii, o śr. drutu 0,4mm i śr. pętli 10, 15mm, śr. katetera 2,4mm, dł. 230cm.

ODP Nie, brak wymaganych większych rozmiarów pętli (25, 32 mm).

Zakres nr 12 , poz. 4

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych pułapek na polipy 5-komorowych, które pozwalają na dokładniejsze opisanie miejsca poprania poszczególnych polipów, w przypadku pobrania kilku polipów. Wieczko obrotowe z dwoma drenami, długość drenów ok. 15cm, śr. wewnętrzna pułapki 50mm

ODP Nie wymagana jest pułapka jednokomorowa.

Zakres nr 12 , poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic rotacyjnych 360st. – rozwarcie ramion klipsa 9mm, 12mm, 16mm, śr. kateheta 2,5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP Tak Dopuszczamy.

Zakres nr 12 , poz. 6

Prosimy o dopuszczenie pętli z koszem ekstrakcyjnym w kształcie oktagonu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP Tak Dopuszczamy.

Zakres nr 12 , poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł o śr. 0,6 lub 0,7mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP Nie, brak wymaganych większych rozmiarów igieł

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

f.