

Znak: ZOZ.V.010/DZP/16/21

Sucha Beskidzka dnia 09.03.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu 1x użytku –uzupełnienie I.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet 6**

**Pozycja 1**

prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody owalnej o wymiarach 164x117 mm i powierzchni przewodzącej 107 cm i odstąpienie od wymogu pierścienia wyrównania potencjałów

Lub

prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm<sup>2</sup> i powierzchni przewodzącej 110 cm<sup>2</sup> systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pozycja 2** -prosimy o dopuszczenie rozmiaru 50x50 mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pozycja 4** -prosimy o dopuszczenie dł. 5m

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8**

**Pozycja 2, 3, 4**

Prosimy o wydzielenie poz. 2, 3, 4 do oddzielnego zadania – pozwoli to na przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pozycja 4**- prosimy o dopuszczenie dł. 3m

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Z poważaniem:

  
mgr Janusz Bączewski  
Został Dyrektorem  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej

  
mgr Ewelina Brzezick  
Kierownik  
Działu Zakupów Usług i Sprzętu