



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 48

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1782 / 2927 / 24

Data: 23.08.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 1 poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 2,3,4,5,6,7, pakiet 1 Bezpieczną kaniulę dożylną, wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji (potwierdzone min 3 badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, opakowanie blister pack?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 1 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1, pakiet 1 Kaniulę bezpieczną, cewnik z biokompatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, ostrze typu back-cut. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, ze skrzydełkami, rozmiar 24G x 19mm, przepływ 20ml/min, opakowanie 50 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 1 poz. 8 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8, pakiet 1 Kaniulę dożylną przeznaczoną do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radioceniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wpływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. Rozmiar 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**



**PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 1 poz. 9 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9, pakiet 1 Kaniule bezpieczną, cewnik z biokompatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, ostrze typu back-cut. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, ze skrzydełkami, rozmiar 24G x 19mm, przepływ 20ml/min, opakowanie 50 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 1 poz. 10 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10, pakiet 1, Kaniule bezpieczną, cewnik z biokompatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, ostrze typu back-cut. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, ze skrzydełkami, rozmiar 22G x 25mm, przepływ 37ml/min, opakowanie 50 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 1 poz. 11 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11, pakiet 1, Kaniulę bezpieczną, cewnik z biokompatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, ostrze typu back-cut. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, ze skrzydełkami, rozmiar 20G x 30mm, przepływ 61ml/min, opakowanie 50 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 1 poz. 12 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 12, pakiet 1, Kaniulę bezpieczną, cewnik z biokompatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, ostrze typu back-cut. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, ze skrzydełkami, rozmiar 18G x 30mm, przepływ 95 ml/min, opakowanie 50 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 47 poz. 1, 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 47 poz. 1 i 2 na cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr, o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Końcówka cewnika rozdwojona. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 9 dot. Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

§ 3 ust. 7 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Czy Zamawiający uzna za skuteczne dostarczenie faktury w formacie pdf za pośrednictwem poczty e-mail?

W przypadku zgody na powyższe, prosimy o uwzględnienie zapisu w umowie wraz ze wskazaniem adresu e-mail, na który należy przesłać fakturę.

**Odpowiedź: Tak. § 5 ust. 5 Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy zawiera zapis o możliwości przesyłania faktury VAT w formacie pdf. na adres e-mail: sekretariat@szpital.elk.pl. oraz za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania**



**PYTANIE nr 10 dot. Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

§ 6 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 20% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy (...).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**PYTANIE nr 11 dot. Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

§ 9 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

