



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 2024-01-19

EZ/2/2024/ 48

**Wg rozdzielnika
Do uczestników i zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania 2/2024 Zakup i dostawa czynnika sterylizującego do sterylizatora plazmowego

Zamawiający informuje, iż uzupełnia odpowiedzi na pytania z dnia 15.01.2024 EZ/2/2024/34:

Pytanie: Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Dotyczy poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o gramaturze 95g/m²?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o rekomendowanej temperaturze zgrzewu 155 stopni?

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania zgodności z normą ISO Em 866-5, gdyż jest ona już wycofana i zastąpiona normą 11138-1, a dotyczy testów biologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane przez Wykonawcę gramatury rękawa i temperaturę zgrzewu.

Zamawiający odstępuje w przedmiocie zamówienia od wymogu posiadania zgodności z normą ISO Em 866-5.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszevska