



Słupsk, dnia 04.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: Dostawa sprzętu medycznego - nr postępowania 53/TP/2024

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część nr 5

Zamawiający dopuści aparat o następującej konfiguracji i wyposażeniu:

	PARAMETRY OGOLNE
1.	Nieinwazyjny i prosty w użyciu elektroencefalograf przeznaczony do rejestrowania i monitorowania zapisów aEEG i EEG w celu monitorowania funkcji mózgu w przesiewowej kontroli pacjentów pod kątem zaburzeń OUN.
2.	Przeznaczony dla wcześniaków i noworodków zgodnie z wiekiem postkonceptyjnym od 26 do 46 tygodnia.
3.	Jednoczesna rejestracja zapisu aEEG i EEG
4.	Specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne zoptymalizowane do każdego stopnia opieki Oddziału Neonatologicznego generujące na ekranie głównym 2 kanały aEEG oraz jego interpretację w postaci wskaźników zaniku aktywności mózgu i ich częstości , w celu wstępnej oceny: - występowania drgawek klinicznie niemych, - dojrzałości mózgu i/lub jego regeneracji, - efektów leczenia przeciwdrgawkowego oraz wydajność leków, - zagrożeń dla mózgu i ich następstw związanych z noworodkową encefalopatią niedotleniowo-niedokrwienną (HIE), - kwalifikacji do leczenia hipotermią oraz zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami podczas terapeutycznej hipotermii w celu monitorowania czynności mózgu, - cyklu aktywności oraz snu.
5.	Maksymalna liczba kanałów: 8
6.	Zintegrowany wzmacniacz klasy medycznej o wysokiej impedancji wejściowej
7.	Impedancja wejściowa >900 MOhm
8.	Zakres sygnału wejściowego 200-1000 mV
9.	Częstotliwość 512 Hz
10.	Aktywnie ekranowane wejścia
11.	Cicha praca – chłodzenie konwekcyjne
12.	Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz. Zasilacz wbudowany (nie dopuszcza się zasilaczy zewnętrznych).
13.	Pobór energii max 110W
15.	Wbudowany port komunikacji USB. 3.0
16.	Wbudowany system operacyjny WINDOWS 10
17.	Wbudowana pamięć 250 GB
18.	Wbudowana pamięć RAM: 8 GB
19.	Możliwość eksportu monitorowanych danych
MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW	
1.	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 15”
1.1	Rozdzielczość 1920x1080 pikseli
2.	Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM

3.	Funkcje monitorowania: - EEG w czasie rzeczywistym, - aEEG, - Współczynnik tłumienia impulsów, - Interwały czasowe pomiędzy kolejnymi wyładowaniami, - pomiar impedancji każdej elektrody, - znaczniki zdarzeń.
4.	Wskaźnik procentowy współczynnika tłumienia impulsów (stosunek wysokiej i niskiej aktywności) z ostatnich 10 minut, aktualizowane co . 5 sekund.
5.	Wskaźnik sekundowy interwałów czasowych pomiędzy kolejnymi wyładowaniami (zanikiem aktywności mózgu) z ostatnich 10 minut, aktualizowany co 5 sekund.
6.	Możliwość wykonania zrzutu ekranu tzw. „screenshot” i jego zapis.
WYPOSAŻENIE	
1.	Aktywnie ekranowany czepiec wielorazowego użytku wyposażony w elektrody miseczkowe, umożliwiającą szybką i prostą aplikację.
2.	Ekranowany łącznik elektrod
3.	Żel przewodzący
4.	Strzykawka wraz z kompletem igieł do aplikacji żelu.
5.	Stojak jezdny

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 2-4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu niedostarczonego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu wadliwego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu reklamowanego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.”

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Dotyczy części 5 Dotyczy Część I Rozdział 10 SWZ

Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą w ten sposób, że dokumenty te zostaną skompresowane do jednego pliku (folderu, katalogu elektronicznego) w formacie .zip, a następnie ten katalog zostanie podpisany przez wykonawcę jednym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym poszczególne dokumenty zawarte w skompresowanym katalogu nie będą oddzielnie podpisane.

Wskazujemy, że w myśl §8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie taki sposób złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniach przetargowych jest dopuszczalny.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4:

Dotyczy części 5 Dotyczy §3 ust. 1 oraz ust. 2 Części II SWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wnosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „wykonanie innych obowiązków Wykonawcy wynikających ze specyfikacji warunków zamówienia, załączników i oferty” Tak ogólne sformułowanie mogłoby sugerować, że protokół zostanie podpisany np. po upływie okresu gwarancji.

Jest to tyle istotne, że wykonanie tego rodzaju obowiązków stanowi o wykonaniu „całości zadania”. Zgodnie z §3 ust. 1 termin wykonania warunków umowy będzie uważany dzień podpisania protokołu odbioru „całości zadania”

Podpisanie protokołu odbioru warunkuje wystawienie faktury VAT.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający doprecyzował zapis definiujący „całość zadania” w §3 ust. 2 Wzoru umowy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy części 5 Dotyczy §3 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 Części II SWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wnosimy o potwierdzenie, że podpisanie protokołu odbioru nastąpi po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy, a także przeszkoleniu personelu Zamawiającego i nie jest potrzebne wykonanie innych czynności definiujących „całość zadania” w rozumieniu §3 ust. 2.

Z jednej strony w ust. 1 Zamawiający pisze, że protokół odbioru ma dotyczyć „całości zadania” w rozumieniu §3 ust. 2, a z drugiej w §3 ust. 4 wskazuje, że odbiór nastąpi po wykonaniu dostawy, zainstalowaniu towaru i przeszkoleniu personelu Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza że podpisanie protokołu odbioru nastąpi po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy, a także przeszkoleniu personelu Zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Dotyczy części 5 Dotyczy §4 ust. 5 i 6 Części II SWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wnosimy o wyjaśnienie, jak postanowienia wskazane w §4 ust. 5 i 6 mają się do postanowień dotyczących gwarancji określonych w OPZ i dalszych postanowieniach §4 umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający usuwa w §4 ust. 5 i 6 Części II SWZ – wzór umowy.

Czy Zamawiający określa po swojej stronie dodatkowe uprawnienie dotyczące wad przedmiotu umowy? Czy Zamawiający modyfikuje procedurę zgłaszania wad wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy części 5 Dotyczy §4 ust. 5 i 6 Części II SWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wnosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na naprawę wadliwego elementu zgłoszonego przez Zamawiającego Wykonawcy w ramach postępowania reklamacyjnego określonego w tych punktach umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:

Dotyczy części 5 Dotyczy §4 ust 6 Części II SWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wnosimy o potwierdzenie, że wymianie podlegać ma tylko element przedmiotu umowy dotknięty wadą, a nie cały przedmiot umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9:

Dotyczy części 5 §4 ust. 10 Części II SWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Wnosimy o potwierdzenie, że decyzja co do sposobu usunięcia wady (wymiana części, wymiana urządzenia, naprawa urządzenia) należy do Wykonawcy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10:

Dotyczy części 5 Dotyczy §5 ust. 1 Części II SWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury i otrzymania wynagrodzenia po odbiorze przedmiotu umowy i sporządzeniu protokołu odbioru.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza że zapłata należności nastąpi po wykonaniu wszystkich obowiązków Wykonawcy i podpisaniu protokołu odbioru całości zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1, bez uwag.

Pytanie nr 11:

Dotyczy części 5 Dotyczy §5 ust. 2 Części II SWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia Publicznego Wnosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawione faktury VAT.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12:

Dotyczy części 5 Dotyczy Punkt 5 sekcji „Warunki gwarancji i serwisu” Części III OPZ – Opis przedmioty zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych dot. Części 5 – Aparat aEEG

Wnosimy o odstąpienie od możliwości zgłaszania usterek 24 godziny na dobę. Serwis wykonawcy oraz serwisy urządzeń działające na rynku działają w dni robocze w określonych godzinach (np. 7 – 15).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Punkt 5 sekcji „Warunki gwarancji i serwisu” Części III OPZ – Opis przedmioty zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych dot. Części 5 – Aparat aEEG został zmodyfikowany.

Pytanie nr 13:

Dotyczy części 5 Dotyczy Punkt 6 sekcji „Warunki gwarancji i serwisu” Części III OPZ – Opis przedmioty zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych dot. Części 5 – Aparat aEEG Wnosimy o wydłużenie czas reakcji serwisu do 72 Godzin w dni robocze.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

Dotyczy części 5 Dotyczy Punkt 6 sekcji „Warunki gwarancji i serwisu” Części III OPZ – Opis przedmioty zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych dot. Części 5 – Aparat aEEG Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna czas reakcji za wypełniony w razie przystąpienia do zdalnej diagnostyki usterki.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15:

Dotyczy części 5 Dotyczy Punkt 7 i 8 sekcji „Warunki gwarancji i serwisu” Części III OPZ – Opis przedmioty zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych dot. Części 5 – Aparat aEEG Wnosimy o wydłużenie czasu wykonania naprawy:

1) wymagającej importu części z zagranicy– do 21 dni roboczych

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Punkt 8 sekcji „Warunki gwarancji i serwisu” Części III OPZ – Opis przedmioty zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych dot. Części 5 – Aparat aEEG został zmodyfikowany.

Pytanie nr 16:

Dotyczy części 5 Dotyczy Punkt 6, 7 i 8 sekcji „Warunki gwarancji i serwisu” Części III OPZ – Opis przedmioty zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych dot. Części 5 – Aparat aEEG

Wnosimy o potwierdzenie, że czas reakcji oraz czas napraw jest liczony w dniach roboczych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17:

Dotyczy części 5 Dotyczy §6 ust. 1 – 4 i 9 Części II SWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wnosimy o naliczanie kar umownych od wartości netto przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:

Dotyczy części 5 Dotyczy Część IV SWZ – Wzór umowy RODO

Wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od obowiązku zawarcia przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Świadczenie usług gwarancyjnych lub serwisowych nie wymaga transferu danych do Wykonawcy.

W ocenie wykonawcy przeprowadzenie serwisu lub naprawy urządzenia nie wymaga zapoznawania się przez wykonawcę z danymi osobowymi zgromadzonymi w urządzeniu. Należyte przeprowadzenie serwisu lub naprawy jest możliwe, gdy wykonawca nie będzie mieć dostępu do danych osobowych. Urządzenie, które ma podlegać serwisowi, umożliwia przed przystąpieniem do serwisu utworzenie pustej bazy danych lub pseudonimizację danych osobowych. Zabiegi te spowodują, że wykonawca nie będzie miał możliwości zapoznania się z danymi osobowymi. Przed przystąpieniem do serwisu lub naprawy udzielimy Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień związanych z prawidłowym przygotowaniem urządzenia. W procesie ochrony danych osobowych na administratorze spoczywa obowiązek minimalizowania operacji przetwarzania danych osobowych, czemu może służyć odpowiednie przygotowanie urządzenia przed serwisem lub naprawą, tak aby osoby, które nie mają potrzeby przetwarzania danych osobowych, tych danych nie przetwarzały.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Wzór umowy RODO dla części nr 5 nie ma zastosowania.

Pytanie nr 19:

Dotyczy części 5 Dotyczy §3 ust. 2 i 3 Część IV SWZ – Wzór umowy RODO

O ile Zamawiający uzna, że wykonawcy zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych, to przetwarzaniu będą podlegały szczególne kategorie danych osobowych, w tym dane o zdrowiu (np. zgromadzone w urządzeniu), wobec czego postanowienia zawarte w tych punktach nie odpowiadają rzeczywistości.

Odp. Zamawiającego: Wzór umowy RODO dla części 5 nie ma zastosowania zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

Pytanie nr 20:

Dotyczy części nr 4 Czy Zamawiający dopuści

-w miejsce przycisków zbudowanych w podstawę fotela przyciski nożne bezprzewodowe?

-Regulację segmentu pleców elektromechaniczna 118-180stopni (180 stopni odpowiada ułożeniu fotela w

pozycji na płask) uzyskiwane za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz

za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę fotela?

- Programator pozycji i badań (2 pozycje zaprogramowane fabrycznie, 2 pozycje dowolne do zaprogramowania przez użytkownika)

-fotel bez schodka, przy czym najniższa pozycja do uzyskania to 510mm i umożliwia łatwe wchodzenie na fotel?

- miskę o kształcie prostokąta, kompatybilną z oferowanym fotelem?

- podpórki na ręce pacjenta zintegrowane z podpórkami podudzia typu Goepela?

- segmentu siedziska oparty na płask, możliwość regulacji w pozycji leżącej 21 stopni?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21:

dot. Część III SWZ – OPZ dla zadania 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie z jakim systemem wizyjnym

kompatybilny ma być opisany w OPZ dla zadania 3 wideoureterorenoskop?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuj, że oferowany wideoureterorenoskop ma być kompatybilny z systemem OLYMPUS S200.

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 PZP** dokonuje zmiany w treści SWZ – Części II SWZ – wzór umowy, Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 5.

Zamawiający usuwa Wzór umowy RODO dla części nr 5.

Zgodnie z **art. 286 ust. 7 PZP** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Załącznik:

Części II SWZ – wzór umowy

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 5 zmodyfikowany

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak