



PCZ/II-ZP/04/2024

Żnin, dn. 27.02.2024 r.

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
PCZ/II-ZP/04/2024

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzącego w trybie podstawowym na Dostawę
Materiałów jednorazowego użytku w Grupach 1-31 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.
o. w Żninie Nr post.: PCZ/II-ZP/04/2024.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

1. Grupa 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igły motylek w opakowaniu a'100 szt. i wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

2. Grupa 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły do penów dostępne w następujących rozmiarach: 0,33x12mm i 0,3x8mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Grupa 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły do penów dostępne w następujących rozmiarach: 0,33x12mm i 0,25x6mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Grupa 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły do penów dostępne wyłącznie w rozmiarze 0,33x12mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

5. Grupa 2, pozycja 10-15

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z 4 paskami kontrastującymi w RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Grupa 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z 1,1x32mm 20G przepływ 61 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Grupa 2, pozycja 16-19

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne posiadające skuteczne pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem w postaci zatrasku z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Grupa 2, pozycja 16-19

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Grupa 2, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne 1,1x32mm 20G przepływ 61 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Grupa 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne 1,3x45mm 18G przepływ 100 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Grupa 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie 0,6x19 26G?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

12. Grupa 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z 4 paskami kontrastującymi w RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Grupa 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczną o następującym opisie:

- Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP) posiadający 2 paski kontrastujące w RTG
- Zawór odcinający „on/off” w kolorze czerwonym umożliwia zamknięcie lub otwarcie światła kaniuli
- Specjalnie zaprojektowany przesuwany zawór odcinający minimalizuje utratę krwi, zapobiega wypływowi wstęchnemu zmniejszając ryzyko potencjalnej ekspozycji na materiał zakaźny
- Skrzydełka „w kształcie motyla” ułatwiają bezpieczne mocowanie za pomocą opatrunku
- Skrzydełka dodatkowo wyposażone w 3 oczka umożliwiające opcjonalne przysycie do skóry
- Ostre ścięcie igły umożliwia płynne oraz atraumatyczne umieszczenie kaniuli w naczyniu tętnicznym pacjenta
- Komora wypływu wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi i ryzykiem infekcji
- Koreczek luer lock pozwala na zamknięcie portu głównego zaraz po założeniu
- Kaniula bezpieczna wyposażona w pasywne zabezpieczenie, które automatycznie osłania ostrze mandrynu minimalizując ryzyko zakłucia oraz zranienie igłą
- Rozmiar 20G, 1,1x45mm
- Przepływ 49 ml/min
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie 1 szt./ blister papier-folia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

14. Grupa 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml z rozszerzeniem skali do 2,2ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Grupa 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml z rozszerzeniem skali do 5,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Grupa 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml z rozszerzeniem skali do 11ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Grupa 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml z rozszerzeniem skali do 22ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Grupa 3, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą, wyraźną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

19. Grupa 3, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą kryzą skutecznie zabezpieczającą przez wysunięciem tłoka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

20. Grupa 3, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przewężeniem tłoka w górnej części, służące do łamania strzykawki po użyciu, nie wpływające na jej pracę podczas użytkowania?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

21. Grupa 3, pozycja 6,8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych z pojedynczą skalą pomiarową?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

22. Grupa 3, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

23. Grupa 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

24. Grupa 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa (medycznego PCV) o długości 60 mm (55 mm w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza stożkowa (ołówkowa) dwukanałowa ścięta 4-płaszczyznowo z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy pochewka), odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką, zaopatrzone w dodatkowe skrzydełka dociskowe

ułatwiający wklucie w pojemniki z płynami, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 17,92 ml, dren o średnicy wewnętrznej 3,9 mm, opakowanie kolorystyczne folia-papier identyfikujące rodzaj przyrządu, sterylne, opakowanie 250 szt.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

25. Grupa 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa z medycznego PCV o długości 90mm w części przezroczystej, z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 21ml, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowa pochewka) igła biorcza dwukanałowa ścięta 4-płaszczyznowo z ABS, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylne, opakowanie 250 szt. ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

26. Grupa 3, pozycja 11-12

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

27. Grupa 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze bursztynowe o długości 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Grupa 6, pozycja 1,3

Czy Zamawiający dopuści papiery na stawce VAT 23%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

29. Grupa 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę papierów do EKG za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

30. Grupa 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę papierów do EKG za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

31. Grupa 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 56x42mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

32. Grupa 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane w opakowanie foliowe a'50 szt. luzem (niekonfekcjonowane po 4 sztuki na pasku)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

33. Grupa 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod do defibrylacji za komplet a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Należy wycenić 30 kompletów po 2 sztuki. Zamawiający informuje o zmianie zapisów w SWZ, w Załączniku nr 2 do SWZ - Załącznik asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 22.02.2024 r. – odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 22.02.2024.

34. Grupa 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści elektrody do defibrylacji do aparatu Quick-Combo dla dzieci o długości kabla 120cm, powierzchni całkowitej elektrody 75cm², powierzchni aktywnej 40cm² kpl.-2 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje o zmianie zapisów w SWZ, w Załączniku nr 2 do SWZ - Załącznik asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 22.02.2024 r. – odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 22.02.2024.

35. Grupa 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści elektrody do defibrylacji do aparatu Quick-Combo dla dorosłych o długości kabla 120cm, powierzchni całkowitej elektrody 136cm², powierzchni aktywnej 100cm² kpl.-2 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

36. Grupa 9, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści worki bez dedykowanego pola do opisywania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37. Grupa 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu, z drenem o długości 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

38. Grupa 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu z samouszczelniającym się bezigłowym portem do pobierania próbek – bez portu igłowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

39. Grupa 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

40. Grupa 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², chłonność 3820,18 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

41. Grupa 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne w rozmiarze 80cm x 210cm i chłonności 140ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

42. Grupa 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne bez laminowanych pasków bocznych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

43. Grupa 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne wzmocnione nitkami wykonanymi z 90% bawełny i 10% poliestrowym włóknem syntetycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

44. Grupa 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

45. Grupa 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

46. Grupa 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

47. Grupa 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rolkę celulozową z perforacją co 37,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

48. Grupa 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rolkę celulozową podfoliowaną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

49. Grupa 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli o wymiarach poszwy 160x210cm, prześcieradła 150x210cm, pakowany po komplecie w folię, zbiorczo po 25 kompletów w karton?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

50. Grupa 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe w rozmiarze 160x210?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

51. Grupa 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe w rozmiarze 140x240?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

52. Grupa 12, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z polipropylenu o gramaturze 40g/m², w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

53. **Grupa 12, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści koszulę o szerokości 74cm i długości 117cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

54. **Grupa 12, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

55. **Grupa 12, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne posiadające w bluzie 3 kieszenie, oraz spodnie wiązane na troki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

56. **Grupa 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm, po 2 porty do odsysania treści po obu stronach dolnej części worka
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, wykonana z włókniny spunlance
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60x145cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

57. **Grupa 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa, odporności na penetrację płynów 197 cm H₂O

- 1 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów, port do odsysania treści w dolnej części worka
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, wykonana z włókniny typu spunlance
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie 60x140cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

58. **Grupa 13, pozycja 2**



Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m², odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O., chłonność wzmocnienia min. 680%.

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, z włókniny typu spunlance
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m²
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

59. Grupa 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m², odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, z 4 organizatorami przewodów
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, 2 organizatory przewodów
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm, 2 organizatory przewodów
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, 2 organizatory przewodów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, z włókniny typu spunlance
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

60. Grupa 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m², odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, z organozatorami przewodów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

61. Grupa 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, z organizatorami przewodów, wzmocnienie w strefie krytycznej 75x100cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

62. Grupa 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m², wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H₂O

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona

hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m²?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

63. Grupa 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m², wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 100/99 kPa, odporności na penetrację płynów 102 cm H₂O

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m²?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

64. Grupa 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

65. Grupa 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym na prosto?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

66. Grupa 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie płynów 35cm H₂O?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

67. Grupa 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 76Kpa?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

68. Grupa 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

69. Grupa 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym na prosto?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

70. Grupa 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający nieprzemakalne wstawki o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

71. Grupa 13, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², w rozmiarze 30x80cm, odporności na przenikanie cieczy 188cm H₂O, pylenie <1,3 log₁₀?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

72. Grupa 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody z 2 taśmami przylepnymi o wymiarach 2,5cm x 17cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

73. Grupa 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki zapisane na zamek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

74. Grupa 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o pojemności 2l skalowany co 100ml (+ dodatkowa ukośna skala dla małych objętości), z przezroczystej folii w kolorze niebieskim, z ustnikiem (kołnierzem) w kształcie koła pozwalający wygodnie trzymać wyrób podczas użycia, posiadający wycięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie („skręć i zaczep”), co zabezpiecza przed wylaniem treści oraz odcina przykry zapach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

75. Grupa 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę toreb na wymiociny za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

76. Grupa 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 33 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml +/- 200ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H₂O, worek wykonany z PVC; 1 maska jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #5, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia na masce; przewód tlenowy dł. 2,1 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2000 ml. Objętość wyrzutowa ≥ 600ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

77. Grupa 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci z masą ciała 10 - 33 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 500 ml +/- 200ml z zaworem ciśnieniowym 40 cm H₂O, worek wykonany z PVC; 1 maska jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #2, rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. 2,1 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 1600 ml. Objętość wyrzutowa 500ml +/- 200ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

78. Grupa 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczotek cytologicznych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

79. Grupa 26, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szkiełka o wymiarach 76x26mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

80. Grupa 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

81. Grupa 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 300cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

82. Grupa 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

83. Grupa 27, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz CH14x2100mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

84. Grupa 27, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opaski do mocowania rurek tracheostomijnych niejałowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

85. Grupa 27, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

86. Grupa 27, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za opakowanie a'30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

87. Grupa 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy 1,6m z workiem 1L, gałąź 1,0m, karbowant, sterylny, przyrząd posiada łącznik kątowy z portem do kapnografii, Trójkąt Y z portami i kolanko z portem wykonane z przezroczystego tworzywa?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.


88. Grupa 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy 1,6m z workiem 3L, gałąź 1,0m, karbowant, sterylny, przyrząd posiada łącznik kątowy z portem do kapnografii, Trójkąt Y i kolanko z portem wykonane z przezroczystego tworzywa?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

89. Grupa 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratorów i aparatów do znieczulania dla dorosłych, materiał: PP i EVA. Rury karbowane dł. 160 cm o średnicy 22mm , złącza 22mmF, trójnik Y, kolanko 90° z portem luer-lock. Zalecany czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin)



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

90. Grupa 31 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik podwójnie obrotowy o długości min. 8cm max. 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

91. Grupa 31, pozycja 2

W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby produkt był zarejestrowany jako wyrób medyczny.

92. Grupa 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

93. Grupa 31, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

94. Grupa 31, pozycja 4

Czy w miejsce opisanej maty Zamawiający dopuści matę o poniższym opisie?

Matą podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm. Op. 50 szt. 2 warstwy: biała warstwa bawełniana, niebieska warstwa antypoślizgowa z folii LDPE?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

95. Grupa 31, pozycja 4

Czy w miejsce opisanej maty Zamawiający dopuści matę o poniższym opisie?

Matą podłogową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonna od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład

chłonny 68cmx30cm), kolor biały; op. 100szt. Warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej superabsorbent?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

96. **Grupa 31 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną o wymiarach 90x45x39mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

97. **Grupa 31 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'90 szt. i wycenę za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

98. **Grupa 31 pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę golarek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

99. **Pytanie dotyczy: Pytanie nr 46 z dnia 22.02.2024 – Odpowiedzi na pytania**

Grupa 3 poz. 1-4 Treść pytania: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby strzykawki 2 cz. Luer posiadały podwójną skalę?

Zamawiający zmienia treść odpowiedzi na pytanie nr 46 z dnia 22.02.2024r.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

100. **Grupa 3 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego zmianę odpowiedzi i dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem skali do 3 ml pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia SWZ.

52. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 1

Czy Zamawiający w Grupie 3 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki z rozszerzeniem skali do 2,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia odpowiedzi.

101. **Grupa 3 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego zmianę odpowiedzi i dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem skali do 12 ml pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia SWZ.

53. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 3

Czy Zamawiający w Grupie 3 poz. 3 dopuści wycenę strzykawki z rozszerzeniem skali do 11ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia odpowiedzi.

102. **Grupa 3 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od ww. wymogu i dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,33 x 12,5 mm

48. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga strzykawki do insuliny z igłą w rozmiarze 0,33 x 13 mm?

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający zmienia treść odpowiedzi na pytanie nr 48 z dnia 22.02.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga strzykawki do insuliny z igłą 0,33 x 12,5mm.

103. Grupa 3 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o zmianę odpowiedzi i utrzymanie pierwotnego wymogu SWZ – tj. zaoferowania drenu bursztynowego o długości 200 cm.

59. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza bursztynowego o dł 150 cm??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia odpowiedzi.

104. Grupa 30 poz. 1

Na rynku są oferowane myjki nie wiadomego pochodzenia, mogące zagrażać zdrowiu pacjentów poprzez zawarte w nich patogeny chorobotwórcze. Ważnym elementem bezpieczeństwa dla zamawiającego jest sprawdzenie, czy myjki posiadają dokumenty wynikające z prawidłowego, transparentnego, procesu rejestracji wyrobu kosmetycznego, czego skutkiem jest rejestracja w ogólnoeuropejskiej bazie wyrobów kosmetycznych CPNP. Czy Zamawiający wymaga aby oferowana myjka była zarejestrowana w CPNP, co jest możliwe dopiero po przedstawieniu wymaganych badań bezpieczeństwa (dermatologicznych, czystości bakteriologicznej itp.)? W sytuacji , gdy podstawowym kryterium wyboru jest cena, brak weryfikacji rejestracji, stwarza możliwość oferowania asortymentu słabej jakości i ryzykownego pod względem bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowana myjka była zarejestrowana w CPNP.

Zamawiający wymaga aby wszystkie zmiany, na które Zamawiający wyraził zgodę (jeżeli dotyczą składanej przez Wykonawcę oferty), były zaznaczone i opisane przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 22.02.2024 r. : zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie nr ...