

Tarnów, dnia 05.11.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W  
POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.89 .KK..... /20

**Dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę staplerów, endostaplarów, osprzętu do elektrochirurgii dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie(numer sprawy : 89/2020)**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.10.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1 Dotyczy Zakresu 12, poz. 1-6**

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie i dopuszczenie w:

Poz. 1 - Jednorazowego uchwytu monopolarnego – spełniającego parametry SIWZ

Poz. 2 - Jednorazowego uchwytu monopolarnego z elektrodą nożową ze stali nierdzewnej powleczonej PTFE – spełniającego parametry SIWZ

Poz. 3 – Czyścika – spełniającego parametry SIWZ

Poz.4 - Elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwipotencjalnym, dla dorosłych o powierzchni aktywnej 128,5mm i całkowitej 170,5mm – elektroda pokryta hydrożelem z zakończeniem na klips. Opakowanie zbiorcze – 50szt.

Poz. 5 – elektrod biernych o powierzchni 107cm<sup>2</sup> o wymiarach 164 x 117mm i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą tych elektrod jest ich uniwersalność, tzn. **są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).**

Poz. 6 – Kabel o długości 5m

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tych wymienionych pozycji. Ponadto pozycję 1, 2, 3, 4 i 6 dopuszczamy pod warunkiem, że poz. 4 i 6 jest kompatybilna z diatermią Valleylab. Natomiast

Pozycja 5 –Zamawiający nie dopuszcza. Proponowana elektroda nie jest elektrodą przeznaczoną dla bardzo małych dzieci.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
*Anna Czech*