



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat  
Centrala  
Fax  
e-mail:  
67 210 62 05  
67 210 66 66  
67 212 40 85  
kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 03.10.2024 roku

FZP.III-241/80/24

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**WYPOSAŻENIE PROSEKTORIUM**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie nr 1.

Czy w ramach spełnienia wymogu dot. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuści wykonanie co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem była dostawa wyposażenia medycznego i mebli medycznych ze stali nierdzewnej do szpitala o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu (zdolności technicznej lub zawodowej) na**

- „*W zakresie zadania nr 1: Wykonawca spełni warunek jeżeli potwierdzi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa wyposażenia **medycznego i mebli medycznych ze stali nierdzewnej** o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, oraz przedstawi dowody potwierdzające jej należyte wykonanie.*”

**W załączeniu do wyjaśnień zmieniony załącznik nr 9 do SWZ do wykorzystania.**

### Pytanie nr 2.

Dotyczy: zadania 1 Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prosektorium

Zamawiający w pliku nr 2a OPZ zawarł wytyczne do demontażu i przeniesienia komory chłodniczej. W wyniku rozpoznania cenowego na rynku, prosimy o możliwość zaferowania zupełnie nowej chłodni do zwłok. Koszt jest porównywalny a proces przeniesienia chłodni dodatkowo przysparza problemów z otrzymaniem odpowiedniej gwarancji na opisane urządzenie. Ponadto przeniesie komory oraz jej ponowne uruchomienie potrwa nawet kilka dni, przez co należy przewidzieć wyłączenie urządzenia z eksploatacji i brak możliwości przechowywania ciał.

**Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z usługi demontażu i przeniesienia komory (w załączeniu zmieniony załącznik nr 2a do SWZ) oraz usuwa pozycję nr 27 z formularza cenowego załącznik nr 2b (tj. Przeniesienie istniejącej chłodni na 24 ciała do nowego pomieszczenia wraz z dostosowaniem regałów wewnętrznych rolkowych pod tace bariatryczne i tace z odpływem) – dokument w załączeniu.**

### Pytanie nr 3.

Dotyczy: zadania 1 Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prosektorium

Zwracamy się z prośbą o przypisanie w formularzu cenowym – 2b symboli asortymentu z załącznika 2b. Widnieje kilka pozycji o tym samym tytule jak np.: taborety, regały magazynowe, szafy, przez co utrudnia to prawidłowe przygotowanie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający uszczegóławia wątpliwości w odpowiedziach na zadane pytania w danym dokumencie.**

### Pytanie nr 4.

Dotyczy: zadania 1 Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prosektorium

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Stacji dokującej 39 wyposażonej w komorę zlewową o wymiarach 500mm x 400mm x 250mm? Oferowany parametr minimalnie odbiega od opisanego w SWZ, co nie wpływa na funkcjonalność wyrobu

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie nr 5.

Dotyczy: zadania 1 Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prosektorium

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla wyrobu Wózek do tac 40 – Oferent posiadał/przedłożył deklarację dyrektywy maszynowej WE zamiast deklaracji EU? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego w SWZ. Deklaracja zgodności WE jest dokumentem wystawionym przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia, które stanowią tak zwane przepisy zasadnicze. Wystawienie deklaracji zgodności WE pozwala producentowi na naniesienie oznakowania CE na dany wyrób, co w efekcie pozwala na legalne wprowadzenie wyrobu do obrotu lub do użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie nr 6.

Dotyczy: zadania nr 2 System do przesyłu obrazu i wideo konferencji

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie głośnika, które posiada klasę szczelności na poziomie IP00? Rozwiązanie to nie wpływa na jakość dźwięku (dotyczy parametru: "49 - Klasa szczelności min. IP: 65")

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę**

#### Pytanie nr 7.

Dotyczy: zadania nr 2 System do przesyłu obrazu i wideo konferencji

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie kamery punkt 31, której pobór mocy wynosi Maks. 25,5 W? Różnica jest minimalna, a producenci kamer w obecnych czasach bardzo często wprowadzają swoje nowsze modele produktów, które różnią się drobnymi parametrami.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie nr 8.

Dotyczy: zadania nr 2 System do przesyłu obrazu i wideo konferencji

Czy zamawiający może sprostować punkt 49 Głośnik sufitowy – 2 kpl. (szt. 4), ponieważ są tam parametry które nie opisują urządzenia jakim jest głośnik (parametry te wypisano poniżej):

50 *Kodek wideo: H.264*

51 *Format przechwytywanego obrazu min.: BMP, JPEG, DICOM*

52 *Wbudowana pamięć HDD min.: 1 TB*

53 *Pamięć zewnętrzna: Obsługa pamięci zewnętrznych SSD i pamięci USB*

54 *Zasilanie: AC 100-240 V, 50 – 60 HZ*

55 *Waga: poniżej 4,0 kg*

56 *Temperatura pracy min.: 0 do 40 °C*

57 *Zgodność i certyfikaty: UL 60601.1, EN 60601, CE, MDD 93/42 / EWG, ISO 9001, ISO 13485(lub równoważny)*

*Klasa 1 Urządzenie medyczne, RoHS Na potwierdzenie należy dołączyć do oferty certyfikaty*

Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza głośniki o następujących parametrach:

Pasma przenoszenia 50-20 000Hz

Skuteczność 89 dB/W/m

Moc muzyczna MAX 70 W

Otwór montażowy Ø 210 mm

Głębokość montażowa 97 mm

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 9.

Dotyczy: terminu wykonania (rozdział II, pkt. 4 SWZ - Termin wykonania zamówienia)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni? Poza dużym zakresem, prośbę swoją motywujemy tym, że w ramach przedmiotu zamówienia są pozycje o bardziej skomplikowanej budowie wymagające dużego nakładu pracy oraz składające się z wielu podzespołów (np. stoły sekcyjne/zadanie 1 czy system integracji/zadanie 2). Komponenty do tych wyrobów sprowadzane są często z zagranicy a ich dostępność to około 7-8 tygodni np. siłowniki elektryczne do stołu sekcyjnego, co oznacza, że wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 8 tygodni nie jest możliwe. Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o wyrażenie zgody na dłuższy termin realizacji dla zadania 1 i 2.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin wykonania zamówienia dla zad. nr 1 i zad. nr 2 do 12 tygodni od podpisania umowy (w załączeniu zmienione załączniki uwzględniające nowy termin wykonania zamówienia)**

#### Pytanie nr 10.

Opis wymaganych parametrów technicznych

„Myjnia z panelem ściennym, dwustanowiskowa 1 „ Czy zamawiający dopuści myjnię z panelem ściennym, dwustanowiskowa o wymiarach 1600x580x1350 mm pozostałe warunki zgodnie z OPZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 11.

Opis wymaganych parametrów technicznych Taboret z oparciem 6

Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści bardziej stabilniejszy taboret wyposażony w podstawę 5 ramienną z podporą pod nogi z 5 kołami, taki taboret opisano w „taborecie oparciem nr 8” poz. 4 ?

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści konstrukcję taboretu wraz z siłownikiem hydraulicznym wykonany z wysokiej jakości ze stali kwasoodpornej (nierdziennej) gat AISI 304 ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w obu przypadkach**

#### Pytanie nr 12.

Opis wymaganych parametrów technicznych Wózek podwójny na odpady 7

Poz.9 czy Zamawiający odstąpi od Deklaracji CE; ponieważ nie można uznać że wózek podwójny na odpady do służy do:

–diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, przewidywania, prognozowania, leczenia lub łagodzenia choroby,

- diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania urazu lub niepełnosprawności,

– badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu lub stanu fizjologicznego lub chorobowego,

– dostarczania informacji poprzez badanie in vitro próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym pobranych od dawców narządów, krwi i tkanek.

Dodatkowo nie można uznać że wyrób jest przewidziany do stosowania łącznie z co najmniej jednym określonym

wyrobem medycznym specjalnie po to, by umożliwić używanie tego wyrobu medycznego zgodnie z jego

przewidzianym zastosowaniem lub aby konkretnie i bezpośrednio wspomagać medyczną funkcjonalność tego wyrobu medycznego na potrzeby jego przewidzianego zastosowania.

W związku z powyższym Wózek podwójny na odpady 7 nie spełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Wymaganie Deklaracji zgodności CE dla tego wyrobu jest niewłaściwe. Wnosimy o odstąpienie.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje i nie wymaga deklaracji zgodności CE w danej pozycji**

#### Pytanie nr 13.

Opis wymaganych parametrów technicznych Lampa operacyjna/sekcyjna 31

Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści średnicę pola oświetleniowego dla czaszy, regulowana w zakresie 18-32 cm

Poz. 26 czy Zamawiający dopuści zapasowe uchwyty wielorazowe zunifikowane , sterylizowane w autoklawie 2 szt. montowane w centralnych oprawach oświetleniowych ?

Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści by , Matryca w czaszy zawierała 80 diod LED na każdą głowicę

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 14.

Opis wymaganych parametrów technicznych Stolik pomocniczy 34 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści stolik pomocniczy wykonany w całości z wysokiej jakości ze stali kwasoodpornej (nierdziennej) gat AISI 304 wraz z podstawą, siłownikiem hydraulicznym i blatem roboczym wykonanymi zgodnie z opisem w OPZ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 15.

Pytanie dotyczy formularz cenowy poz 19, 35, 79 „Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym”.

Proszę o informację w których w/w pozycjach formularza cenowego wykonawca ma zaoferować „taboret z oparciem nr 6” a w których pozycjach „taboret z oparciem nr 8” opisanymi w formularzu technicznym

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa produkt: taboret z oparciem 6 w załączniku nr 2a do SWZ.**

**W związku z powyższym zmienia również zapisy SWZ: w rozdziale 8 - pkt.3 poprzez usunięcie wymaganych dokumentów dotyczących danego taboretu.**

#### **Pytanie nr 16.**

Pytanie dotyczy formularz cenowy poz. 23 Myjka do narzędzi i poz. 83 Myjka do narzędzi ze stacją uzdatniania  
Proszę o informację czy w/w pozycje dotyczą „myjki narzędzi 35” opisanej w formularzu technicznym ?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

#### **Pytanie nr 17.**

Pytanie dotyczy formularz cenowy poz. 41, 47, 55, 59, 100, 114 „Regał magazynowy”.

Proszę o informację w których w/w pozycjach w formularzu cenowym wykonawca ma zaoferować opisany w formularzu technicznym

- Regał magazynowy 10

- Regał magazynowy 16

- Regał magazynowy 23 ?

**Odpowiedź: Dokładne wymiary mebli (+/- 10%) do ustalenia po podpisaniu umowy z uwzględnieniem wielkości wybudowanych pomieszczeń (w załączeniu: projekt architektoniczny - rzuty). Regał magazynowy 16 (zał. 2a) w pomieszczeniu magazynowym (poz. 41), pozostałe regały w szatniach i pom. porządkowym.**

#### **Pytanie nr 18.**

Pytanie dotyczy formularz techniczny „Basen formalinowy mobilny na 2 ciała 33” - proszę o informację w której pozycji w formularzu cenowym występuje w/w basen ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycja nr 92 tj Wózek do przewożenia ciał w formalinie na dwa ciała z formularza cenowego to pozycja pod nazwą basen formalinowy mobilny na 2 ciała z opisu wymaganych parametrów technicznych. W związku z powyższym doprecyzuje załącznik nr 2b do SWZ**

#### **Pytanie nr 19.**

Czy Zamawiający potwierdza, że pozycja nr 92 tj Wózek do przewożenia ciał w formalinie na dwa ciała z formularza cenowego to pozycja pod nazwą basen formalinowy mobilny na 2 ciała z opisu wymaganych parametrów technicznych?

Jeśli nie proszę o wyjaśnienie pozycji nr 92 z formularza cenowego ponieważ brakuje dla niej odpowiednika z opisem w opisie parametrów technicznych

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pozycja nr 92 tj Wózek do przewożenia ciał w formalinie na dwa ciała z formularza cenowego to pozycja pod nazwą basen formalinowy mobilny na 2 ciała z opisu wymaganych parametrów technicznych. W związku z powyższym doprecyzuje załącznik nr 2b do SWZ**

#### **Pytanie nr 20.**

Opis wymaganych parametrów technicznych pozycja 37 – taca do ciał

Czy Zamawiający potwierdza ,że wymagana szerokość tacy będzie kompatybilna z otworem drzwiowym komory chłodniczej. Proszę o podanie prześwitu netto drzwi komory chłodniczej będącej na wyposażeniu

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Wykonawca w trakcie prac musi odpowiednio zwymiarować aby wszystko było kompatybilne.**

#### **Pytanie nr 21.**

Opis wymaganych parametrów technicznych pozycja 38 – taca do ciał bariatryczna

Czy Zamawiający potwierdza ,że wymagana szerokość tacy będzie kompatybilna z otworem drzwiowym komory chłodniczej. Proszę o podanie prześwitu netto drzwi komory chłodniczej będącej na wyposażeniu

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Wykonawca w trakcie prac musi odpowiednio zwymiarować aby wszystko było kompatybilne.**

#### **Pytanie nr 22.**

Opis wymaganych parametrów technicznych pozycja 39 przeniesienie chłodni

Czy Zamawiający posiada wiedzę o czynniku chłodniczym jaki jest zastosowany w chłodni ? Według naszej wiedzy w układach chłodniczych był stosowany czynnik R404A który zostanie zupełnie wycofany od 2025 roku. Co będzie wiązało

się z wymianą agregatów chłodniczych na nowe. Czy zatem Zamawiający potwierdza zachowanie i przeniesienie starych agregatów z czynnikiem R404A czy też wymaga wymiany agregatów na nowe z czynnikiem dostosowanym do obecnie wymaganych przepisami .

Czy Zamawiający potwierdza ,że posiadana przez niego komora chłodnicza będzie przystosowana do nowych tac zarówno zwykłych jak i bariatrycznych – proszę o informację o wielkości prześwitów drzwi oraz ich wysokości

**Odpowiedź: Zamawiający usunął pozycję 27: „Przeniesienie istniejącej chłodni na 24 ciała do nowego pomieszczenia wraz z dostosowaniem regałów wewnętrznych rolkowych pod tace bariatryczne i tace z odpływem. (MS 06 i MS 07)” – zmodyfikowany dokument w załączeniu**

#### **Pytanie nr 23.**

Opis wymaganych parametrów technicznych pozycja 40 wózek do tac

Czy Zamawiający dopuszcza wózek z siłownikiem śrubowych zasilanym elektrycznie – bateria 24V o wydajności i parametrach identycznych jak siłownik hydrauliczny

Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie podnoszeniem górnej ramy wózka przy pomocy przycisków ręcznych

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie nr 24.**

Opis wymaganych parametrów technicznych pozycja 42 chłodnia do ciał

Proszę o informację odnośnie pkt 12 – chłodnia przystosowana do tac , jakie tace Zamawiający ma na myśli – standardowe czy bariatryczne.

W przypadku tac bariatrycznych zewnętrzny wymiar chłodni szerokość max 1200 mm przy uwzględnieniu obudowy i ościeżnicy drzwi może być niewystarczający do umieszczenia w niej tacy bariatrycznej. Czy w takim wypadku (tace bariatryczne ) Zamawiający dopuszcza wykonanie chłodni dostosowanej do tac bariatrycznych – szerokość około 1300 mm

Czy Zamawiający wymaga ,żeby na wyposażeniu chłodni znajdowały się tace , jeśli tak to jakie (standardowe czy bariatryczne)

**Odpowiedź: Standardowe. Zamawiający nie przewiduje wykonania chłodni dostosowanej do tac bariatrycznych**

#### **Pytanie nr 25.**

Poz. 5 Opis wymaganych parametrów technicznych pozycja 19 ławka dwuosobowa

Czy Zamawiający dopuści Szerokość siedziska 470 mm nadmieniam, że podana szerokość jest szerokością standardową i stosowana prawie we wszystkich krzesłach i ławek

Poz, 8 Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą ławki 1295 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**