




















<p>nitrylex high risk</p>		
---------------------------	--	---

Typ rękawicy:	nitrylowa, diagnostyczna, ochronna, niejałowa
Kolor:	pomarańczowy
Kształt:	uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń
Środek pudrujący:	brak
Zawartość protein:	brak, produkt bezlateksowy
Powierzchnia zewnętrzna:	tekstura na końcach palców
Powierzchnia wewnętrzna:	chlorowana
Mankiet:	równomiernie rolowany brzeg
Minimalna długość w mm:	280
Grubość w mm (palec/dłoń/mankiet):	0,17/0,12/0,08
Minimalna siła zrywu: (przed starzeniem/po starzeniu)	13,5N / 13N
AQL:	1.0
Klasyfikacja CE:	klasa I – Wyrób Medyczny (Rozporządzenie (UE) 2017/745) kategoria III, typ B – Środek Ochrony Indywidualnej (Rozporządzenie (UE) 2016/425)
Zgodność z normami:	EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417 EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, ASTM F1671, ASTM D6978
Znaki graficzne:	           
Op. jednostkowe/zbiorcze:	100 szt. / 10×100 szt.
Rozmiary:	    <p>system KRK – Kodowanie Rozmiaru Kolorem</p>
Nr referencyjny:	XS RD30001001_0002 S RD30001002_0002 M RD30001003_0002 L RD30001004_0002 XL RD30001005_0002
Wytwórca:	 Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków, Poland