



Wrocław, 14...sierpnia 2020r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT**

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiomonitorów/stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego.
Nr sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z U. z 2019r., poz. 1843 ze zm) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej SIWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 9: Dotyczy Pakietu nr 27 Pozycja 1- Czy Zamawiający wymaga, aby koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej posiadały min. 4 krzywizny do prawego i min. 4 krzywizny do lewego przedsionka (do wyboru przez Zamawiającego)? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 10: Dotyczy Pakietu nr 27 Pozycja 2- Czy Zamawiający wymaga, aby igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej były dostępne w 4 różnych długościach, 3 różnych krzywiznach do wyboru przez Zamawiającego oraz 2 rodzajach ostrości igły w tym igła extra ostra o podwójny ostrzeniu - ułatwiająca punkcję transseptalną w trudnych warunkach anatomicznych? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 9 i 10: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 27, który otrzymuje następujące brzmienie :

I.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Wartość jedn. netto [zł]	Ilość	% Vat	Wartość netto [zł]	Cena brutto [zł]	Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/
Pakiet nr 27 - Koszulki i igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej, 33140000-3								
1.	Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej z przewodnikami. Koszulki powinny posiadać min. 4 krzywizny do prawego i min. 4 krzywizny do lewego przedsionka. Długość 62 cm ± 2 cm Długość rozszerzacza 67 cm ± 2 cm Przewodnik 0,032 w zestawie Termin ważności: min. 12 miesięcy	sztuka		300				
2.	Igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej. Igły powinny być dostępne w 4 różnych długościach, 3 różnych krzywiznach oraz 2 rodzajach ostrości igły, w tym igła extra ostra o podwójny ostrzeniu. Długość 71 cm ± 2 cm Termin ważności: min. 12 miesięcy	sztuka		250				
Razem pakiet 27								

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 12a PZP w związku z art. 38 ust. 1 PZP, zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu z dnia **27.08.2020r.** na dzień **02.09.2020r.**

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu nr 2020/S 142-348960 z dnia 24.07.2020r. zmieniają się odpowiednio.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia
KONANDA
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO I POLIKLINIKA
SP. Z O.O. ul. Grochowska
.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych