

Środa Wielkopolska, dnia 07 sierpnia 2023 roku

ZP/17/23

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. „Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Poz. IX punkt 9,10 krzesła kardiologicznego

1. Czy zamawiający dopuści krzesło kardiologiczne z systemem płozowym którego kąt pomiędzy płozami a ramą krzesła wynosi o powyżej 25 stopni, a rozstaw zewnętrzny płóz powyżej 30 cm.

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu