



Znak: AE/ZP-27-58/20

Tarnów, 2020-08-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, lat naczyniowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający w pozycji 4 w związku z wycofaniem z produkcji filtrów z przedłużkami 10 cm przed i 5 cm za filtrem wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów z liniami około 3 cm po obu stronach? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający z racji na zakończenie produkcji przez producenta zgodzi się na wydzielenie pozycji 4 do odrębnego pakietu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** również filtrów z liniami około 3 cm po obu stronach, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakiecie Nr 1 poz. 4** do odrębnego pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek