




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ zoz@zozmswiakielce.pl

🌐 www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 14 października 2024 r.

Znak postępowania: **30/TP/2024**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1) pn. „Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do badań D-dimerów, prokalcytoniny i NT pro-BNP dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II”.*

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wniosek Wykonawcy w ramach wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1

Dotyczy SWZ. Rozdział IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia. Pkt 2 oraz Załącznik nr 6 do SWZ, § 2 Dostawy, pkt 1 d. Czy zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z komunikacji przy użyciu faksu oraz zgodzi się na realizację dostaw do godziny 16:00?

Uzasadnienie: Wykonawca w najbliższym czasie planuje zrezygnować z użytkowania faksu.

Rozszerzenie zakresu godzinowego dostaw wynika natomiast ze współpracy z zewnętrzną firmą kurierską. W obawie o prawidłową komunikację oraz realizację dostaw zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź:

[Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z komunikacji przy użyciu faksu.](#)

[Zamawiający zgadza się na realizację dostaw do godziny 16:00.](#)

Pytanie 2

Dot. Umowy:

§2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 6 tygodni, a tym samym na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, podłączenia i uruchomienia analizatora typu [...] o wartości rynkowej [...] na dzień2024 r. równejzł (słownie:zł 00/100) w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy.”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę przedmiotu dzierżawy ze względu na konieczność sprowadzenia urządzeń z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie urządzeń uniemożliwiają dotrzymanie wskazanego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź:

[Zamawiający ustala termin dostawy analizatora do 30 dni.](#)

Pytanie 3

Dot. Umowy:

§2 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku wystąpienia awarii analizatora, Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia jego naprawy w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości naprawy analizatora w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu analizator zastępczy lub zapewnić ciągłość badań w innym laboratorium na własny koszt i ryzyko.”?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Dot. Umowy:

§2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 4 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Pytanie 5

Dot. Umowy:

§2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw na tzw. „cito” do 48 godzin od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Dot. Umowy:

§ 2 ust. 9 - Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na realizację dostaw cito w ciągu 48 h od złożenia zamówienia to czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu „W przypadku zamówienia pilnego "na cito" realizacja zamówienia nastąpi w okresie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, jeżeli zamówienie wpłynie do wykonawcy do godz. 9:00"?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu w § 2 ust. 9.

Pytanie 7

Dot. Umowy:

§ 4 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem sytuacji w której opóźnienie w płatności przekracza 40 dni. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. a) Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.

Pytanie 8

Dot. Umowy:

§9 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Niniejsze postanowienie stanowi niedozwoloną klauzulę umowną w świetle art. 433 PZP oraz przepisów ogólnych KC. Automatyczne przerzucenie odpowiedzialności na Wykonawcę polegające na zwolnieniu Zamawiającego z „wszelkiej odpowiedzialności” bez dokładnego zbadania zaistniałej sytuacji i ew. roszczeń podmiotów trzecich jest niedozwolone, a nadto w ocenie Wykonawcy nieskuteczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ poprzez wykreślenie postanowienia umownego §9 ust. 2 Umowy o treści: *Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.*

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Im. św. Jana Pawła II
Grzegorz Kaleta

