

Część II SWZ - Przedmiot zamówienia

I. Informacje szczegółowe

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem przelotowej, narzędziowej myjni-dezynfektora (zwanej dalej myjnią lub urządzeniem) do Centralnej Sterylizatorni w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
2. Oferowana myjnia musi być fabrycznie nowa (rok produkcji: 2024 lub 2025) oraz wolna od wad fizycznych i prawnych.
3. Oferowana myjnia musi być wprowadzona do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz.1620 z późn.zm.). Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające wprowadzenie oferowanego urządzenia do obrotu.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
 - Dostarczyć myjnię (wraz z wyposażeniem) zgodną z opisem zawartym w Załączniku A do Formularza oferty do siedziby Zamawiającego w Kamiennej Górze przy ul. J. Korczaka 1,
 - Ustawić i zainstalować urządzenie w pomieszczeniu Centralnej Sterylizatorni (Pawilon IA, I piętro),
 - Dokonać uruchomienia, kalibracji, prób i sprawdzeń,
 - Przeprowadzić instruktaż wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia,
 - Przekazać Zamawiającemu paszport techniczny oraz sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi,
 - Przekazać kartę gwarancyjną, uwzględniającą warunki wymagane w tym zakresie przez Zamawiającego.
5. Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
6. Po ustawieniu/zainstalowaniu i uruchomieniu, urządzenie musi być w pełni gotowe do pracy (użytkowania) bez ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Urządzenie winno być kompletne, wyposażone we wszystkie podzespoły/elementy/części, umożliwiające jego prawidłową pracę. Parametry i programy pracy urządzenia winny być ustawione przez Wykonawcę z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów i norm oraz wymogów Zamawiającego (pracowników obsługujących urządzenie).
7. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również z wymaganymi przeglądami serwisowymi w okresie gwarancji muszą być wliczone przez Wykonawcę w cenę ofertową (nie dotyczy to prac przygotowawczych, o których mowa w pkt 8). Potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu objętego umową będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
- 8. Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania koniecznych prac przystosowawczych w zakresie wymaganych przyłączy, a także ewentualnych koniecznych prac związanych z posadowieniem myjni, tj. przygotowaniem posadzki (o ile będzie to wymagane).**
9. O planowanym terminie dostawy i montażu urządzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego minimum 5 dni kalendarzowych przed planowaną dostawą. Dokładny termin (godziny) dokonania montażu zostanie uzgodniony przez strony, przy czym ze względu na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia montażu po godzinie 14-tej (w dni robocze szpitala), jak również w sobotę.
10. Zamawiający informuje, że transport urządzenia do Centralnej Sterylizatorni (I piętro) odbędzie się z wykorzystaniem windy - droga transportowa pozbawiona jest schodów.
11. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonywanie przeglądów serwisowych, a także tych czynności konserwacyjnych, które nie mogą być realizowane przez użytkownika.
12. Warunki gwarancji nie mogą w sposób nieuczciwy ograniczać uprawnień Zamawiającego, np. poprzez określenie wymogu zakupu detergentów, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych itp. wyłącznie u Wykonawcy, pod rygorem utraty gwarancji.
13. **Wymagane podstawowe parametry techniczne i cechy użytkowe urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia, określone zostały w Załączniku A do Formularza oferty.** Niespełnienie ich w zakresie określonym przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
14. Określone parametry i cechy należy przyjąć jako graniczne (odpowiednio minimalne lub maksymalne), co oznacza, że Wykonawca może zaoferować urządzenie o lepszych parametrach i nie jest w takim przypadku konieczne kierowanie zapytań dotyczących treści SWZ (urządzenie spełnia wymogi SWZ).

II. Informacje ogólne

1. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz.1320). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia opisany został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.