



Olsztyn, 08.11.2022 r.

L.dz. W.1783./2022/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 392/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Dostawa sprzętu oraz drobnego asortymentu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

1. Dot. Część nr 1 – Spektrofotometry UV-VIS. Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z dokładnością fotometryczną $\pm 0,3\%T$?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie dopuszcza spektrofotometru z dokładnością fotometryczną $\pm 0,3\%T$. Dokładność fotometryczna wyraża zdolność urządzenia do poprawnego pomiaru absorbancji oraz zwracania wartości wyników, które są możliwie jak najbliższe wartości rzeczywistej. Stąd, im niższa wartość odchylenia, tym dokładniejszy pomiar. Ze względu na charakter planowanej eksploatacji urządzenia, dokładność urządzenia jest sprawą kluczową.

Pytanie nr 2:

2. Dot. Część nr 1 - Czy Zamawiający spektrofotometr z szerokością wiązki 2 nm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza spektrofotometr z szerokością wiązki 2 nm.

Z poważaniem

REFERENT
Aneta Borkowska
Sporządziła: *Aneta Borkowska*
mgr Aneta Borkowska

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

