



Olsztyn, 16.08.2023 r.

L.dz. W/1287/2023

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

**Dotyczy: postępowania nr 271/2023/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa:**

- 1. Zestawu do bronchoskopii i gastrokopii dla koni**
- 2. Stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego**
- 3. Termocyklera do badań techniką RT-PCR**
- 4. Kolumny artroskopowej**
- 5. Automatycznego ekstraktora służącego do wykonywania szybkiej ekstrakcji pod ciśnieniem i w zwiększonej temperaturze**
- 6. Spektrofotometru do pomiaru mikroobjętości na potrzeby jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie”**

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o odpowiedź na pytania do Zamawiającego do części 6 postępowania:

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zaproponowanie sprzętu, który posiada następujące:

- objętość mierzonej próbki 0,3 - 2 ul
- długość fali w zakresie 200-900 nm
- nie posiada komunikacji Bluetooth oraz głośnika
- zakres absorbancji 0,03 - 330A
- zakres pomiaru stężenia dsDNA 1-16500 ng/ul
- zakres pomiaru BSA 0,03-478 mg/ml
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spektrofotometru z technologią pomiaru za pomocą ściśniętej kropli zamiast napięcia powierzchniowego ? Oferowana technologia pomiaru w ściśniętej kropli jest niezależna od napięcia powierzchniowego próby, dzięki czemu jest możliwość odzyskania nałożonej próbki.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga parametrów zgodnie z treścią OPZ.

*Z poważaniem*

**KANCLERZ**  
***mgr inż. Bogusław Stec***  
*/podpisano elektronicznie/*

*Odpowiedzi udzieliła – Karolina Lipczyńska-Ilczuk*  
*Sporządziła: Wiesława Szepiła*