

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-81/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę z wniesieniem i instalacją wyposażenia Pracowni Endoskopowej wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 38

*dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – część nr 1 oraz zapisów umowy paragraf 4 ustęp 1 podpunkt 2):
Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy (lub moduł zastępczy), który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?*

Odpowiedź:

Wykonanie naprawy w terminie 5 dni jest odrębnym obowiązkiem Wykonawcy od obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy. Oznacza to, że dostarczenie urządzenia zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z terminowego wykonania naprawy i z zapłaty kar umownych za zwłokę w naprawie. Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z kar umownych w przypadku zwłoki w naprawie.

CZĘŚĆ 3:

Pytanie 39

Dot pkt 1-3. Biorąc pod uwagę zdjęcie wymaganego zestawu umieszczone w pk 1 zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający wymaga szerokości w części szerszej około 420mm(+/-2mm) i długości części szerszej około 420mm(+/-2mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ. W pkt.3 i 4 OPZ zostały określone minimalne wymogi w zakresie wielkości komory oraz wymóg zapewnienia odpowiedniej do prawidłowego ułożenia i mycia endoskopów posiadanych przez Zamawiającego.

Pytanie 40

Dot pkt 6. Czy Zamawiający wymaga aby taca ociekowa umieszczona była w wewnętrznej wysuwanej na szynach szufladzie o wysokości frontu min. 90mm, szerokości wewnętrznej nie mniejszej niż 1100mm i głębokości wewnętrznej nie mniejszej niż 560 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.6 OPZ, aby jedna z dwóch szafek wyposażona została w jedną wysuwaną tacę ociekową do przechowywania 5-litrowych pojemników z detergentem bez określania jej dokładnych wymiarów. Tacka ma ułatwiać wymianę zużytych pojemników z detergentami oraz ich podłączanie do systemu opisanego w pkt. 10-12 OPZ.



Pytanie 41

Dot pk 10 Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w system mieszania, który automatycznie miesza wodę przed napełnieniem zlewów, dozujące środki chemiczne w zakresie od 0,25 do 3% z panelem sterującym, umieszczonym na drzwiach jednej z szafek. Panel z wyświetlaczem informującym o zadanych ustawieniach z możliwością wyboru ilości dozowanej wody w zakresach 1, 4, 8, 20, 32 litry?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt.10 SWZ bez określania dokładnych parametrów. Urządzenie musi posiadać system dozujący do precyzyjnego rozcieńczania koncentratów z wyświetlaczem sterującym z możliwością ustawienia i zmiany parametrów do prawidłowego wstępnego mycia endoskopów posiadanych przez Zamawiającego określonych w pkt. 3 OPZ. Zgodnie z pkt.27 OPZ Wykonawca odpowiada za ustawienie urządzeń zgodnie z zaleceniami użytkownika w trakcie szkolenia.

Pytanie 42

Dot pk 14. Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie pistoletu do wody lub wody zdemineralizowanej, ze stali chromowo-niklowej autoklawowalnego i łatwego do demontażu, z dyszami natryskowymi, złączem typu LuerLock, elastyczną metalową rurą dł 1,5m do 5 bar, z szybkozłączem, doprowadzenie wody 3/8" lub 3/4" oraz regulatora ciśnienia wody z manometrem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi pkt.14 OPZ bez określania dokładnych parametrów rozwiązania. Zadaniem baterii jest zapewnienie awaryjnej możliwości ręcznego napełniania komory w przypadku automatycznego systemu opisanego w pkt.10-12 OPZ.

Pytanie 43

Czy Zamawiający wymaga wylewki wolnostojącej, do wody i chemii, obrotowej z wysięgiem ok 200 mm, podłączonej do urządzenia dozującego z wyświetlaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga automatycznego systemu zgodnie z pkt.10-12 OPZ bez określania dokładnych parametrów systemu ze względu na różne wersje systemu dostępne na rynku.

Pytanie 44

Dot pk 11. Czy Zamawiający dopuści system z napełnianiem, płukaniem i opróżnianiem kontrolowanym przez obsługę ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ. Automatyczny system zgodnie z pkt.10-12 oraz 26-27 OPZ musi posiadać możliwość ustawienia urządzeń zgodnie z zaleceniami użytkownika w trakcie szkolenia i możliwością ich zmiany i kontroli przez użytkownika.

Zamawiający doprecyzowuje pismo nr DZP-765/22:

Ad. Pytanie 36

Pytanie i odpowiedź odnoszą się do części 3

Ponadto Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SWZ:

Zamawiający dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w **Opisie przedmiotu zamówienia w pkt.12 i pkt.14 części 3** w następujący sposób:

Było w pkt.12:

Panel z wyświetlaczem informującym o zadanych ustawieniach dla systemu z poz.11-12.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Poprawna wersja pkt.12:

Panel z wyświetlaczem informującym o zadanych ustawieniach dla systemu z poz.10-11.

Było w pkt.14:

Bateria nablutowa wysokociśnieniowa, nierdzewna z wyciąganą wylewką z głowicą ceramiczną z jedną dźwignią do regulacji przepływu i stopnia mieszania ciepłej i zimnej Dopuszczalne jest rozwiązanie z baterią montowaną do rantu przyściennego, o którym mowa w poz.6, przy czym niedopuszczalny jest montaż baterii naściennych.

Poprawna wersja pkt.14:

Bateria nablutowa wysokociśnieniowa, nierdzewna z wyciąganą wylewką z głowicą ceramiczną z jedną dźwignią do regulacji przepływu i stopnia mieszania ciepłej i zimnej Dopuszczalne jest rozwiązanie z baterią montowaną do rantu przyściennego, o którym mowa w poz.5, przy czym niedopuszczalny jest montaż baterii naściennych.

Zamawiający zamieszcza skorygowany załącznik nr 3.3 do SWZ.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

*Opracowała: Barbara Głowacka
nr telefonu: 61 854 60 18
e-mail: dzp@ump.edu.pl*



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny