



1. Aparat do elektrotransferu półsuchego -

1 sztuka

1. Aparat musi umożliwiać przeprowadzenie półsuchego transferu białek i kwasów nukleinowych z żeli o maksymalnych wymiarach 20 x 20 cm.
2. Pole transferu o wymiarach 19,9 – 20,1 cm x 19,9 – 20,1 cm.
3. Aparat musi być wykonany z tworzywa sztucznego.
4. Musi zawierać katodę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz anodę tytanową pokrytą platyną
5. Musi umożliwiać transfer białek w ciągu maksymalnie 30 minut.
6. Aparat musi zawierać system zapewniający równomierny nacisk pomiędzy żelem a membraną transferową.

2. Podwójny zestaw do elektroforezy płytowej -

1 sztuka

1. Zestaw musi umożliwiać przeprowadzenie pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych w żelu poliakrylamidowym z polem rozdzielającym o wymiarach maksymalnie 19,2 cm x 19,2 cm.
2. Aparat musi umożliwiać rozdział elektroforetyczny na dwóch żelach jednocześnie.
3. Aparat musi być wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego.
4. W skład zestawu musi wchodzić:
 - a) Pokrywa z kablami zasilającymi, zabezpieczonymi przed korozją - 1 sztuka
 - b) Szyby ze szkła FLOAT o wymiarach maksymalnie 19,2 cm x 19,2 cm przy czym jedna z szyb lita a druga z wycięciem - 2 komplety.
 - c) Przekładki teflonowe o grubości 0,5 lub 1,0 lub 1,5 lub 2,0 mm (do wyboru) - 2 kpl.
 - d) Komora elektroforetyczna z wyjmowanym wkładem z platynowymi elektrodami z uszczelkami oraz wkrętami dociskowymi i ramkami ochronnymi - 1 komplet
 - e) Grzebień teflonowy o grubości 0,5 lub 1,0 lub 1,5 lub 2,0 mm (do wyboru)/ 10 lub 20 studzienek (do wyboru) – 2 sztuki
 - f) Klamry spinające - 2 komplety
 - g) Wypełnienie umożliwiające elektroforezę jednego żelu.
5. Aparat musi posiadać możliwość regulacji grubości żelu w zakresie od 0,5 do 2,0 mm.
6. Aparat musi posiadać regulowany docisk szyb.

PRAWO OPCJI

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla: polegające na zwiększeniu zakresu zamówienia o 1 aparat do elektrotransferu półsuchego i o 1 podwójny zestaw do elektroforezy płytowej.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. Termin realizacji zamówienia będzie zgodny z podanym przez Wykonawcę w ofercie i liczony od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
4. Pozostałe warunki realizacji zakresu opcjonalnego zamówienia określają Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.