

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia są **Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku**, nr sprawy: NZ.261.31.2023.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ I ZMIANIE TREŚCI SWZ

I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 16:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 16 - Igła do aspiracji szpiku kostnego. Bezpieczna i łatwa aspiracja z mostka lub talerza biodrowego. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt typu „Twist-Lock” w połączeniu z ostrzem igły zapewniający użytkownikowi wygodę podczas penetracji kości. Regulowany zdejmowany ogranicznik głębokości wkłucia zapewniający bezpieczną procedurę aspiracji szpiku z mostka oraz talerza biodrowego. Połączenie typu „Luer-Lock” dla strzykawki. Sterylna. Dostępne rozmiary: 15G x 6,8cm lub 15G x 10,2cm oraz 16G x 6,8cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 15:

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 15 poz. 1 igły do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną w postaci rynienki, która zapewnia pobranie doskonałego, nieuszkodzonego bioptatu. Powyższe rozwiązanie, z innym kształtem kaniuli ekstrakcyjnej, było z powodzeniem już w Państwa Szpitalu stosowane. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 3

Dotyczy Zadania nr 7:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 7 wycenę igieł do akupunktury w przeliczeniu na opakowanie a 100 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje określone w Rozdziale XI SWZ zasady obliczenia ceny.

Pytanie 4

Dotyczy Zadania nr 4 i 5:

Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści igły, które są znane Zamawiającemu z trwającego jeszcze postępowania o numerze TZ.TA.280.2.5.2022 (i zamawiający nie zgłaszał negatywnych uwag w trakcie użytkowania):

Igła Hubera z osłoną zabezpieczającą przeciwsamozakłuciu, odpinane skrzydełka, miękka poduszka, korpus przezroczysty, długość igły: 15, 20, 25, 32, 38 mm, rozmiar 19, 20, 22G .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

Dotyczy Zadania nr 13:

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 13, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 22 G 0,7 x 70 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 6

Dotyczy Zadania nr 13:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 13 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 22 G 0,7 x 88 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 7

Dotyczy Zadania nr 15:

Ad załącznik nr 16 do SWZ- Formularz cenowo-techniczny zadania nr 15

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym zadaniu równoważnych igieł do trepanobiopsji szpiku renomowanego włoskiego producenta, sterylnych, jednokrotnego użytku, o następujących parametrach:

- rozmiar 8G; długość 4 cale/100 mm oraz 11G
- ostra końcówka trokara z ostrzem czterograniastym; krawędź tnąca igły typu tulipanowego (5 ząbków tnących) dla łatwej penetracji,
- profilowana do dłoni rączka, z zamknięciem typu twist,
- koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu,
- osłonka zabezpieczająca ostrze igły,
- możliwość podłączenia strzykawki z końcówką luer,
- kaniula ekstrakcyjna ułatwiająca pobranie i wyciągnięcie kostki, kształt rynienki,
- oznakowany próbnik wskazujący długość próbki gotowej do ekstrakcji,
- mandryn może wystawać poza długość igły max 4-5 mm
- igła do długości 100 i 150mm z mandrynem ostrzonym w czterech płaszczyznach

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

Dotyczy Zadania nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 igły do portów naczyniowych z zabezpieczeniem przeciw samozakłuciu o następujących parametrach:

Igła ze szlifem Hubera do długich przetoczeń:

- z przezroczystym drenem o długości min.20cm, z dwoma klipsami do przerw w infuzji,
- z wygodnymi, sztywnymi i odpinanymi skrzydełkami,
- z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia,
- z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta, , z medycznej pianki, o grubości min. 4mm, zespolona z korpusem igły
- rozmiary 22 G (16mm, 19mm, 32mm) 20G (16mm, 19mm, 32mm) 19G (19mm, 25mm, 32mm)
- z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku,
- z **mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem** w postaci uchylnej dźwigni, sygnalizującej słyszalnym „kliknięciem” bezpieczną pozycję igły podczas jej wyjmowania
- dreny z PVC typu non-DEHP

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca za płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) **10% niezrealizowanej** kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 2) **0,5%** wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnej dostawy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy**
- 3) **250 zł** za od mowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii aneksu, o którym mowa w § 3 ust. 11,
- 4) **1 500 zł** za brak zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 10,
- 5) **500 zł** za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 9.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy:

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z „...od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego” na „...od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 8 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12**Dotyczy Zadania nr 6:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie nr referencyjnego aktualnie używanych klipsów w zad 6 poz 1 celem właściwego ich doboru. Na rynku jest kilka rodzajów klipsów o podanych parametrach.

Odpowiedź:

Wskazanie przez Zamawiającego numeru referencyjnego, a co za tym idzie konkretnego produktu, jest niezgodne z dobrą praktyką zamówień publicznych, gdyż stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

Pytanie 13**Dotyczy Zadania nr 6:**

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 2,3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt Hem-o-lok znanego amerykańskiego producenta pakowane po 84 sztuki wraz z przeliczeniem w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14**Dotyczy Zadania nr 6:**

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy naczyniowe tytanowe sterylne, stosowane w zabiegach laparoskopowych i w chirurgii otwartej rozmiar M (średni)

- długość klipsa po zamknięciu 5,89 m
- magazynki z taśmą samoprzylepną, w magazynku 6 sztuk klipsów,
- 1 opakowanie- 180 sztuk/30 magazynków kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego klipsownicą Vclip firmy Grena Ltd. Różnica w rozmiarach wynika z różnego sposobu wymiarowania klipsów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15**Dotyczy Zadania nr 6:**

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy naczyniowe tytanowe sterylne, stosowane w zabiegach laparoskopowych i w chirurgii otwartej rozmiar S (mały)

- długość klipsa po zamknięciu 3,68 mm
- magazynki z taśmą samoprzylepną, w magazynku 6 sztuk klipsów,
- 1 opakowanie - 180 sztuk/30 magazynków kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego klipsownicą Vclip firmy Grena Ltd. Różnica w rozmiarach wynika z różnego sposobu wymiarowania klipsów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 16**Dotyczy Zadania nr 6:**

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy naczyniowe tytanowe sterylne, stosowane w zabiegach laparoskopowych i w chirurgii otwartej rozmiar XS (mikro)

- długość klipsa po zamknięciu 2,24 mm
- magazynki z taśmą samoprzylepną, w magazynku 6 sztuk klipsów,
- 1 opakowanie - 180 sztuk/30 magazynków kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego klipsownicą Vclip firmy Grena Ltd. Różnica w rozmiarach wynika z różnego sposobu wymiarowania klipsów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17**Dotyczy Zadania nr 6:**

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zadaniu 6 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, zgodnie z punktem 4 Załącznika nr 7 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 6, aby wyroby spełniały właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej

Pytanie 18**Dotyczy Zadania nr 6:**

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Zwracamy się zatem do Zamawiającego w zadaniu 6 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynka), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający określił sposób oznakowania wyrobów w punkcie 3 Załącznika nr 7 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 6

Pytanie 19
Dotyczy Zadania nr 2:

Zadanie nr 2 pozycja 1,2

Czy zamawiający dopuści szynę wykonaną z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza piankę i powłokę polietylenową, tym samym modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny zad. 2
Pytanie 20
Dotyczy Zadania nr 3:

Zadanie nr 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły podpajęczynówkowe w rozmiarze 25G x 90mm?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe
Pytanie 21
Dotyczy Zadania nr 3:

Zadanie 3 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły wykonane z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe
Pytanie 22
Dotyczy Zadania nr 3:

Zadanie 3 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły o poniższych rozmiarach?:

ROZMIAR I KOD					
NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	G	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
IN-03X12*	0,3mm x 12mm	żółty	30	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-03X13	0,3mm x 13mm	żółty	30	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-04X19	0,4mm x 19mm	średnioszary	27	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X12	0,45mm x 12mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X16	0,45mm x 16mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X22	0,45mm x 22mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X16	0,5mm x 16mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X20*	0,5mm x 20mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X25	0,5mm x 25mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X40	0,5mm x 40mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X25	0,6mm x 25mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X30	0,6mm x 30mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X40	0,6mm x 40mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X30	0,7mm x 30mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X40	0,7mm x 40mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X50*	0,7mm x 50mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X25	0,8mm x 25mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X40	0,8mm x 40mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X50*	0,8mm x 50mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-09X25	0,9mm x 25mm	żółty	20	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-09X40	0,9mm x 40mm	żółty	20	100 szt.	50 x 100 szt.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 23
Dotyczy Zadania nr 9:


Zadanie 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik uniwersalny w rozmiarze O.D. 15mm – I.D. 6mm?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe
Pytanie 24
Dotyczy Zadania nr 9:

Zadanie 9 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych o poniższej końcówce oraz długości drenu 60cm dla wszystkich rozmiarów?


Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe
Pytanie 25
Dotyczy Zadania nr 9:

Zadanie 9 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik dwunastniczy posiadający znaczniki głębokości na 50, 60 i 70 cm od końca dystalnego z atraumatycznym, lekko zaokrąglony zamknięty końcem dystalnym w celu umożliwienia precyzyjnego wprowadzenia?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe
Pytanie 26
Dotyczy Zadania nr 9:

Zadanie 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty typu P o długości 6cm +/- 0,5cm?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe
Pytanie 27
Dotyczy Zadania nr 13:

Zadanie 13 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych o długości 22G 0,7 x 40mm?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 28
Dotyczy Zadania nr 11:

Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby do każdego zestawu do termoregulacji pacjenta dołączony był czujnik temperatury w postaci cewnika Foleya lub sondy przezprzełykowej/rektalnej, który jest niezbędny do prawidłowej pracy urządzenia? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego czujnika wymaga.

Opisana przez Zamawiającego konsola dostosowuje swoje działanie do aktualnej temperatury ciała pacjenta odczytanej za pomocą ww. czujników w związku z czym brak takiej informacji uniemożliwia rozpoczęcie pracy z urządzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga czujnika temperatury w postaci cewnika Foleya

Pytanie 29
Dotyczy wzoru umowy:

§ 2 ust. 3 wzoru umowy

Wnosimy o potwierdzenie, że ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w przypadkach określonych w § 3 ust. 2 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie zarówno w przypadkach określonych w § 3 ust. 2, jak i we wszystkich innych sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy, tym samym Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 23 do SWZ - wzór umowy

Pytanie 30
Dotyczy wzoru umowy:

§ 3 ust. 2 lit. a), ust. 4 lit. a) i ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zmiana cen brutto następowała automatycznie od dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 31
Dotyczy wzoru umowy:

§ 3 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości zmiany umowy, stosownie do przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, w formie aneksu do umowy, poprzez dostarczenie partii wyrobów o krótszym niż wymagany terminie ważności, w przypadku braku na rynku wyrobów z wymaganym terminem ważności, np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii, jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego, np. wykonawca obniży cenę na wyroby z krótszym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 32
Dotyczy wzoru umowy:

§ 3 ust. 9 lit. 4) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by wykonawca mógł złożyć wskazaną tam kalkulację zaoferowanego wynagrodzenia z dowodami dopiero wraz z ewentualnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zamiast w ciągu 30 dni od zawarcia umowy?

Kalkulacja zawiera szereg informacji poufnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy. Potrzeba ujawnienia takich informacji Zamawiającemu pojawi się dopiero w razie wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej określonego w umowie poziomu, nie wcześniej niż po 12 miesiącach od zawarcia umowy. Nie ma uzasadnienia dla wcześniejszego przedstawiania tych informacji Zamawiającemu – ponadto przekazanie tych informacji Zamawiającemu bezpośrednio po zawarciu umowy będzie wiązało się z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia przez Zamawiającego takich informacji przed ich ujawnieniem innym podmiotom, np. konkurencyjnym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 33

Dotyczy wzoru umowy:

§ 5 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści wystawienie faktury po każdej dostawie, jeżeli w danym miesiącu zrealizowanych zostanie kilka dostaw?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 34

Dotyczy wzoru umowy:

§ 4 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy o zaakceptowanie dokumentu dostawy wystawiony w jednym egzemplarzu, zawierający dane Wykonawcy oraz Zamawiającego, datę i numer zamówienia, bieżący numer dokumentu, datę wystawienia dokumentu (równoważna z datą wydania towaru), nazwę i numer katalogowy dostarczanego asortymentu, jednostkę miary, ilość.

Wyjaśniamy, że towar wysyłany jest z zagranicznego oddziału producenta i utrudnione byłoby dołączanie dodatkowych egzemplarzy dokumentów. Konieczność utworzenia dodatkowej procedury w magazynie producenta. Firma Terumo BCT Polska Sp. z o.o. refakturuje zamówienie zgodnie z cenami zawartymi w umowie, dlatego ceny jednostkowe dostarczamy na fakturze VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentu dostawy w jednym egzemplarzu, tym samym Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 23 do SWZ - wzór umowy

Pytanie 35

Dotyczy wzoru umowy:

§ 6 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia w taki sposób, by podstawę naliczania kary umownej stanowiła część (zakres) umowy niezrealizowana do daty odstąpienia od umowy (a nie cała wartość umowy)?

Tak określona kara umowna będzie proporcjonalna do zakresu niewykonania umowy przez wykonawcę (funkcja kompensacyjna kary umownej), a z uwagi na przewidywaną wartość umowy równocześnie zachowana zostanie funkcja dyscyplinująca kary umownej. Zwracamy uwagę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 25 października 2022 r. KIO 2532/22.

Odpowiedź:

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe**Pytanie 36****Dotyczy wzoru umowy:**

§ 6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umowne za zwłokę w dostawie z 10% do 1%?

Odpowiedź:**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, tym samym modyfikuje Załącznik nr 23 do SWZ - wzór umowy****Pytanie 37****Dotyczy wzoru umowy:**

§ 6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie sformułowania „nie więcej jednak niż 10% kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 umowy”?

Odpowiedź:**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe****Pytanie 38****Dotyczy wzoru umowy:**

§ 6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy

Czy sformułowanie „wartość opóźnionej dostawy” oznacza wartość wyrobów, które zostaną dostarczone z opóźnieniem?

Odpowiedź:**Tak. Wartość opóźnionej dostawy oznacza wartość wyrobów.****Pytanie 39****Dotyczy wzoru umowy:**

§ 7 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin na wymianę kwestionowanych wyrobów był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe****Pytanie 40****Dotyczy wzoru umowy:**

§ 7 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin na wymianę kwestionowanych wyrobów był liczony od uznania reklamacji przez wykonawcę?

Odpowiedź:**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe****Pytanie 41****Dotyczy wzoru umowy:**

§ 7 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji, której rozpatrzenie wymaga udziału producenta wyrobu, do 30 dni roboczych?

Na uzasadnienie proponowanej zmiany wyjaśniamy, że rozpatrzenie reklamacji jakościowej i ustalenie, czy jest ona uzasadniona, w wielu wypadkach wymaga zbadania wadliwego produktu z udziałem producenta, który dysponuje stosowną wiedzą i sprzętem. W takich sytuacjach rozpatrzenie reklamacji jakościowej w ciągu 7 dni kalendarzowych nie jest możliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 42

Dotyczy wzoru umowy:

§ 7 ust. 2 wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zapłaci cenę zarówno za reklamowane, jak i wymienione wyroby, jeżeli z uwagi na krótki termin rozpatrzenia reklamacji wykonawca nie zdoła zbadać reklamacji pod względem merytorycznym i wymieni reklamowany towar celem dotrzymania terminów umownych, a następnie producent wyrobu uzna reklamację za nieuzasadnioną?

Odpowiedź:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę tylko za zamówione wyroby.

Pytanie 43

Dotyczy wzoru umowy:

§ 7 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by wykonawca był zobowiązany do wymiany wadliwych wyrobów na nowe, jedynie gdy reklamacja dotyczyć będzie całej dostarczonej partii wyrobów, natomiast w przypadku reklamacji pojedynczych wyrobów, by wykonawca był zobowiązany do korekty faktury VAT i zwrotu ceny zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe wyroby?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 44

Dotyczy wzoru umowy:

§ 7 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin rękojmi był równy terminowi ważności dostarczonych wyrobów (min. 12 miesięcy), nie dłuższy jednak niż 24 miesiące od daty dostawy wyrobu do Zamawiającego?

Po upływie terminu ważności wyroby nie mogą być wykorzystywane. W konsekwencji wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady wyrobów, które nie ujawnią się w terminie ważności wyrobów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 45

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. § 5 pkt 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy w następujący sposób:

Zapłata należności dokonywana będzie z dołu w formie polecenia przelewu na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu wydania towaru, na rachunek bankowy wskazany w tej fakturze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 46

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. § 5 pkt 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 47

Dotyczy Zadania nr 4:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w zadaniu 4 wymaga bezpiecznej igły Hubera ze skrzydełkami czy z miękką podstawką?



**igła z miękką
podstawką**



igła ze skrzydełkami

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wyrób posiadał zarówno skrzydełka, jak i miękką poduszkę od strony kontaktu ze skórą pacjenta

Pytanie 48**Dotyczy Zadania nr 4:**

W przypadku, jeżeli Zamawiający oczekuje igły ze skrzydełkami, czy Zamawiający wymaga, aby skrzydełka były nieodpinane, co umożliwi bezpieczne utrzymanie igły w porcie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wyrób posiadał odpinane skrzydełka

Pytanie 49**Dotyczy Zadania nr 4:**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby bezpieczne igły Hubera były dostosowane do TK i MRI, umożliwiające podaż kontrastu pod ciśnieniem 300PSI?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, aby bezpieczne igły Hubera były dostosowane do TK i MRI, umożliwiające podaż kontrastu pod ciśnieniem 300PSI

Pytanie 50**Dotyczy Zadania nr 4:**

Czy w przypadku igieł Power (dostosowanych do podaży w podciśnieniu) Zamawiający dopuści długości igieł 19mm, 25mm i 38mm? W przypadku igieł do podaży tradycyjnej, prosimy o dopuszczenie długości igieł 12,7-13mm, 19mm, 25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 51**Dotyczy Zadania nr 5:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej igły Hubera o długości: 12,7mm, 19mm, 25mm i 38mm. Pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) w miejsce dotychczasowych załączników:

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny zad. 2

Załącznik nr 23 do SWZ – wzór umowy

wprowadza się:

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny zad. 2 po zmianach

Załącznik nr 23 do SWZ – wzór umowy po zmianach

UWAGA

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
podpis na oryginale

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings

a/a NZ.261.31.2023