



**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
z POLIKLINIKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 26 czerwca 2019r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wg 3 pakietów, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.43.2019

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 99 dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ – Pakiet nr II:

Pkt. 25, ppkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści wyposażenie stołu w ekran anestezyjologiczny elastyczny, ale nie przezierny dla promieniowania RTG (konstrukcja zachowuje nadany mu kształt i stabilność dzięki prowadzonemu wewnątrz tworzywowej osłonki metalowemu rdzeniowi)?

Odpowiedź na pytanie nr 99: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia
KOMENDANTA
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
SP ZOZ we Wrocławiu
.....
podpis Kierownika Zamawiającego
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
lub osoby upoważnionej