

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 14.10.2024 r.

ZP/p/36/2024

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków oraz dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 2

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tym samym Zamawiający publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 5

Dot. pak. 1-6

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w dostawie i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu personelu w wysokości **0,5 %** wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
- 2) za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy w szczególności w przypadkach: (...)
- 3) w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym mowa w §5 ust. 4 i 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki (dzień liczony w wymiarze 24h) w podjęciu działań serwisowych i naprawy,
- 4) za zwłokę w wykonaniu okresowego przeglądu technicznego, którego moment wyznacza zalecenie producenta, będzie **0,5%** wartości brutto przedmiotu umowy **którego dotyczy niewykonany przegląd** za każdy dzień zwłoki w podjęciu działań serwisowych,
- 5) w razie niedostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego w wypadkach i na warunkach, o których mowa w §5 ust. 6 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy za każdy dzień, w którym Zamawiający będzie z tego tytułu pozbawiony możliwości korzystania z danego urządzenia,
- 6) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zwracamy się z prośbą o odniesienie się do poniższych pytań:

Dotyczy części 2: Mikroskopy

Wzór umowy: GWARANCJA I REKOJMIA § 5

Par. 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12 miesięcy gwarancji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie okresu gwarancji do 12 miesięcy, jednocześnie podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Par. 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48 h?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Par. 5 ust. 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego?

Przedmiot Zamówienia jest zawsze konfigurowany pod indywidualne potrzeby klienta dlatego jego produkcja jest długotrwała.

Wyprodukowanie trwa do kilku/ kilkunastu tygodni dlatego nie możliwe jest dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach w tak krótkim czasie.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu

Par. 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

"Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń na nowe w okresie wskazanym w ust. 2 w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego elementu/części/podzespołu lub jeśli usunięcie awarii jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 45 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego"?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu

KARY UMOWNE § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umniejszenie kary umownej w par. 6 ust. 2 pkt 1) z 2% do 0,2% ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umniejszenie kary umownej w par. 6 ust. 2 pkt 3) z 1% do 0,2% ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w par. 6 ust. 2 pkt 5)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Dotyczy: zestawienia wymaganych, minimalnych parametrów techniczni – użytkowych

Czy zamawiający w części 2 (mikroskop optyczny) w rubryce G obiektywy w punkcie 2 Obiektywy z kontrastem fazowym o powiększeniu:

20 x NA = 0,45; FWD = 0,65 mm miał na myśli 20 x NA = 0,45; FWD = 0,63 i zgodzi się na zaoferowanie takiego obiektywu?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza obiektyw o przedstawionych powyżej parametrach

Czy Zamawiający w II. Mikroskop optyczny fluorescencyjny (2 kpl.) zgodzi się na odstąpienie zaoferowania obiektywów z kontrastem fazowym z uwagi, iż pozostała konfiguracja mikroskopu nie wskazuje na takowe wyposażenie, oraz czy zgodzi się na zaoferowanie zamiast obiektywu 20 x NA = 0,45; FWD = 0,65 mm obiektyw 20 x NA = 0,45; FWD = 0,63?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od obiektywu z kontrastem fazowym oraz akceptuje obiektyw 20 x NA = 0,45; FWD = 0,63

Zestaw zapytań nr 7

Dot. zał. nr 2 do SWZ część 4, 5

Wnosimy o zmian zapisów zał. nr 2 do SWZ część 4, 5

§ 5

5. Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi **3 dni** od jej zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 14 dni roboczych od jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

6. W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 5, w sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy nie później niż w ciągu następnym **14 dni** oraz dostarczenia w terminie 48 godzin (liczone od daty zgłoszenia o awarii) urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zestaw zapytań nr 8

Uprzejmie prosimy o odpowiedź:

1. dot. części nr 6 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie laboratoryjne, nie będące wyrobem medycznym, tj. posiadające certyfikat CE?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuści

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Departament Zamówień Publicznych
mgr Michał Plis