



Grudziądz, dnia 27.10.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZP-2161/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trzech sztuk ultrasonografów (znak sprawy: Z/52/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trzech sztuk ultrasonografów (znak sprawy: Z/52/PN/23), wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

[dotyczy zał. Nr 3, Zad 1 i 2 głowica liniowa, pkt. 1] Czy dopuszczicie Państwo do przetargu ultrasonograf posiadający głowicę liniową o szerokości pola widzenia 50,4 mm i zakresem częstotliwości pracy od 5,0 do 15,0 MHz?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ. W załączeniu Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji w zakresie zadania nr 3.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trzech sztuk ultrasonografów (znak sprawy: Z/52/PN/23), w następującym zakresie:

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 3 do SWZ zastępując nową treścią Załącznika nr 3 do SWZ po modyfikacji jak w załączeniu.





Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.

