



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 34

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1768 / 2927 / 24

Data: 23.08.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 5 poz. 6, 8-17 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 5, poz. 6,8-17

Czy zamawiający wydzieli poz.6, 8-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na brak technicznej możliwości wydzielenia dodatkowego pakietu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nie posiada takiej funkcjonalności.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 5 poz. 8-9 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 5, poz. 8-9

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 5 poz. 14-15 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 5, poz. 14-15

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 9 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. W opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 56 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 56, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów do przetaczania zawierających informację na opakowaniu o braku zawartości ftalanów. Informacja ta może mieć dowolną formę, ważnym jest aby wskazywała na brak obecności ftalanów w przyrządzie do przetaczania.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 56 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 56, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolec igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 56 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 56, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 56 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 56, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż dodatkowy port prowadzi do przerwania ciągłości systemu zamkniętego a więc jest to dodatkowe i potencjalne źródło zakażenia. Dodatkowo podczas podawania gotowych roztworów płynów i leków może dojść do zmieszania substancji i powstania trudnych do przewidzenia reakcji chemicznych, ponadto podczas wprowadzania leku może dojść do jego niekontrolowanego rozcieńczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 56 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 56, poz. 1

Czy zamawiający dopuści sterylizację EO?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 10 dot. Pakietu 65 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 65, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 11 dot. Pakietu 65 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 65, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem z ściągaczem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 12 dot. Pakietu 65 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 65, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 13 dot. Pakietu 65 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 65, poz. 1



Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- Mankiet 5 cm
- Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
- Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
- Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 14 dot. Pakietu 69 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pakiet 69, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 15 dot. Pakietu 71 poz. 3 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pakiet 71, poz. 3

Czy zamawiający dopuści osłonę do ochrony leków o wymiarze 150x 350 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 16 dot. Pakietu 71 poz. 4 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
pakiet 71, poz. 4

Czy zamawiający dopuści osłonę do ochrony leków o wymiarze 200x 300 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 17 dot. Pakietu 71 poz. 5 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pakiet 71, poz. 5

Czy zamawiający dopuści osłonę do ochrony leków o wymiarze 340x 420 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 18 dot. Pakietu 71 poz. 5 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pakiet 71, poz. 5

Czy zamawiający dopuści osłonę do ochrony leków o wymiarze 500 x 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 19 dot. Pakietu 77 poz. 1, 8-9,11-12 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pakiet 77, poz. 1,8-9,11-12

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,8-9,11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na brak technicznej możliwości wydzielenia dodatkowego pakietu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nie posiada takiej funkcjonalności.

PYTANIE nr 20 dot. Pakietu 140 poz. 1-2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pakiet 140, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 21 dot. Pakietu 141 poz. 1-2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pakiet 141, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz



zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 22 dot. Pakietu 141 poz. 1-2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pakiet 141, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 23 dot. Pakietu 141 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pakiet 141, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 24 dot. Pakietu 141 poz. 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pakiet 141, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

