

Piotrków Trybunalski, 28-05-2019 r.

SPZ.271.2.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego przez Miasto Piotrków Trybunalski na:

Dostawę, montaż urządzeń AED wraz z zarządzaniem siecią AED w ramach budowy systemu defibrylatorów w przestrzeni publicznej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenia
zamówienia publicznego**

Pytanie dotyczy pkt. 14 i 15

Czy zamawiający dopuści defibrylator AED posiadający parametry jak poniżej:

Uzasadnienie: W naszym klimacie nie występują temperatury powyżej 43°C.

Tryb pracy: 0°C ~ 43°C, 5% ~ 95% (bez kondensacji)

W trybie standby: 0°C ~ 43°C, 5% ~ 95% (bez kondensacji)

Podczas transportu: -20°C ~ 60°C, 5% ~ 95%

(bez kondensacji), tylko urządzenie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator AED o powyższych parametrach.

KIEROWNIK
Referatu Spraw Społecznych
Grzegorz Janowski