

Ldz. 210.../2022

Olsztyn, dnia 10.02.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 6

Dotyczy: postępowania nr 345/2021/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonego pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej w ramach projektu „Konsorcjum badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.”.

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1.

Dotyczy: Część 4. Aparat RTG typu ramię C z wyposażeniem
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie -zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) $\pm 190^\circ$; Pozwoli to nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę.

Z poważaniem
KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządzili: Arkadiusz Tabaka, Sylwia Niemiec

SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych, ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, tel. (89) 524 51 11

mgr Sylwia Niemiec