



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091

PKD- 8610Z

REGON- 000805666

KONTO – Bank Pekao S.A.

06 1240 4748 1111

0000 4872 7945

Nasz znak:

IZP/2500/2/1018/2021

IZP/2500/2/1025/2021

IZP/2500/2/1026/2021

Andrychów dn., 31.03.2021 r.

Informacja o wpłynięciu pytań do SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”

W związku z wpłynięciem zapytań do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Andrychowie 34-120, ul. J. Dąbrowskiego 19, zwany w dalszej części „Zamawiającym” na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), udziela odpowiedzi:

CZEŚĆ I

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha o łącznej gramaturze 55g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha wiązanego na troki przy szyi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha w całości wzmocnionego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha o gramaturze 30g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z rękawami zakończonymi gumką?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów wzmocnionych na rękawach i na przodzie o gramaturze 19g +13g?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów pakowanych po 150 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu Jednocześniego z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 63 m² (+/- 2 g/m²) Odzież do noszenia w celu ochrony przed rozpyleniem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi.

Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego z trzema kieszeniami pakowany indywidualnie w worek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pakiet nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy w rozmiarze uniwersalnym wysokość 48cm x31cm z gumką i trokami do zawiązania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

CZEŚĆ II

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha który spełnia wymogi dla 3 poziomu ochrony?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

CZEŚĆ III

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m² – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła 1, zgodny z normą EN 13795-2:2019

Cechy produktu:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 2
- lamowany pod szyją,
- zapinany na rzep, który znajduje się na plecach,
- wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha,
- w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. Fartuch w kolorze białym. Oferowane rozmiary: M, L, XL.
- oznakowanie znakiem CE
- pakowany po 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego fartucha?

Niejałowy fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35g/m². Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Rozmiar L 125 x 145cm, rozmiar XL 130 x 150cm

Wyrób medyczny klasy I reguła I, zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019

Pakowany po 10 szt., oznakowanie znakiem CE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha foliowego ochronnego (na szyję), wiązanego z tyłu, wykonanego z bezbarwnej folii polietylenowej LDPE o grubości 0,025mm, o szerokości 80cm i długości 125cm. Zarejestrowanego jako PPE kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Pakowanego po 50 szt. w opakowania służące jako dyspenser.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego kombinezonu?

Jednorazowy kombinezon ochronny kategorii III

Jednoczęściowy kombinezon z kapturem, dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym krytym listwą z paskami przylepnymi, z elastycznymi mankietami w nadgarstkach (pętelką na środkowy palec), kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, Kolor biały. Bez ochraniaczy na obuwie.

Wykonany z antystatycznego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 63g/m²

Rozmiar L (175cm), XL (180cm), XXL (185cm)

Pakowany pojedynczo w pakowanie foliowe oznaczone CE

Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 (4-B, 5-B, 6-B) dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

Poziomy

wydajności

EN 14605

Typ 4 Działanie ochronne przed rozpyleniem

EN ISO 13982-1

Typ 5 Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu

EN 13034

Typ 6 Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości

13034:2005 +A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 340:2003, EN 1073-2:2002

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga



Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokich ochraniaczy na obuwiu wykonanych z antystatycznego laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 68 g/m² – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Podeszwa antypoślizgowa, wszyta elastyczna, nieuciskająca guma ściągająca . dodatkowe wiązanie powyżej kostki. Pakowane po 20szt (10 par)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Wprowadzone zmiany stanowią integralną częścią SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. Ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2021 r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 09.15.

.....

/pieczętka i podpis Dyrektora Szpitala
lub osoby uprawnionej do reprezentacji Zamawiającego/

Otrzymują:
1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow
1x a/a