



WSSz -NZP – 684/23

Łódź, dnia 13. 09. 2023 r.

### Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Kardiologii w ramach realizacji projektu: "Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie układu krążenia – modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. Im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi", sprawa ZP 28/23

I. Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, którą w poszczególnych pakietach przedstawiły następujące firmy:

#### Pakiet nr 7

Oferta nr 16 - Medima Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 200

#### Pakiet nr 13

Oferta nr 11 - PROMED S.A. Ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

#### Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- w zakresie pakietu nr 13 złożono tylko jedną ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu.
- w zakresie pakietu nr 7: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy kryteriów ceny, okres gwarancji oraz oceny jakościowej.

#### II. Streszczenie oceny i porównania ofert.

Nr oferty	Nazwa i siedziba Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium cena	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji	Liczba punktów w kryterium ocena jakościowa	Suma punktów
Pakiet nr 7					
2	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	29,65	20	8,57	58,22
5	Margot Medical Sp. z o.o. Ul. Ptaków Leśnych 77, 05-500 Jastrzębie	Oferta odrzucona			
11	PROMED S.A. Ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa	51,24	12	20	83,24
16	Medima Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 200	60	20	8,57	88,57
Pakiet nr 13					
5	Margot Medical Sp. z o.o. Ul. Ptaków Leśnych 77, 05-500 Jastrzębie	Oferta odrzucona			
11	PROMED S.A. Ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa	60	40		100

III. Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zawiadamia o **odrzuceniu z postępowania oferty:**

- 1) nr 5 wykonawcy **Margot Medical Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 77, 05-500 Jastrzębie w zakresie pakietu nr 7.**

Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

*Uzasadnienie faktyczne:* Zamawiający, zgodnie z zał., nr 3 *Parametry techniczne* do SWZ, wymagał automatycznego rozpoznawania typu strzykawki oraz objętości bolusa min.: 0,1 – 60 ml, krok 0,1.

Czynność wyboru strzykawki w zaoferowanej pompie wymaga wejścia w menu pompy, następnie w ustawienia, odnalezienia modelu strzykawki (producenta) i manualnego wyboru producenta strzykawki. Pompa automatycznie rozpoznaje wyłącznie objętość strzykawki do 50 ml.

Zamawiający wymagał automatycznego rozpoznania typu strzykawki przez co rozumie się zarówno objętość strzykawki w ml jak i jej wytwórcę. Takie cechy strzykawkowe rozpoznają dostępne na rynku pompy strzykawkowe, przykładowo posiadane przez Szpital pompy firmy Mindray, Braun, Ailecs, Medima. Pompa ENS 7 Smart firmy ENMIND nie rozpoznaje automatycznie producentów strzykawk, czyli istotnej cechy świadczącej o typie strzykawki.

W przesłanej do Zamawiającego instrukcji obsługi pompy w języku angielskim producent wskazuje przy strzykawce 50/60 ml, że objętość bolusa osiąga max wartość 60 ml, natomiast w pompie ENS7 Smart posiadanej przez Zamawiającego w zainstalowanej strzykawce 50/60 ml wartość bolusa osiąga wielkość 50 ml.

**2) nr 5 wykonawcy Margot Medical Sp. z o.o. Ul. Ptaków Leśnych 77, 05-500 Jastrzębie w zakresie pakietu nr 13**

*Podstawa prawna:* art. 224 ust. 6 ustawy PZP, zgodnie z którym odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

*Uzasadnienie faktyczne:*

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie udzielił żadnych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w ww. pakiecie.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

mgr Krzysztof Zarychta

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Paweł Lipiński

mgr inż. KIEROWNIK  
DZIAŁU APARATURY MEDYCZNEJ

mgr inż. Michał  
Kuczyński