

IZP.2411.215.2023.JG

Kielce, dn. 03.10.2023 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

Dot. IZP.2411.215.2023.JG: *Wykonywanie pogwarancyjnej obsługi serwisowej wraz z naprawami urządzeń medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Dot. SWZ rozdział VII pkt. 1.1

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby certyfikaty inżynierów z aktualnych szkoleń, o których mowa w SWZ rozdział VII pkt. 1., dotyczyły serwisowania konkretnych modeli (typów) urządzeń (np. VIO3, APC2 itp.) objętych postępowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Dot. SWZ rozdział VII pkt. 1.1

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby certyfikaty inżynierów, o których mowa w SWZ rozdział VII pkt. 1.1, dotyczyły szkoleń organizowanych przez producenta lub inny podmiot upoważniony przez producenta urządzeń objętych postępowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak*