



Łukasiewicz
Łódzki
Instytut
Technologiczny

Łódź, dnia 5 lipca 2023r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU "POWOŁANIE I URUCHOMIENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO BIO-MAS"** – Nr sprawy: FO-Z/ŁIT/24/2023



Rzeczpospolita Polska

**Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz informacją
o zmianie terminu składania i otwarcia ofert**



województwo
łódzkie

1. Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1710 z późn. zm. - zwanej dalej: ustawa Pzp) informuje, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1 - Dotyczy części nr 4

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem wychylnym na 6 naczyń o pojemności 2 litry każde?

Ad. 1.

Tak, zamawiający dopuści takie rozwiązane.

Pytanie nr 2 – Dotyczy części nr 7- Dezintegrator

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych 600 x 1445 x 670 mm (szerokość x wysokość x głębokość)?

Ad. 2.

Tak, zamawiający dopuści takie rozwiązane.

Pytanie nr 3 – Dotyczy część nr 4 - Wirówka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rotora o parametrach 3,848 RCF i 6,498 RPM?

Ad. 3 - TAK

Pytanie nr 4 – Dotyczy część nr 4 - Wirówka

Czy Zamawiający pisząc „z rotorem na min. 4 naczynia o poj. min 21 każde” miał na myśli z rotorem na min. 4 naczynia o poj. min 2 litry każde?

Ad. 4 – TAK

Pytanie nr 5 – Dotyczy część nr 3 - Liofilizator

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcową temperatura kondensatora -80°C?

Ad. 5 - TAK

Pytanie nr 6 – Dotyczy część nr 3 - Liofilizator

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na półki o powierzchni min. 0,08 m2 każda?

Ad. 6 - NIE

Pytanie 7 - Dotyczy - Część nr 5 – Młyn tarczowy do mielenia mas włóknistych z wyposażeniem

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zbiornikiem recyrkulacyjnym 45 litrów?

Ad. 7. TAK

Pytanie 7 - Dotyczy - Część nr 3 - Liofilizator

1. Czy Zamawiający dopuszcza energooszczędny liofilizator o całkowitym poborze mocy 2 kW, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań jak wydajność i temperatura minimalna kondensatora lodu ?

Ad. 1. - TAK

2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia czujnika temperatury produktu podłączanego do półki ?

Ad. 2. - TAK

3. Czy Zamawiający wymaga sterownika z programowaniem i obsługą w języku polskim?

Ad. 3. - NIE

4. Czy w związku z wymaganiem posiadania przez liofilizator czujników temperatury poszczególnych półek Zamawiający wymaga niezależnego sterowania grzaniem każdej półki i wyświetlania temperatury poszczególnych półek ?

Ad. 4. - NIE

5. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie umożliwiała pracę w trybie programowym ?

AD. 5 - TAK

6. Czy Zamawiający wymaga, by liofilizator był wyposażony w złącze Ethernet do komunikacji z zewnętrznym komputerem ?

Ad. 6 – NIE.

7. Czy Zamawiający wymaga, aby liofilizator posiadał elektryczny podnośnik cylindrycznej komory ?

Ad. 7 - NIE.

8. Czy w związku z wymaganiem funkcji automatycznego rozmrażania kondensatora lodu Zamawiający wymaga również programowania czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu ?

Ad. 8 - Nie, Zamawiający nie wymaga, ponieważ użytkownikowi będzie zależało na jak najszybszym rozmrożeniu kondensatora, dlatego ważne jest aby rozmrażanie kondensatora odbywało się z pełną mocą urządzenia. Użytkownik musi mieć również możliwość usunięcia bryły lodu po kilku minutach od momentu załączenia automatycznego rozmrażania kondensatora.

9. Czy Zamawiający wymaga tac na produkt ze stali kwasoodpornej dostosowanej do powierzchni półki ?

Ad. 9 - TAK

Pytanie 8 - Dotyczy - Część nr 3 -Liofilizator

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 miesięcy, przez wzgląd na sytuację panującą na świecie związaną z wojną na Ukrainie i idącymi za tym niedoborami materiałów oraz podzespołów, jak również z uwagi na fakt, że urządzenia tego typu nie są urządzeniami seryjnymi -są projektowane i produkowane pod konkretne zamówienie zgodnie z wymogami klienta?

Ad. 8

NIE.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o możliwość zmian zapisów propozycji Umowy. Bardzo chcielibyśmy złożyć ofertę, lecz nie możemy zaakceptować niektórych Państwa warunków. W szczególności nie możemy podpisywać Umów w których nie są ograniczone kary oraz całkowita odpowiedzialność Wykonawcy. W załączaniu przesyłamy skomentowany wzór Umowy (zał. nr 5 do do SWZ) wraz z propozycją zmian. Prosimy o wyrażenie zgody, aby zamienić Państwa Wzór umową o treści jak w załączniku. Chętnie przedyskutujemy nasze propozycje.

Ad. 9.

Zamawiający nie będzie analizował uwag /komentarzy Wykonawcy do treści umowy. Pytania muszą mieć charakter konkretny. Uwagi do treści SWZ/Umowy nie stanowią prośby o wyjaśnienie treści SWZ a jedynie służą narzuceniu przez wykonawcę postanowień jemu odpowiadających.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie 135 ust. 2 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą określone w dokumentach niniejszego zamówienia. Nowe terminy zamawiający okres la następująco:

- a) nowy termin składania ofert - do 14 lipca 2023r. do godz. 9:30
- b) nowy termin otwarcia ofert - 14 lipca 2023r. godz. 10:00
- c) nowy termin związania ofertą - do 11 października 2023r.

Z poważaniem