

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez negocjacji, zgodnie z treścią art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).
Nazwa zamówienia	Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże
Znak sprawy	Rir.271.42.2024
Data pisma	25.10.2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
Pytanie 1	Czy Zamawiający dopuści defibrylator AED fabrycznie nowy, z pełną gwarancją, wyprodukowany w latach 2019, 2020 lub 2023? Urządzenia te są fabrycznie nowe, posiadają pełną gwarancję producenta i spełniają wszystkie wymagania techniczne oraz kliniczne, co zapewnia ich pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo w	Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę, "pytanie" nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ w rozumieniu art. 284 ust. 1 PZP, lecz stanowi wniosek o zmianę SWZ. Reguły dotyczące udzielania odpowiedzi na pytania skierowane do Zamawiającego zostały określone w art. 284 ust. 2 –	NIE



Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
	użytkowaniu. Dopuszczenie urządzeń wyprodukowanych w tych latach może zwiększyć konkurencyjność ofert i przynieść korzyści ekonomiczne dla Zamawiającego, bez wpływu na jakość produktu.	6 Pzp, przy uwzględnieniu dyspozycyjności art. 137 ust. 7 Pzp.	
Pytanie 2	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora AED bez wbudowanej wersji treningowej, ale z opcją zastosowania oddzielnego urządzenia treningowego, które spełnia funkcję edukacyjną? Zaznaczamy, że zakup defibrylatora z wbudowaną wersją treningową nie ma żadnych bezpośrednich zastosowań klinicznych, ponieważ wersja szkoleniowa służy wyłącznie celom edukacyjnym. Dodatkowo, Zamawiający i tak będzie narażony na dodatkowe koszty związane z zakupem elektrod szkoleniowych, niezależnie od tego, czy defibrylator będzie posiadał wbudowaną wersję treningową, czy też nie. Takie zapisy mogą jedynie	Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę, "pytanie" nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ w rozumieniu art. 284 ust. 1 PZP, lecz stanowi wniosek o zmianę SWZ. Reguły dotyczące udzielania odpowiedzi na pytania skierowane do Zamawiającego zostały określone w art. 284 ust. 2 – 6 Pzp, przy uwzględnieniu dyspozycyjności art. 137 ust. 7 Pzp.	NIE

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
	ograniczać możliwość złożenia konkurencyjnej oferty cenowej, co nie wpływa na rzeczywistą wartość użytkową urządzenia w zastosowaniach klinicznych.		
Pytanie 3	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora AED z opcją komunikacji z urządzeniem za pośrednictwem złącza USB? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zapis dotyczący komunikacji poprzez port IRDA (podczerwień) wskazuje na specyficzne rozwiązanie oferowane przez jednego producenta. Tego typu rozwiązanie nie ma bezpośrednich zastosowań klinicznych i może jedynie ograniczać możliwość złożenia konkurencyjnej oferty cenowej, co nie wpływa na jakość ani funkcjonalność oferowanego urządzenia. Złącze USB jest równie skutecznym i szerzej stosowanym rozwiązaniem w wielu urządzeniach medycznych.	Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę, "pytanie" nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ w rozumieniu art. 284 ust. 1 PZP, lecz stanowi wniosek o zmianę SWZ. Reguły dotyczące udzielania odpowiedzi na pytania skierowane do Zamawiającego zostały określone w art. 284 ust. 2 – 6 Pzp, przy uwzględnieniu dyspozycyjności art. 137 ust. 7 Pzp.	NIE



Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
Pytanie 4	Czy Zamawiający dopuści defibrylator AED z lepszym parametrem niż wymagany, tj. z czasem do zakończenia RKO do gotowości do wyładowania wynoszącym 8 sekund? Zaoferowanie defibrylatora AED o lepszym parametrach, takich jak krótszy czas gotowości do wyładowania po zakończeniu RKO, może przyczynić się do zwiększenia efektywności akcji ratunkowej i skrócenia przerwy w uciskaniu klatki piersiowej, co jest kluczowe dla pacjentów wymagających resuscytacji.	Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie przez Wykonawcę.	NIE

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy, tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania