



# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 25.03.2024r.

008Z/2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „Zakup testów immunochromatograficznych: SARS-COV-2/INFLUENZA A+B/RSV ANTIGEN COMBO.”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>Opis przedmiotu zamówienia, Test COMBO COVID/GrypaA/B/RSV - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów o czułości względnej dla:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Antygeny SARS-CoV-2 - 95%,</li><li>- Antygeny wirusa grypy A - 87,2%,</li><li>- Antygeny wirusa grypy B – 92,5%,</li><li>- Antygeny wirusa RSV – 98,5%.</li></ul> <p>o swoistości względnej dla:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Antygeny SARS-CoV-2 - &gt; 99,9%,</li><li>- Antygeny wirusa grypy A – 94,5%,</li><li>- Antygeny wirusa grypy B – 97,5%,</li><li>- Antygeny wirusa RSV – 99,1%</li></ul>	Zamawiający nie dopuszcza.

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji przetargowej  
*Stefania Przejbylska*  
Stefania Przejbylska

