

Konin, dnia 31.05.2023 r.

WSZ-EP-7/618/2023

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: **„Dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, wyrobów medycznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb zabiegów okulistycznych.”**, nr sprawy **WSZ-EP-7/2023**.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga soczewki asferycznej hydrofobowej o negatywnej asferyce niwelującej aberracje, z filtrem UV, indeksie refrakcji materiału=1,56 charakteryzującym materiał wysokiej jakości glistening free oraz stałej 118,5 umożliwiającej optymalny dobór soczewki przy ACD 5,28. Soczewka z najnowszego materiału typu Contamac UK HI56. Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy, który zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy pakietu nr 1A

Czy Zamawiający dopuszcza Soczewka hydrofilna
-tylnokomorowa, obustronnie zwijalna, asferyczna
Haptyki o odwróconej kotwicy nazywanej double c-loop zapewniające doskonałą stabilizację i łatwość pozycjonowania w czasie wszczepu
- średnica części optycznej 6 mm
- angulacja 0 stopni
-szeroka korekcja stygmatyzmu - soczewka toryczna od 0,00D do 34,0D co 0,5D
- zakres dioptrażu cylindra od 1D do 6D co 0,5D
Wszczep przez injektor 2,0-2,2

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy, który zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza soczewkę o angulacji haptenów 5 stopni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 soczewkę o angulacji haptenów 5 stopni, pozostałe parametry zgodne ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy, który zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza soczewkę :

Soczewka monofokalana, jednoczęściowa z materiału hydrofobowego, preloaded. Całkowita średnica

11.00mm(0,0D do +9.5D, 10.79mm(+10.0D- +25.0D), 10.50mm(25.5D – 35.0D);

angulacja 5°,

index refrakcji 1.54; cięcie

2.0 mm, glistening free

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 soczewkę monofokalną, jednoczęściową z materiału hydrofobowego, preloaded. Całkowita średnica

11.00mm(0,0D do +9.5D, 10.79mm(+10.0D- +25.0D), 10.50mm(25.5D – 35.0D);

angulacja 5°,

index refrakcji 1.54; cięcie

2.0 mm, glistening free, spełniającą wszystkie pozostałe kryteria techniczne. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza soczewkę zwijalna akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%;

- soczewka jednoczęściowa dostarczana z kartridżem do implantacji, asferyczna , akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% zawierająca filtry UV i światła niebieskiego, 4-haptyczna z wolnymi przestrzeniami wewnątrz, system 3-krokow preloaded. Material glistening free.

- ukątowanie części haptycznych 2 stopnie

- średnica optyki od 5,75mm do 6,0 mm

- długość załkowita od 10,75 mm -11,00mm

zakres dioptrażu od -10D do +35D w zakresie 0-30D w systemie preloaded

-współczynnik refrakcji 1,53

- 2 systemy implantacji - preloaded oraz jednorazowy do wyboru

- stałe: Hoffer Q: pACD 5,85; Holladay 1: 2,06; Barrett: LF 2,09; SRK/T: A 119,4

Haigis3: a0; a1; a2 1.70; 0.4; 0.1

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 soczewkę zwijalną akrylową hydrofobową o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%;

- soczewka jednoczęściowa dostarczana z kartridżem do implantacji,

- asferyczna ,

- zawierająca filtry UV i światła niebieskiego, 4-haptyczna z wolnymi przestrzeniami wewnątrz, system 3-kroków preloaded,
- materiał glistening free.
- ukątowanie części haptycznych 2 stopnie
- średnica optyki od 5,75mm do 6,0 mm
- długość całkowita od 10,75 mm -11,00mm
zakres dioptrażu od -10D do +35D w zakresie 0-30D w systemie preloaded
-współczynnik refrakcji 1,53
- 2 systemy implantacji - preloaded oraz jednorazowy do wyboru
- stałe: Hoffer Q: pACD 5,85; Holladay 1: 2,06; Barrett: LF 2,09; SRK/T: A 119,4
Haigis3: a0; a1; a2 1.70; 0.4; 0.1.
W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga większej pojemności czyli 1,1 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 większą pojemność ampułkostrzykawki czyli 1,1 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ 7/2023 – Formularz asortymentowo cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający dopuści soczewkę :Soczewka hydrofilna asferyczna o stopni angulacji 5 stopni, stała A=118,0. AC głębokość =4,96

- Dostępna w dioptrażach od -10,0D do +40,0D co 0,5D, Index refrakcji 1,46
- moduł sprężystości 3.0 MPa, odporność na rozciąganie 2.5 MPa, gęstość nawodnienia 118g/cm³
- filtr UV, długość soczewki 12,0mm, wielkość części optycznej 6,00
- budowa haptyków z otworami fenestracyjnymi umożliwiającymi pełną stabilizację po wszczepie
- pakowana w pudełku wraz z kartridżem i iniektorem przeznaczonym do wszczepu - cięcie 2,2mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.