

Tarnów, dnia 11.11.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.90 .AH...../20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów endoskopowych dla CPE Nr sprawy: 90/2020

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.11.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 5 poz. 13

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w zakresie nr 5 w poz. 13 oczekuje adapter do mycia kanałów o numerze MH-948?

ODP Tak. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską – załącznik nr 1B – Sprostowanie zakres nr 5 poz. 13.

Pytanie nr 2- Pakiet nr 5 poz. 23

Czy zamawiający w zakresie nr 5 w pozycji 23 dopuści cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4,5 Fr, do przewodnicy 0,035"- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm?

ODP Tak dopuszczamy

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 5 poz. 24

Czy zamawiający w zakresie nr 5 w pozycji 24 dopuści szczoteczkę jednorazową do czyszczenia końcówki videoduodenoskopu TJF-Q180V (opakowanie zawiera 50szt)?

ODP Tak dopuszczamy

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 5 poz. 25

Czy zamawiający w zakresie nr 5 w pozycji 25 dopuści jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych; ramiona owalne; wykładane gumą; długość robocza 1900mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; szerokość otwarcia 4,8 mm; jedna sztuka w opakowaniu?

ODP Tak dopuszczamy

Pytanie nr 5 - Pakiet nr 5 poz. 29

Czy zamawiający dopuści w zakresie nr 5 w pozycji 29 wielorazowy niesterylny zawór ssący w ilości 10 sztuk, kompatybilny z endoskopami posiadanymi przez zamawiającego?

ODP Tak dopuszczamy

Pytanie nr 6 – dotyczy wzoru umowy Par. 1 ust. 4 (dotyczy Pakietu nr 5, 13)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw w nagłych przypadkach (zamówienie na cito) do 48 godzin **w dni robocze**, licząc od momentu złożenia zamówienia?

ODP patrz odpowiedź z dnia 05.11.2020r. Znak: pisma SWLOG.271.90.AH.3956/20

Sprostowanie załącznika nr 1B zostanie umieszczone na Platformie – pod linkiem postępowania pod nazwą:
- Zał nr 1B-sprostowanie -= zakres nr 5 p.13

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się powyższym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech