



Celestynów, dn. 28 kwietnia 2020 r.

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH**

Dotyczy: postępowania na „Dostawę zestawów medycznych torba lekarza (TL) oraz zestawów medycznych plecak ratownika medycznego (PRM)” – sprawa nr WOFiTM/18/2020/PN.

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1984) zwanej dalej Ustawą.

Zamawiający na podstawie z art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

W związku z obecną sytuacją na świecie wywołaną pandemią Covid-19 oraz znacznie utrudnionym dostępem do sprzętu medycznego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z wszystkich zadań wymogu dostarczanie rękawiczek jednorazowego użytku. Powstał ogólni duży problem z dostępnością tego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy opatrunków hydrożelowych.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z wszystkich zadań opatrunków hydrożelowych i hydrożelu w butelce oraz utworzenie dla tego asortymentu odrębnego zadania.

Wydzielenie odrębnego zadania dla tego asortymentu zapewni konkurencyjność cenową oraz możliwość złożenia ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy lubrykantu w żelu.

Dotyczy lubrykant w żelu czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lubrykantu w żelu z datą ważności do 15 lipca 2022 rok? Lubrykant, o który pytamy posiadał 3 letni okres ważności od daty produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy lubrykant w żelu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lubrykantu (pełen okres ważności 5 lat) z datą ważności do 31.07.2024 roku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania lubrykantu (pełen okres ważności 5 lat) z datą ważności do 31.07.2024 roku.

Pytanie nr 5 - dotyczy rurek LTS-D.

W związku z tym, iż rurka typu LTS-D jest dostarczana w komplecie ze strzykawką zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga dodatkowo zaferowania strzykawek do rurek krtaniowych, które są opisane w osobnej pozycji w formularzu- wykaz asortymentu medycznych środków materiałowych czy zrezygnuje jednak z tej pozycji skoro strzykawka znajduje się już w zestawie ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku dostarczenia rurki krtaniowej w komplecie ze strzykawką do rurki krtaniowej, Zamawiający nie wymaga zaferowania dodatkowo strzykawek opisanych w osobnej pozycji w formularzu, przy zachowaniu zgodności z wykazem asortymentu medycznych środków materiałowych, to znaczy: dla łącznie 3 szt. rurek dostarczone będzie 3 szt. strzykawek w komplecie.

Pytanie nr 6 - dotyczy zestawu do dojścia doszpikowego.

Czy Zamawiający podobnie jak w postępowaniach przetargowych na zestawy medyczne w zeszłych latach dopuści na zasadzie równoważności możliwość zaferowania jednorazowego zestawu do szybkiej infuzji doszpikowej NIO z dłuższym niż wymagany (5 letnim) terminem ważności, o następujących parametrach: -bardzo prosta, automatyczna konstrukcja, pozwalająca na szybką lokalizację miejsca wkłucia i dostęp naczyniowy w ciągu 10 sekund zarówno z kości piszczelowej oraz z kości ramiennej w każdych warunkach. - system jest bardzo prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi wymagają minimalnego treningu,-konstrukcja zabezpieczająca przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik, a po założeniu dostępu –pozwalająca na jego automatyczną stabilizację,-sterylny, nie wymagający czynności konserwacyjnych, gotowy do natychmiastowego użycia,-niewielkie wymiary opakowania. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności wyżej oferowanego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania powyższego zestawu.

Pytanie nr 7 – dotyczy zestawu do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu o parametrach :

Przyrząd przeznaczony do przetaczania płynów infuzyjnych. Siateczka filtrująca o wielkości oczek 15 µm w komorze kroplowej umożliwia zatrzymanie wszystkich stałych cząsteczek, które mogłyby dostać się do płynów infuzyjnych.

- Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą
- Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką
- Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm
- Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren
- Łącznik LUER-LOCK z osłonką
- Długość przyrządu ok. 1500 mm

- Opakowanie jednostkowe typu blister-pack
- Termin ważności - 3 lata

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania powyższego zestawu.

Pytanie nr 8 – dotyczy terminu realizacji.

Czy ze względu na obecną sytuację na świecie wywołaną pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 90 dni kalendarzowych zarówno dla zamówienia gwarantowanego jak i zamówienia opcjonalnego?

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin realizacji modyfikacją z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Pytanie nr 9:

Czy ze względu na obecną sytuację na świecie spowodowaną pandemią COVID-19 oraz ogromnymi trudnościami w zapewnieniu dostępności oraz terminowości dostaw, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rozważenie, aby w tej wyjątkowej sytuacji dokonać modyfikacji przedmiotu zamówienia poprzez umożliwienie złożenia ofert przez Wykonawców na poszczególne pozycje znajdujące się w wykazie asortymentu medycznych środków materiałowych – załącznik nr 7 SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony jest na pakiety, w poszczególnych pakietach wiele produktów pochodzących od różnych producentów – niestety podczas kompletowania ofert pod postępowanie Wykonawcy spotykają się z sytuacją, w której producent nie jest w stanie potwierdzić dostępności produktu, nie jest w stanie także potwierdzić, dokonania dostawy w wymaganym terminie – co niesie dla Wykonawcy ogromne ryzyko niewywiązania się z zapisów umowy. Możliwość składania ofert na poszczególne pozycje jest np. w postępowaniach WOFITM/17/2020 oraz z WOFITM/15/2020.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy mankiet do ciśnieniowego podawania płynów.

Czy Zamawiający w pozycji mankiet do ciśnieniowego podawania płynów wymaga produktu wielorazowego użytku, czy produktu jednokrotnego użytku ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu wielorazowego użytku.

Pytanie nr 11 - dotyczy zestawu do przetaczania płynów infuzyjnych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do przetaczania płynów infuzyjnych o parametrach:

Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych typu IS. Posiada innowacyjne rozwiązania z dziedziny medycyny takie jak: filtr płynu, igłę boczną dwukanałową czy zacisk rolkowy. Dodatkowe zastosowanie końcówki Luer Lock usprawnia podłączanie. Sam przyrząd infuzyjny przystosowany jest do przetaczania płynów metodą grawitacyjną.

osłonka igły biorczej

- igła biorcza dwukanałowa
- komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm

- zaciskacz rolkowy
- rolka zaciskacza
- dren medyczny o długości 150 cm
- osłonka łącznika Luer-Lock

Właściwości:

- Zakończenie stożkowe
- Typu Luer Lock
- Pakowane pojedynczo, sterylne
- Opakowanie jednostkowe typu blister-pack
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Nietoksyczne, apirogenne
- Sprzedawane po 1 sztuce
- Jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania powyższego zestawu.

Pytanie nr 12 - dotyczy zadań nr 1,2,3 ,7,8,9,12 .

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rozdzielenie komponentów (sprzętu medycznego) i opakowań oraz o utworzenie odrębnych pakietów dla asortymentu medycznego oraz odrębnego pakietu dla opakowań typu TL i opakowań typu PRM.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy pozycji kompres gazowy w wyposażeniu TL i PRM

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych w rozmiarze 9cmx9cm x 3sztuki w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych w rozmiarze 9cmx9cm x 3sztuki w opakowaniu.

Pytanie nr 13 - dotyczy terminu realizacji.

Czy w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Zamawiający wyrazi zgodę na 90 dniowy termin realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin realizacji modyfikacją z dnia 20 kwietnia 2020 r.

KOMENDANT

/-/ cz.p.o. ppłk Grzegorz MOSIĄDZ