



**„Pro-Medica” w Elk Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 7

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Znak: P-M/DZZP/ 2329 / 1353 /24**

**Data: 01.07.2024r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elk sp. z o. o.” Znak sprawy: 2122/2024.**

**Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

#### ***PYTANIE nr 1***

dot. Pakiet 1

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w kolumnie „Ilość Badań/odczynnika/zestawu” formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ) dla pakietu 1 wartości stanowią ilości wymaganych kart (nie badań) zgodnie z opisem w kolumnie „J.m.” – „karta”?

***Odpowiedź: W tej kolumnie są podane ilości badań, które chcemy zrealizować w czasie trwania umowy.***

#### ***PYTANIE nr 2***

dot. Pakiet 1

Czy w pkt 1 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ) dla pakietu 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy doliczyć odpowiednią ilość kart do oznaczenia drugiej serii grupy krwi noworodka?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.***

#### ***PYTANIE nr 3***

dot. Pakiet 1

Prosimy o doprecyzowanie czy w pkt 9 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ) dla pakietu 1 „Karty do grup krwi bez izoaglutynin” należy zaoferować karty do skróconej grupy krwi o profilu min. A-B-D / A-B-D, które wykrywają antygen DVI+?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie karty, ale nie wymaga.***

#### ***PYTANIE nr 4***

Czy w ramach dzierżawy manualnego zestawu sprzętowego wymagane jest również zaoferowanie dozownika do odczynnika LISS, który opisany został w pkt 5 (załącznik nr 3 do SWZ) dla pakietu 1 „Odczynnik LISS”?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga oferowania dozownika do odczynnika LISS.***

#### ***PYTANIE nr 5***

Czy w zakresie Pakietu 1 Zamawiający dopuści podobnie jak w przypadku odczynników krwinkowych, aby dostawy całego wymaganego asortymentu odbywały się cyklicznie średnio raz na miesiąc, wg załączonego do





**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)

e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

oferty/dostarczanego raz w roku na dany rok kalendarzowy harmonogramu dostaw z jednoczesnym zapewnieniem możliwości realizacji dostaw pilnych na cito z terminem max do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.***

***PYTANIE nr 6***

Czy w zakresie Pakietu 1 Zamawiający odstąpi od składania wraz z ofertą protokołów kontroli jakości, o których mowa w ppkt (5) pkt 3, 4) Przedmiotowe środki dowodowe z uwagi na fakt, że certyfikaty kontroli jakości są wystawiane i udostępniane dla każdej konkretnej dostarczanej partii (serii) asortymentu oddzielnie?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian. Jednakże Zamawiający informuje, iż protokoły kontroli jakości mogą zostać złożone przez Wykonawcę dla dowolnej partii (serii) asortymentu.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

