

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**

ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynów

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: udzielenia wyjaśnień oraz modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na: „Dostawę zestawu traumowego” – sprawa nr WOFiTM/24/2021/PN.

Zamawiający, Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmienia jej treść w przedmiotowym postępowaniu.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ:

Pytanie 1 - dotyczy terminu wykonania zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Prośbę swoją motywujemy tym iż, ze względu na panującą pandemię COVID w Polsce i na świecie, wydłużyła się dostępność niektórych komponentów/elementów potrzebnych do produkcji sprzętu audio wideo oraz wydłużył się łańcuch dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy (Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w przedmiotowym zakresie).

Pytanie 2 – dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

W punkcie 3.5. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje w jaki sprzęt musi zostać wyposażony Pokój Symulacji. Znajduje się tam między innymi zapis:

„Łącznie 6 sufitowych/ściennych głośników instruktora (1 na pokój), min 20W, wzmacnianych (amplified).”

Czy zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie oparte o 3 głośniki sufitowe montowane w suficie podwieszanym, min 20W każdy, wzmacniane (amplified), zamiast wymaganych 6?

Wedle naszej wiedzy, ze względu na wielkość i charakterystykę tego pomieszczenia oraz dodatkowe wymagany sprzęt który, ma w nim się w niej znaleźć, wymagana przez Zamawiającego ilość głośników może powodować niepotrzebne zakłócenia i sprzężenia z mikrofonami znajdującymi się w tym pomieszczeniu. Proponowane rozwiązanie będzie wystarczające, aby otrzymać czysto, głośno i wyraźnie brzmiące komunikaty nadawane na salę przez instruktorów znajdujących się w pokoju kontrolnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3 – dotyczy przedmiotowych środków dowodowych.

Czy celem potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy, Zamawiający uzna za spełniony wymóg złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci: „Licencji” oraz „Oprogramowania licencyjnego” w formie dokumentów w postaci: karty katalogowej produktu lub faktur, na podstawie której doszło do jego nabycia przez wykonawcę lub oświadczenie odpowiedniej treści producenta, potwierdzających że:

- 1) Wykonawcy została udzielona licencja w zakresie produktów oferowanych przez niego w niniejszym postępowaniu;
- 2) elementem produktu oferowanego przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jest oprogramowanie licencyjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia oświadczenia potwierdzającego, że:

- 1) Wykonawcy została udzielona licencja w zakresie produktów oferowanych przez niego w niniejszym postępowaniu;
- 2) elementem produktu oferowanego przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jest oprogramowanie licencyjne?

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ:

I. Zmianie ulega Rozdział III, pkt 4 SWZ – Przedmiot zamówienia i termin wykonania i otrzymuje brzmienie:

- 2) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 8 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 6) do Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, ul. 1 – go Maja 90, 90-646 Łódź w terminie 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy nie później niż do 30.10.2021 r. w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej.

II. Zmianie ulega załącznik nr 8 (opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznik nr 7 Istotne Postanowienia Umowy.

III. W pozostałym zapisie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Załączniki do modyfikacji:

Załącznik nr 1 – Załącznik nr 8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 7 – Istotne Postanowienia Umowy.

KOMENDANT

/-/płk Waldemar PAWELEC