



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dnia 18.12.2024 roku

FZP.II-241/108/24/ZO

## ***Wszyscy Uczestnicy postępowania***

dotyczy: zapytania ofertowego pt. „**POJEMNIKI NA PRÓBKI CHIRURGICZNE ORAZ ODPADY MEDYCZNE**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 1-4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 2**

Dot. pak. nr 1 ,3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### **Pytanie nr 3**

Dotyczy Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1a) pojemniki chirurgiczne 15-30 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 10 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 37 x 44 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym

kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu oraz etykietą wymaganą dla wyrobów medycznych IVD?.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 4**

Dotyczy Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1b) pojemniki chirurgiczne 50-80 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 30 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 60 x 64 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu oraz etykietą wymaganą dla wyrobów medycznych IVD?.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 5**

dotyczy zadania IV, pozycja 3

Czy Zamawiający w zadaniu IV pozycja 3 dopuści pojemniki o pojemności 5L i otworze wrzutowym w kształcie owalu o wymiarach 100x70 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 6**

dotyczy zadania V, pozycja 1

Czy Zamawiający w zadaniu V pozycja 1 dopuści pojemnik 60L wykonany z polietylenu, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wymagania normy ASTM F2132**

#### **Pytanie nr 7**

dotyczy zadania V, pozycja 1

Czy Zamawiający w zadaniu V pozycja 1 dopuści pojemnik 60L w kształcie prostokątnym, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 8**

dotyczy terminu otwarcia

Czy nie zaszła omyłka pisarska w terminie otwarcia?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i poprawia omyłkę pisarską w terminie otwarcia na 20.12.2024 r.**