



DZP/530/IM/2024

Tychy, 20.11.2024r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni” Nr postępowania: 30/23/ZP/TPbN

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

(pakiet 3) Czy Zamawiający dopuści dostawę przedmiotu zamówienia z 9 miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 dopuszcza 9 miesięczny termin ważności.

Pytanie nr 2

(umowa § 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną? Proponujemy wprowadzenie do § 3 nowego ustępu o poniższej treści:

„Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur na następujący adres poczty elektronicznej:”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: *Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur na podany adres mail: ksiegowosc@szpitalmegrez.pl*

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na deklaracji zgodności numeru katalogowego/REF wyrobu medycznego? Deklaracja zgodności zawiera pełną nazwę wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu umieszczenia na deklaracji zgodności numeru katalogowego/REF wyrobu medycznego

Pytanie nr 5

Pakiet 5

Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w poz. 2 wpisując „zgrzewalna w temperaturze 180 – 2200 C”, czy winno być „zgrzewalna w temperaturze 180 – 220 C”?

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił pomyłkę pisarską. Prawidłowo powinno być:

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł



„zgrzewalna w temperaturze 180 – 220 C”

Pytanie nr 6

Pakiet 5

Czy Zamawiający może doprecyzować jakiej długości rękawa w poz. 2 oczekuje?

Odpowiedź:

Długość rękawa to 200 m

Pytanie nr 7

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 szerokość rękawa papierowo foliowego 120mm zamiast szerokości 125mm?

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza szerokość 120mm

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ są jej integralną częścią. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.

**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNIKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO PRAWNEGO
Karolina Filipowska**