



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 16.12.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH.**

Nr postępowania: **ZP/30/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 66 poz. 1 dopuści ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne. Ostrza ogólnego zastosowania do owłosienia ciała, wydajność golenia – 12 000 włosów na sekundę, wysokość cięcia 0,21 mm, szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Wykonawca użyczy na czas trwania umowy, wskazaną w FC ilość strzygarek i ładowarek kompatybilnych z w/w ostrzami.



Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Maski do podawania tlenu z drenem i workiem rezerwuarowym, średnie stężenie?

Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dotyczy Pakietu Nr 25** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 25 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, posiadający od dwóch do czterech komór, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem (z możliwością regulacji siły ssania) pozwalający na stały monitoring

ciśnienia śródplucnego, posiadający igłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej, w całości przezroczysty.

Zgodnie z zapisami SWZ.

4. **Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści worki o średnicy 13-60-80 mm?
Zamawiający oczekuje rozmiarów standardowych.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 2 komorę wykonaną z PVC? Pozostałe zgodnie z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 3 przyrząd do szybkiego przetaczania krwi, igła komory z filtrem hydrofobowym zabezpieczona osłonką, precyzyjny zacisk rękowy, filtr krwi 200 mikronów, port do dodatkowych iniekcji, zabezpieczony łącznik luer-lock, długość drenu 1350mm i długość komory kroplowej 113,5mm, opakowanie folia-papier, sterylizowane EO? Jednocześnie informujemy, iż według naszej wiedzy tylko ten przyrząd jest dostępny na rynku, jeden z producentów na początku roku 2024 poinformował o zaprzestaniu produkcji przyrządu na który wskazuje opis.
Zgodnie z zapisami SWZ.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4** - Czy zamawiający potwierdzi, iż wymaga by w pakiecie 1, pozycji 4 zaferowany przyrząd był pakowany razem z workiem fabrycznie przez producenta?
Tak.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 7-8** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2, pozycji 7-8 strzykawki kompatybilne z pompami B.Braun, Medima, Ascor, Fresenius?
Pompy kompatybilne ze strzykawkami, wskazane są w zapisach SWZ.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 3 pozycji 1 kaniuli bezpiecznej?
Tak.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, pozycji 1 kaniulę dożylną bezpieczną z portem i skrzydełkami cewnik wykonany z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR, metalowy element zabezpieczający igłę po wyjęciu z cewnika, koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, 6 linie RTG, brak lateksu, ftalanów, filtr hydrofobowy o wymiarach:
 - 22G 0.9X25
 - 20G 1.1X32/25
 - 18G 1.3X45/32
 - 17G1,5X45
 - 16G 1.8X45
 - 14G 2.1X45**Zgodnie z zapisami SWZ.**
11. **Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12, pozycji 1 kaniulę do wielokrotnego pobierania płynu i dodatkowego wstrzyku. Smukły i krótki kołec ułatwiający przebijanie butelek. Łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką. Ciasny zatrzask z identyfikacją kolorystyczną. Złączetypu Luer-lock, bez lateksu i PCV. Produkt nie zawiera ftalanów, łatwe pobieranie i uzupełniające wstrzyknięcie, niezawodna ochrona przed skażeniem mikrobiologicznym dzięki zintegrowanemu filtrowi bakteryjnemu 0,45 µm?
Zgodnie z zapisami SWZ.

- 12. Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18, pozycji 1 sterylną wodę ze sterylnym adapterem o pojemności 500 ml?
Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ.
- 13. Dotyczy Pakietu Nr 18** - Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 18 w pojedynczym opakowaniu każdej wody znajdowała się instrukcja użytkowania?
Zamawiający wymaga deklaracji producenta.
- 14. Dotyczy Pakietu Nr 18** - Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 18 razem z wodą w opakowaniu znajdował się sterylny łącznik redukcyjny?
Zamawiający oczekuje.
- 15. Dotyczy Pakietu Nr 37, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 37, pozycji 1 myjkę – rękawicę o wymiarach 23 x 16cm w kształcie prostokątnym, wykonana z miękkiej włókniny Molton, 100% PET (włókna poliestrowe), waga 80 g / m². ± 5% Bez wodoodpornej bariery. Wstępnie namydlony delikatnym, niskopieniącym detergentem przebadanym dermatologicznie pH 5,5. Zgrzewanie ultradźwiękowe?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 16. Dotyczy Pakietu Nr 40** - Czy Zamawiający w pakiecie 40 ma na myśli worki na zwłoki?
Tak.
- 17. Dotyczy Pakietu Nr 39, poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody w kształcie „10-płatkowego kwiatka” o średnicy 25,7 mm, .
Zamawiający dopuszcza.
- 18. Dotyczy Pakietu Nr 39, poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłe o średnicy 30 mm,
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 19. Dotyczy Pakietu Nr 39, poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 55 x 40 mm, dedykowanej do badań holterowskich i wysiłkowych
Zamawiający dopuszcza.
- 20. Dotyczy Pakietu Nr 39, poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 50 x 35 mm, dedykowanej do badań holterowskich i wysiłkowych
Zamawiający dopuszcza.
- 21. Dotyczy Pakietu Nr 39, poz. 1, 2** - Pakiet nr 39 poz. 1, 2 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny elektrod w opakowaniach – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Zamawiający dopuszcza.
- 22. Dotyczy Pakietu Nr 39, poz. 1, 2** - Jeżeli zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto w zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku.
Zgodnie z odpowiedzią do pytania numer 21.
- 23. Dotyczy Pakietu Nr 51, poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu ASCARD o rozmiarze 112 mm x 25 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 2400 szt. (rolek). Papier o rozmiarze 112 mm x 25 m jest stosowany w aparatach Ascard firmy Aspel.
Zamawiający dopuszcza.

- 24. Dotyczy Pakietu Nr 51, poz. 4** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru z nadrukiem o wymiarach 80x25 z przeliczeniem wymaganych ilości na 240 szt. (rolek).
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 25. Dotyczy Pakietu Nr 51, poz. 7** - Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga w ww. pozycji papieru oryginalnego producenta Emtel czy dopuszcza papier kompatybilny gładki o wymiarach 57x20?
Zamawiający ma na myśli oryginalny papier.
- 26. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1-2** - . Prosimy o dopuszczeniu kaniul do wlewów dożylnych bez portu bocznego, ze skrzydełkami, materiał cewnika FEP, o rozmiarach: 26G 0.6 x 19 mm, 24G 0.7x19mm.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 27. Dotyczy Pakietu Nr 45** - Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych w opakowaniach po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem na pełne opakowania? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.
Zamawiający dopuszcza.
- 28. Dotyczy Pakietu Nr 45, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści opaski w kolorach niebieskim i różowym, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?
Zamawiający dopuszcza opaski w kolorach niebieskim i różowym, pod warunkiem, że są przezroczyste. Pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ.
- 29. Dotyczy Pakietu Nr 45, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści opaski dla dorosłych w kolorze białym, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?
Zamawiający dopuszcza opaski w kolorach niebieskim i różowym, pod warunkiem, że są przezroczyste. Pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ.
- 30. Dotyczy Pakietu Nr 52, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści czepek jednorazowy damski – **typu beret** reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?
Zamawiający dopuszcza.
- 31. Dotyczy Pakietu Nr 52, poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem na pełne opakowania?
Zamawiający dopuszcza.
- 32. Dotyczy Pakietu Nr 62** - Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków przezroczyste nie sterylne z przeliczeniem na 2134 pełnych opakowań (foliowy rękaw) po 75 szt.
Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu.
Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ.
- 33. Dotyczy Pakietu Nr 75** - Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem na pełne opakowania?
Zamawiający dopuszcza.
- 34. Dotyczy Pakietu Nr 60** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 60 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w zintegrowane z tym testem narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?
Nie.

35. Dotyczy Pakietu Nr 60 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 60 – Test ureazowy - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

Zamawiający dopuszcza.

36. Dotyczy Pakietu Nr 38 - Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 200 opakowań?

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ.

37. Dotyczy Pakietu Nr 52, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści czepki z napotnikiem w części przedniej? - karta oferowanego produktu w załączniku

Zamawiający dopuszcza.

38. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny, składający się z nieprzemakalnej folii od strony spodniej, wsadu z pulpy celulozowej i superabsorbentu oraz pokrytego włókniną polipropylenową, w rozmiarze 75 x 90 cm, z dodatkowymi taśmami samoprzylepnymi do umocowania podkładu? - w załączeniu karta produktu

Błędnie podany numer pakietu. Pakiet Nr 53, poz. 3 zawiera Fartuchy jednorazowe higieniczne niejałowe.

39. Dotyczy Pakietu Nr 54, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszule dostępne w rozmiarach M/L oraz XL/XXL?

Zamawiający dopuszcza.

40. Dotyczy Pakietu Nr 75 - Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów pakowanych po 50 lub 100 szt.?

Zamawiający dopuszcza.

41. Dotyczy Projektu umowy § 8 ust. 1 - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

1) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2) za dostarczenie towaru z wadami **0,5%** wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;

3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP - w wysokości **2,5%** wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP – jeżeli dotyczy:

Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 w poz 1 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

Zamawiający dopuszcza.

43. Dotyczy Pakietu Nr 37 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania myjki – rękawicy, wymiary: 22x17cm, prostokątny kształt, zgrzewana termicznie, a nie zszywana. Wykonana z wysokogatunkowej włókniny 50g/m2 . Nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 nie

wymagająca aktywacji wodą, możliwość podgrzania w kuchenke mikrofalowej. Przebadana dermatologicznie Z załączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającym możliwość stosowania myjek dla niemowląt. wyrób medyczny. Opakowanie 10 szt.

Zgodnie z zapisami SWZ.

- 44.** Kontaktuję się z Państwem z marki TTTWORLD z SILA GROUP w Ankarze, Turcja. Jesteśmy producentem zestawów dożylnych, strzykawek, probówek do pobierania krwi i strzykawek do gazów tętnicznych oraz wielu innych produktów. Nasze produkty są najwyższej jakości i eksportujemy je na cały świat. Ponadto nasza firma bierze udział w wielu przetargach międzynarodowych, jak i krajowych. Jesteśmy głównym dostawcą jednorazowych produktów medycznych w Turcji.

Znaleźliśmy przetarg na Państwa stronie internetowej: Postępowanie: ZP/30/24 JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH i jesteśmy zainteresowani udziałem w składaniu konkurencyjnych ofert w przetargu.

Nasze produkty są już zarejestrowane w niektórych krajach UE, w tym w Rumunii, ale jeszcze nie w Polsce. Czy moglibyśmy wykorzystać ten certyfikat z Rumunii, będącej częścią UE, do złożenia naszej oferty?

Zgodnie z zapisami Działu 4 ust. 3 SWZ, tj. „Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia produkty powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SWZ.”

- 45. Dotyczy Pakietu Nr 66** - Prosimy o dopuszczenie ostrzy typu neuro innych niż opisanych przez zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy.

Zaproponowane ostrza szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele.

Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1 szt / blister; 25 blistrów/ pudełko.

W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które użyczymy bezpłatnie na czas trwania umowy.

Zgodnie z zapisami SWZ.

- 46. Dotyczy Pakietu Nr 18** - Czy Zamawiający w pakiecie 18 dopuści zestaw do nawilżania z adapterem stanowiący system zamknięty zawierający sterylizowaną wodę do inhalacji (produkt niepirogenny) spełniającą normę sterylności USP 71, jednorazowa butelka do terapii oddechowej u jednego pacjenta, pojemność 350ml. Producent w instrukcji użytkowania nie limituje czasu użycia wyrobu. Jednorazowa butelka z łącznikiem nawilżacza służy do terapii oddechowej u jednego pacjenta do czasu opróżnienia pojemnika od otwarcia. Niewykorzystaną wodę należy wylać a pojemnika nie wolno napełniać powtórnie?

Zamawiający dopuszcza.

- 47. Dotyczy Pakietu Nr 25** - Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 25 zestawu do drenażu klatki piersiowej takiego jak obecnie dostarczany do Zamawiającego na podstawie umowy przetargowej, o poniższych parametrach:

- sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika

- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H₂O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym z możliwością podłączenia worka o pojemności 1000 ml
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

Zamawiający nie dopuszcza.

48. Dotyczy Pakietu Nr 32, poz. 1 i 2 - Czy w Pakiecie nr 32 poz. nr 1 i 2 Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem Serres?

Zgodnie z zapisami SWZ.

49. Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 21 punkt 3 koszyk do ekstrakcji złożeń z dróg żółciowych trapezoidalny; czterodrutowy, z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złożeń wewnątrz kosza, w stalowym pancerzu, z funkcją awaryjnej litotrypsji, współpracujący z przewodnikiem o średnicy 0,035", Kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy 3.2 mm, rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm?

Zamawiający dopuszcza.

50. Dotyczy Pakietu Nr 22 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 22 jednorazowy zestaw do opaskowania żyłaków przelyku: zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; wstępnie złożony (metalowa przewodnica połączona z głowicą) podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, zestaw wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, opaski w kolorze niebieskim ułatwiające obserwację miejsca obliteracji podczas krwawienia; przedostatnia opaska w jasnym kolorze, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki?

Zamawiający dopuszcza.

51. Dotyczy Pakietu Nr 24 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 24 kleszczyki biopsyjne 2400 mm?

Zamawiający dopuszcza.

52. Dotyczy Pakietu Nr 27, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 27 pkt 2 sfinkterotom łukowy długość cięciwy 20 lub 30 mm, reszta parametrów jak w SWZ?

Zamawiający dopuszcza.

53. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 3 - W związku z pojawiającymi się zapytaniem Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Zamawiający wymaga.

54. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny polipropylenowej laminowanej folią? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

- 55. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 cm x 80 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Zamawiający dopuszcza.
- 56. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 80 cm x 220 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 57. Dotyczy Pakietu Nr 54, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści piżamy wykonane z włókniny typu SMMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Zamawiający dopuszcza.
- 58. Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Zamawiający dopuszcza.
- 59. Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści koszule pakowane po 10 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Błędnie podany numer pakietu. Pakiet Nr 55 zawiera Komplet chirurgiczny. Pytanie dotyczy Pakietu Nr 54, poz. 2 - zgodnie z zapisami SWZ.
- 60. Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze M/L i XL/XXL.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Zamawiający dopuszcza.
- 61. Dotyczy Pakietu Nr 37, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści myjki zgrzewane ultradźwiękowo? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 62. Dotyczy Pakietu Nr 37, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z poliestru typu MOLTON o gramaturze 100 g/m² w części przedniej (pokryta mydłem) i 70 g/m² w części tylnej (bez mydła)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 63. Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści owinięcie na zwłoki w rozmiarze 230cm x 160cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 64. Dotyczy Pakietu Nr 34** - Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną do elektrokoagulacji typ – DUO elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, bezlateksowa, niekierowana, o powierzchni przewodzenia 105cm², z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, uniwersalną dla dzieci i dorosłych ?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 65. Dotyczy Pakietu Nr 33** - Jakiej gramatury całkowitej warstw maski wymaga Zamawiający ? Zamawiający wymaga maski 6 warstwowej jednocześnie nie podając całkowitej gramatury wymaganych warstw. Na rynku istnieją maski o różnej ilości warstw, które charakteryzują się różną gramaturą całkowitą jednocześnie spełniające wymagania norm oraz w tym przypadku pozostałe wymagania SWZ. Wymóg akurat 5 warstw bez podania całkowitej gramatury powoduje, że opis zawarty w SWZ jest na tyle

nieprecyzyjny, że całkowicie wypacza możliwość racjonalnego wyboru oferty. Zamawiający wybierając maskę 6 warstwową o mniejszej całkowitej gramaturze warstw dokonuje wyboru nie racjonalnego mając możliwość wyboru maski np. 4 warstwowej o całkowitej większej gramaturze niż maska 6 warstwowa. Zamawiający już wskazując normę, którą winne spełniać półmaski wystarczająco opisuje przedmiot zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W SPOSÓB JEDNOZNACZNY FAWORYZUJE JEDNEGO PRODUCENTA ZAKŁÓCAJĄC TYM SAMYM UCZCIWĄ KONKURENCJĘ.

Zamawiający dopuszcza maski 5 warstwowe. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ.

66. Dotyczy Pakietu Nr 33 - Ze względu na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmaski o następującej gramaturze:

Warstwa zewnętrzna Spunbond: 60 +/- 2g/m²

2 warstwy wewnętrzne Meltblown o łącznej gramaturze 55g/m² FFP3, 19g/m² FFP2

Warstwa zewnętrzna Spunbond: 20 +/- 2g/m²

Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza maski 5 warstwowe. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ.

67. Dotyczy Pakietu Nr 33 - Czy Zamawiający wymaga aby półmaski były wyrobem medycznym Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia nie pozwoli Zamawiającemu na przeprowadzić prawidłowej, konkurencyjnej oceny ofert oraz uniemożliwi mu wybór bez błędu.

Zamawiający wymaga wyrób medyczny.

68. Dotyczy Pakietu Nr 70 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe
- Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- Bez dodatku lateksu i kleju.
- Hypoalergiczne.
- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
- Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;
- Bezbolesne zdejmowanie.
- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, 1000g) i wielkości główki noworodka.



Zgodnie z zapisami SWZ.

69. Dotyczy Pakietu Nr 70 - Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

Zamawiający wymaga.

70. Dotyczy Pakietu Nr 32 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie techniczne, w którym wymiana wkładu nie wymaga odłączenia drenu od źródła ssania, a jedynie wyciągnięcie łącznika z wtyku próżnia z pokrywy wkładu, co jest czynnością błyskawiczną i nieskomplikowaną. Pozostałe jak w SIWZ. W proponowanym systemie wkłady posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196), co jest zgodne z zaleceniami Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych.

Zgodnie z zapisami SWZ.

71. Dotyczy Pakietu Nr 8 - Czy Zamawiający dopuści wyceną za opakowanie a 200 sztuk?

Zamawiający dopuszcza.

72. Dotyczy Pakietu Nr 37 - Czy Zamawiający dopuści poniższą myjkę: ?

Myjka w formie rękawicy o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Rozmiar i wyprofilowany kształt powoduje łatwe użycie w różnych sytuacjach: w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom.

Produkt wykonany z dwóch warstw włókien: molton 120g nasączona jednostronnie mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz molton 100g (bez mydła). Mydło uaktywnia się po zwilżeniu wodą. Myjka połączona metodą ultradźwiękową .

Wyrób jest hypoalergiczny, nie zawiera lateksu ani formaldehydu.

Rozmiar: 17 cm x 24.5 cm

Opakowanie: 20 sztuk



Zgodnie z zapisami SWZ.

73. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 60 x 90 cm?

Zamawiający dopuszcza.

74. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 90 cm?

Zamawiający dopuszcza.

75. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 220 cm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

76. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 101 x 225 cm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

77. Dotyczy Pakietu Nr 54, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS tj. SMMS?

Zamawiający nie dopuszcza włókniny typu SMMS.

78. Dotyczy Pakietu Nr 54, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rozmiary S,M,L,XL,XXL?

Zamawiający dopuszcza.

79. Dotyczy Pakietu Nr 54, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści spodnie wiązane na troki?

Zamawiający dopuszcza.

80. Dotyczy Pakietu Nr 54, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszule pakowane a 20 sztuk?

Tak, pakowane według rozmiaru.

81. Dotyczy Pakietu Nr 55 - Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMS?

Zgodnie z zapisami SWZ.

82. Dotyczy Pakietu Nr 72, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuszcza.

- 83. Dotyczy Pakietu Nr 72, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści chłonność min. 680 ml?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 84. Dotyczy Pakietu Nr 72, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści chłonność min. 800 ml?
Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ.
- 85. Dotyczy Pakietu Nr 72, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 101 x 225 cm?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 86. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 87. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1** - Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 88. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 89. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2** - Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 90. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4** - Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów bursztynowe pakowane osobno oraz rozdzielenie to na 2 pozycje ze względu na 2 różne stawki vat?
Zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie.
- 91. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych (bursztynowy) posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 92. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bezpiecznego przyrządu do przetaczania płynów posiadającego elastyczną komorę kroplową, wolną od PVC, i ftalanów (do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta), przystosowany do infuzji grawitacyjnej, z dodatkowym łącznikiem Y, długość drenu 180 cm. Posiadający specjalny zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiegający przedostaniu się powietrza do linii gdy butelka jest pusta, i utrzymujący stały poziom płynu. Przyrząd wyposażony w filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu. Pomaga zapobiegać zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI). Pomaga zmniejszać straty w płynach infuzyjnych poprzez ograniczeniu do zera niekontrolowaną utratę płynu poprzez kapanie.
Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ.

93. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Zamawiający dopuszcza.

94. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 7-8 - Proszę o dopuszczenie strzykawek na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki?

Zgodnie z zapisami SWZ.

95. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającej 6 pasków radiocieniujących ?

Zamawiający dopuszcza.

96. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych rozmiarach i przepływach:

22 G- 0,9 x 25,

20 G – 1,1,x 32,

20 G – 1,1,x 45

18 G – 1,3 x 45,

18 G – 1,3 x 32,

17 G – 1,4 x 45 ,

16 G – 1,8 x 45,

14 G – 2,1 x 45,

Zgodnie z zapisami SWZ.

97. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i podanie ceny za koreczki w opakowaniach po 100 szt.?

Zamawiający dopuszcza.

98. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniul posiadający trzpień powyżej krawędzi?

Zamawiający dopuszcza.

99. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2-3 - Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardej blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Zamawiający dopuszcza.

100. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 2-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej bez portu o przepływie 26G 0,6 x 19 mm przepływ 13 ml/min; 24G 0,7 x 19 mm przepływ 13 ml/min?

Zamawiający dopuszcza.

101. Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 1 - Czy Zamawiający w pozycji pierwszej pisząc „Czepki jednorazowe damskie” ma na myśli czepki typu beret?

Tak.

102. Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 1 - Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy

i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLWMI PB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

Zgodnie z zapisami SWZ.

103. Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 1 - Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „*roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel* [ang. - Scrub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] *nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego*”

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?

Zamawiający dopuszcza.

104. Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 1 - Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, **Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?**

Zgodnie z zapisami SWZ.

105. Dotyczy Pakietu Nr 22 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku, 7-gumkowy, wszystkie gumki w kolorze czarnym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ.

106. Dotyczy Pakietu Nr 27, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści chwytak ze szczękami typu ząb szczura lub aligator?

Zamawiający dopuszcza.

107. Dotyczy Pakietu Nr 27, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści sfikterotom trójkanałowy? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

108. Dotyczy Pakietu Nr 34 - Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o **powierzchni 164mm x 117mm - dla pacjentów dorosłych i dzieci w dwóch wersjach do wyboru: 107cm² oraz 78cm²** - kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. **Dodatkową zaletą tych elektrod jest ich uniwersalność, tzn. są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).**

Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości **ponad 6 MILIONÓW sztuk rocznie** i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.



Zgodnie z zapisami SWZ.

109. **Dotyczy Pakietu Nr 34** - Prosimy o dopuszczenie elektrod z pierścieniem ekwipotencjalnym bez włókniny, najwyższej jakości o następujących parametrach, użytkowanych w kilkudziesięciu Szpitalach na terenie Polski i posiadających także amerykańskie FDA:

	<p><i>Wersja dzielona (Return Electrode Monitor) z pierścieniem ekwipotencjalnym, kompatybilna między innymi z urządzeniami marek: Valleylab, Conmed, Erbe, Emed posiadającymi system kontrolujący ciągłość pętli zwrotnej prądu wysokoczęstotliwościowego. Wersja bez jednorazowego kabla w zestawie.</i></p>
<p>MODELE</p>	<p>2030/2130/3031/2031/2131</p>
<p>MATERIAŁ</p>	<p>Hydrożel 1,5mm</p>
<p>POWIERZCHNIA KONTAKTU ELEKTRODY</p>	<p>85cm² (170,5mm x 128,5mm)</p>
<p>POWIERZCHNIA PRZEWODZĄCA</p>	<p>23cm²</p>
<p>PODŁĄCZENIE</p>	<p>Dwubiegunowe, rozstaw 23,4mm</p>
<p>IMPEDANCJA</p>	<p>≤ 50,0 Ohm</p>
<p>ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU</p>	<p>50 sztuk w kartonie (każda elektroda pakowana osobno)</p>
<p>CERTYFIKATY</p>	<p>CE0123/ FDA510(K)</p>

Zgodnie z zapisami SWZ.

110. **Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 - WORKI STOMIJNE dopuści: Poz. 1 Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, zamykany na rzepy, z możliwością docięcia 10-76 mm, z filtrem, z flizeliny, pojemność 650 m

Zamawiający dopuszcza.

111. **Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1** - Poz. 1 worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, z możliwością docięcia 10-55 mm, z filtrem, z miękkiego materiału tekstylnego, pojemność 510 ml

Zamawiający dopuszcza.

112. **Dotyczy Pakietu Nr 9** - Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu 9 - worki stomijne otwarte pakowatne po 30 szt)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na poza granicami kraju skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Tak.

113. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1, 2 - Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Zgodnie z zapisami SWZ.

114. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi o długości drenu 135cm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

115. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT?

Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonanie takich czynności nie jest możliwe na gruncie przepisów ustawy Pzp i możliwości technicznych Biuletynu Zamówień Publicznych - Formularza Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

116. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd bursztynowy bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie?

Zgodnie z zapisami SWZ.

117. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd o poniższych właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, dwupłaszczynowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną końcówką, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (zieloną) kłapką
- komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną z dodatkowym pierścieniem dociskowym ułatwiającym wkłucie w pojemniki z płynami
- na komorze kroplowej wytłoczone oznaczenie producenta
- przyrząd w całości łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki elastyczny dren o długości 180 cm z zakończeniem luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu _____ ?

Zgodnie z zapisami SWZ.

118. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z białym kontrastującym tłokiem oraz 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Zamawiający wymaga kontrastującego tłoka w kolorze innym niż biały. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ.

- 119. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniach a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
- 120. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniach a`25 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
- 121. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z ścięciem stożka pod kątem 45 stopni z pojedynczą skalą pomiarową oraz białym kontrastującym tłokiem?
Zamawiający nie dopuszcza.
- 122. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 7-8** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym tłokiem?
Zamawiający nie dopuszcza (tłok w kolorze innym niż biały).
- 123. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 7-8** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 124. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kaniule w poniższych rozmiarach:
- | ROZMIAR [G] | ROZMIAR [mm] |
|--------------|--------------|
| 24 x 3/4" | 0,7 x 19 |
| 22 x 1" | 0,9 x 25 |
| 20 x 1 1/4 " | 1,1 x 32] |
| 18 x 1 3/4" | 1,3 x 45 |
| 17 x 1 3/4" | 1,5 x 45 |
| 16 x 1 3/4" | 1,7 x 45 |
| 14 x 1 3/4" | 2,0 x 45 |
- Zgodnie z zapisami SWZ.**
- 125. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniach a`250 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
- 126. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
- 127. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP)?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 128. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
- 129. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową o powierzchni niezmróżonej bez zatyczki?
Zgodnie z zapisami SWZ.

- 130. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową w rozmiarze CH22 z zatyczką?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 131. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik Sengstakena – Blakemore`a wykonanej z biokompatybilnego i transparentnego silikonu jak dotychczas dostarczana do Państwa szpitala?
Zamawiający dopuszcza.
- 132. Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
- 133. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Przyrządu do wielokrotnego pobierania i aspiracji roztworów, leków, sterylny, jednorazowego użytku, z hydrofobowym filtrem antybakteryjnym 0,1 µm, z zaworem bezigłowym stanowiącym samozamykający się korek i pełniącym funkcję zastawki zapobiegającej wyciekaniu płynu po odłączeniu strzykawki.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 134. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
- 135. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z otworem nieprzylepnym, o wymiarach 45 x 60cm?
Zamawiający dopuszcza.
- 136. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z żelem w strzykawce 6ml?
Zamawiający dopuszcza.
- 137. Dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami 80 x 60 cm z włókniny Spunlace zamiast kompresowej?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 138. Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
- 139. Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem które jest wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 140. Dotyczy Pakietu Nr 39, poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
- 141. Dotyczy Pakietu Nr 39, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 142. Dotyczy Pakietu Nr 39, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 48x34mm?
Zamawiający dopuszcza.

143. **Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści owinięcie o wymiarach 230 x 160 cm?
Zgodnie z zapisami SWZ.
144. **Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki o wymiarach 220x180?
Zamawiający dopuszcza.
145. **Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki o wymiarach 90x90?
Zamawiający dopuszcza.
146. **Dotyczy Pakietu Nr 41, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści maski typ IIR?
Zamawiający dopuszcza.
147. **Dotyczy Pakietu Nr 41, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a`25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zgodnie z zapisami SWZ.
148. **Dotyczy Pakietu Nr 43, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
149. **Dotyczy Pakietu Nr 44, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylnej o pojemności 1500ml z jednym atraumatycznym otworem oraz jednym otworem bocznym?
Zgodnie z zapisami SWZ.
150. **Dotyczy Pakietu Nr 44, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy sterylnej o pojemności 1750ml z jednym atraumatycznym otworem oraz jednym otworem bocznym?
Zgodnie z zapisami SWZ.
151. **Dotyczy Pakietu Nr 45, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści opaski dla niemowląt w kolorze różowym i niebieskim?
Zamawiający dopuszcza.
152. **Dotyczy Pakietu Nr 45, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści opaski dla dorosłych w kolorze białym?
Zamawiający dopuszcza.
153. **Dotyczy Pakietu Nr 45, poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
154. **Dotyczy Pakietu Nr 52, poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Zamawiający dopuszcza.
155. **Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a`20 szt z przeliczeniem ilości?
Zamawiający dopuszcza.
156. **Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 210 cm?
Zamawiający dopuszcza.

157. **Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a`10 szt z przeliczeniem ilości?
Zamawiający dopuszcza.
158. **Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści serwety z włókniny polipropylenowej laminowana folią?
Zgodnie z zapisami SWZ.
159. **Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 90 x 80 cm?
Zamawiający dopuszcza.
160. **Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 90 x 220?
Zgodnie z zapisami SWZ.
161. **Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 100 x 200?
Zgodnie z zapisami SWZ.
162. **Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 130 x 210?
Zgodnie z zapisami SWZ.
163. **Dotyczy Pakietu Nr 54, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?
Zgodnie z zapisami SWZ.
164. **Dotyczy Pakietu Nr 54, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści koszulę wkładaną przez głowę, wiązaną na troki przy szyi oraz w pasie?
Zgodnie z zapisami SWZ.
165. **Dotyczy Pakietu Nr 58, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`300 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
166. **Dotyczy Pakietu Nr 58, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
167. **Dotyczy Pakietu Nr 58, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`120 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
168. **Dotyczy Pakietu Nr 58, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`200 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
169. **Dotyczy Pakietu Nr 62, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`90 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
170. **Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści maski w poniższych rozmiarach: 0- noworodek, 1-niemowlę, 2- pediatryczny, 3- mały dorosły, 4- średni dorosły, 5- duży dorosły, 6- bardzo duży dorosły.
Zamawiający dopuszcza.

- 171. Dotyczy Pakietu Nr 72, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1600ml?
Zamawiający dopuszcza.
- 172. Dotyczy Pakietu Nr 72, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a`70 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 173. Dotyczy Pakietu Nr 72, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o chłonności 1326g (bez superabsorbentu)?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 174. Dotyczy Pakietu Nr 72, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a`25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- 175. Dotyczy Pakietu Nr 72, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne o chłonności 3820,18ml?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 176. Dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe w opakowaniach po 100?
Zamawiający dopuszcza.
- 177. Dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Zamawiający dopuszcza.
- 178. Dotyczy zapisów SWZ** - Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?
Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem wskazania w nim czynności, do których jest umocowany Pełnomocnik.
- 179. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 1** - Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie do oceny opakowania 2 x A`1, zamiast A`25? Próbką wyrobu będzie się różnić od wyrobu oferowanego w postępowaniu jedynie ilością sztuk w opakowaniu. Dostarczona ilość pozwoli na ocenę jakości wyrobu według kryteriów określonych przez Zamawiającego w SWZ.
Do Pakietu Nr 53 Zamawiający wskazał, aby złożyć próbki w ilości 2 szt. z każdej pozycji (nie opakowań). Dział 8 ust. 1 pkt 4, pkt. 4.1.
- 180. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 2** - Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie do oceny opakowania 2 x A`1, zamiast A`100? Próbką wyrobu będzie się różnić od wyrobu oferowanego w postępowaniu jedynie ilością sztuk w opakowaniu. Dostarczona ilość pozwoli na ocenę jakości wyrobu według kryteriów określonych przez Zamawiającego w SWZ.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 179.
- 181. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 4** - Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie do oceny opakowania 2x A`1, zamiast A`60? Próbką wyrobu będzie się różnić od wyrobu oferowanego w postępowaniu jedynie ilością sztuk w opakowaniu. Dostarczona ilość pozwoli na ocenę jakości wyrobu według kryteriów określonych przez Zamawiającego w SWZ.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 179.

182. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 5 - Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie do oceny opakowania 2 x A'1, zamiast A'100? Próbka wyrobu będzie się różnić od wyrobu oferowanego w postępowaniu jedynie ilością sztuk w opakowaniu. Dostarczona ilość pozwoli na ocenę jakości wyrobu według kryteriów określonych przez Zamawiającego w SWZ.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 179.

183. Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia do oceny 1 kompletu chirurgicznego w wybranym przez Wykonawcę rozmiarze?

Tak.

184. Dotyczy Pakietu Nr 14 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

- Serweta z laminatu FB i rozcięciem 50x60cm; Ø5cm
- Serweta z laminatu FB 75x45cm
- Kompresy z gazy, 17N, 8W 7,5x7,5cm – 8 szt.
- Strzykawka wypełniona jałowa wodą z 10% gliceryną, 10 ml
- Strzykawka wypełniona lubrykantem, 6 ml
- Pojemnik plastikowy, 125 ml
- Pęseta plastikowa, 13 cm zielona
- Pęseta plastikowa, 13 cm niebieska?

Zgodnie z zapisami SWZ.

185. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rozm. 90 x 220 cm?

Zamawiający dopuszcza.

186. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwety z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, zamiast włókniny celulozowej laminowanej folią? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ.

187. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści serwety z włókniny polipropylenowej podfoliowane na stół operacyjny rozm. 90 x 220 cm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

188. Dotyczy Pakietu Nr 79, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 1200 x 1200 mm w opakowaniu A'100 zamiast A'250 z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Zamawiający dopuszcza.

189. Dotyczy Pakietu Nr 79, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe z fałdą w następujących rozmiarach:

- 100 mm x 40 mm zamiast 100 mm x 50 mm;
- 250 mm x 60 mm zamiast 250 mm x 65 mm;
- 300 mm x 60 mm zamiast 300 mm x 65 mm;

Zamawiający dopuszcza.

190. Dotyczy Pakietu Nr 79, poz. 3 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie włókniny:

- w rozmiarze 60 cm x 60 cm zamiast 50 cm x 50 cm, pakowana po 220 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości;
- w rozmiarze 60 cm x 60 cm pakowanej po 220 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości;
- w rozmiarze 75 cm x 75 cm pakowanej po 90 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości;
- w rozmiarze 90 cm x 90 cm pakowanej po 80 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości;

- w rozmiarze 100 cm x 100 cm pakowanej po 70 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości;
- w rozmiarze 120 cm x 120 cm pakowanej po 50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości;

Zamawiający wyraża zgodę.

191. Dotyczy Projektu umowy § 2 ust. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar z terminem ważności nie krótszym niż 10 m-cy od dnia dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności”?

Zamawiający nie wyraża zgody.

192. Dotyczy Projektu umowy § 2 ust. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną. Czas rozpatrzenia reklamacji strony określają na maksymalnie 5 dni robocze od zgłoszenia.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

193. Dotyczy Projektu umowy § 3 ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

194. Dotyczy Projektu umowy § 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze bądź będzie realizował dostawy w formie: za pobraniem.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

195. Dotyczy Projektu umowy § 9 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Zamawiający nie wyraża zgody.

196. Dotyczy Projektu umowy § 10 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2024.1061 tj. z dnia 2024.07.17, ze zm.) zwaną w dalszej części umowy „k.c.”. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

- 197. Dotyczy Pakietu Nr 27, poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie sfinkterotomów nowszego typu, 3-kanalowych o dł. cięciwy 20 mm.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 198. Dotyczy Pakietu Nr 27, poz. 3** - Prosimy o dopuszczenie przewodnic o dł. 450 cm.
Zamawiający dopuszcza.
- 199. Dotyczy Pakietu Nr 69** - Prosimy o dopuszczenie narzędzi jednorazowego użytku.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 200. Dotyczy Pakietu Nr 74** - Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o śr. 2,3-2,4 mm (zamiast 2,5 mm).
Zamawiający dopuszcza.
- 201. Dotyczy Pakietu Nr 37** - Czy zamawiający dopuszcza jednorazową gąbkę; przeznaczoną dla dzieci i niemowląt, nasączona żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, żel testowany pod kontrolą dermatologiczną, wymiary 13 x 8 cm, 100% poliestr, bez sztucznych konserwantów?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 202. Dotyczy Pakietu Nr 37** - Czy zamawiający dopuszcza lub/i wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, zbiorczo 125 op/karton (3000 gąbek) wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości $\pm 7\%$, włókno poliestrowe - 100 g/m² $\pm 5\%$, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 203. Dotyczy Pakietu Nr 37** - Czy zamawiający wymaga produkt:
- Produkt zgodny z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącym produktów kosmetycznych.
 - Brak szkodliwości produktu dla skóry testowany pod kontrolą dermatologiczną.
 - Nie testowany na zwierzętach.
 - Zakład produkcyjny posiada certyfikat ISO 22716:2007 dotyczący dokumentacji produktowej oraz Dobrych Praktyk Produkcji
- Zgodnie z zapisami SWZ.**
- 204. Dotyczy Pakietu Nr 38** - Czy zamawiający dopuści inną wielkość opakowania (40-100 szt.) , z jednoczesnym przeliczeniem ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- 205. Dotyczy Pakietu Nr 45, poz. 1-2** - Czy zamawiający dopuści kolor neutralny – mleczny / biały?
Zamawiający dopuszcza.

- 206. Dotyczy Pakietu Nr 45, poz. 1-2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
- 207. Dotyczy Pakietu Nr 52, poz. 1-2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
- 208. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 1** - Czy zamawiający dopuści wymiar 210 x 80 cm?
Zamawiający dopuszcza.
- 209. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 3** - Czy Zamawiający oczekuje produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 210. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 3** - Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Zamawiający dopuszcza.
- 211. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 5** - Czy zamawiający dopuści rozmiar 200 x 90 cm?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 212. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 5** - Czy zamawiający dopuści rozmiar 100/220 cm (+/- 20 cm)?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 213. Dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 5** - Czy zamawiający oczekuje serwetę jałową?
Nie.
- 214. Dotyczy Pakietu Nr 62** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
- 215. Dotyczy Pakietu Nr 75** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza.
- 216. Dotyczy zapisów SWZ** - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Zamawiający nie wymaga.
- 217. Dotyczy zapisów SWZ** - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Zamawiający nie wymaga.

218. Dotyczy Pakietu Nr 79, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści pakowanie papieru w następujący sposób w przeliczeniu na zamawiane ilości bez strat Zamawiającego:

50x50 po 702 sztuki

60x60 po 702 sztuki

75x75 po 348 sztuki

90x90 po 252 sztuki

100x100 po 252 sztuki

120 x 120 po 126 sztuk?

Zamawiający dopuszcza.

219. Dotyczy Pakietu Nr 79, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o wymiarach 100mm x 40mm x 100m, 250mm x 60mm x 100m, 300mm x 60mm x 100m?

Zamawiający wyraża zgodę.

220. Dotyczy Pakietu Nr 79, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny 120x120 pakowanej po 200 sztuk w opakowaniu w przeliczeniu na zamawiane ilości bez strat Zamawiającego?

Zamawiający wyraża zgodę.

221. Dotyczy Pakietu Nr 70 - Czy Zamawiający wymaga, aby okulary posiadały badania dotyczące nieprzenikania fal świetlnych w zakresie min. 99,9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest, aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nieprzenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Zgodnie z zapisami SWZ.

222. Dotyczy Pakietu Nr 70 - Czy Zamawiający wymaga, żeby okulary do fototerapii posiadały identyfikator rozmiaru w postaci oznaczeń kolorystycznych na okularach jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych?

- wcześniaki - kolor zielony (24- 33 cm, szerokość opaski 46 mm)

- noworodki - kolor turkusowy, (30-38 cm, szerokość opaski 56 mm)

- mikro - kolor granatowy (20-28 cm, szerokość opaski 46mm)

Zgodnie z zapisami SWZ.

223. Dotyczy Pakietu Nr 70 - Czy Zamawiający wymaga okularów do fototerapii jednorazowego użytku, czystych mikrobiologicznie, pakowanych indywidualnie, wykonanych z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze, z dodatkową ochroną oczu, zapinanych na rzep na potylicy? Okulary powinny być wykonane z jednego kawałka materiału, z dodatkowymi uchwytami na przódzie ułatwiającymi ich dopasowanie. Okulary w kształcie litery Y, co powoduje, że łatwo dopasowują się do główki dziecka oraz gwarantują bezbolesne ich zdjęcie. Zabezpiecza to również przed zsuwaniem się okularów.

Zgodnie z zapisami SWZ.

224. Dotyczy Projektu umowy § 9 ust. 1.1 i 1.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §9 ust.1.1 i 1.2 z 1% do 0,5%?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- 225. Dotyczy Pakietu Nr 63** - Czy Zamawiający będzie wymagał kołnierzy z 16 stopniową regulacją wysokości w wersji dla dorosłych i 12 stopniową regulacją wysokości w wersji dla dzieci, co umożliwi precyzyjne dopasowanie kołnierza dla pacjenta.
Zamawiający dopuszcza.
- 226. Dotyczy Pakietu Nr 68** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych masek anestetycznych z miękką poduszką, przezroczystą obudową, w siedmiu rozmiarach. 0 – zakończenie 15M, noworodek; 1 – zakończenie 15M, niemowlę; 2 – zakończenie 22F, dzieci; 3 – zakończenie 22F, mały dorosły; 4 – zakończenie 22F, średni dorosły; 5 – zakończenie 22F, duży dorosły; 6 – nr katalogowy, zakończenie 22F, bardzo duży dorosły.
Zamawiający dopuszcza.
- 227. Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1** - Czy zamawiający dopuści Cewnik do podawania tlenu /wąsy tlenowe/ dla dorosłych – dł. 200cm, przekrój drenu gładki wewnątrz, czysty mikrobiologicznie?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 228. Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 2** - Czy zamawiający dopuści Cewnik do podawania tlenu /wąsy tlenowe/ dla dzieci – dł. 200cm, czysty mikrobiologicznie?
Zamawiający dopuszcza.
- 229. Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 3** - Czy zamawiający dopuści Maskę do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem / - dł. Drenu 200cm – dla dorosłych, czysta mikrobiologicznie?
Zamawiający dopuszcza.
- 230. Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 4** - Czy zamawiający dopuści Maskę do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem / - dł. Drenu 200cm – dla dzieci, czysta mikrobiologicznie?
Zamawiający dopuszcza.
- 231. Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 5** - Czy zamawiający dopuści Maskę do podawania tlenu z drenem dla dorosłych, czysta mikrobiologicznie?
Zamawiający dopuszcza.
- 232. Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 6** - Czy zamawiający dopuści Maskę do podawania tlenu z drenem dla dzieci, czysta mikrobiologicznie?
Zamawiający dopuszcza.
- 233. Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający wymaga produkty wolne od szkodliwych ftalanów DEHP. Substancje te są powiązane z toksycznym wpływem na układ hormonalny, reprodukcyjny oraz rozwój dzieci. Ftalany mają szkodliwy wpływ na zmiany hormonalne (działanie endokryjne) co prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak bezpłodność, nowotwory hormonozależne czy choroby metaboliczne. Wyroby medyczne bez ftalanów eliminują to ryzyko.
Zamawiający dopuszcza.
- 234. Dotyczy Pakietu Nr 63, poz. 1** - Czy zamawiający dopuści Kołnierz wykonany z polipropylenu i pianki polietylenowej, nie wchłaniający wody, krwi, etc . Nietoksyczny i hypoalergiczny, przepuszczalny dla promieni X, nie powodujący zakłóceń w RTG i MRI. Możliwość regulacji wysokości kołnierza i otworu do swobodnego wykonania konikotomii.
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 235. Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 1** - Czy zamawiający dopuści Maski do Ambu, twarzowa posiada delikatny ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy mankiet zapewniający doskonałą

szczelność maski przy minimalnym ucisku. Przejrzysta kopuła umożliwi obserwację ust pacjenta. Nie zawiera lateksu i ftalanów: rozm. pediatryczna 0,1,2, dla dorosłych 3- mała, 4- średnia, 5- duża.

Zamawiający dopuszcza.

236. Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga maski kompatybilne ze środowiskiem MRI (rezonansu magnetycznego) ?

Zamawiający dopuszcza.

237. Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS, pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie wyraża zgody.

238. Pakiet Nr 14, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm

1 x strzykawka 20 ml

1 x woda destylowana w ampułce 20 ml**

1 x żel poślizgowy w saszetce

1 x kleszczyki plastikowe 14 cm

1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm z otworem o Ø10 cm

1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm

Opakowanie typu sztywny blister, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki

Zamawiający dopuszcza

LUB

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrilowych, rozmiar M

1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm

1 x kleszczyki plastikowe 14 cm

5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm

4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

1 x serweta 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm

1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 ml

1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml

Opakowanie typu sztywny blister, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki

Zgodnie z zapisami SWZ.

239. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów spełniających definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodnie z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37?

Zamawiający dopuszcza.

240. Dotyczy Pakietu Nr 19, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnych jałowych zbiorników o tej samej funkcjonalności bez wewnętrznego systemu komór, kompatybilnych z

systemem terapii podciśnieniowej, co przekłada się na ich niższą wagę ułatwiając mobilność pacjenta podczas terapii? Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

241. Dotyczy Pakietu Nr 52, poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania czepka typu beret?

Tak.

242. Dotyczy Projektu umowy § 2, ust. 15 - Wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 9, ust. 1 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy

Zamawiający nie wyraża zgody.

243. Dotyczy Projektu umowy § 9, ust. 1 - Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §9 ust. 1, pkt.1 do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia;
- §9 ust. 1 pkt. 2 do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia;
- §9 ust. 1 pkt. 3 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części zamówienia;

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Zamawiający nie wyraża zgody.

244. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena o parametrach:

- trójdrożna, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania.
- balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek)
- balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk)
- pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów

- elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków
- przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem
- lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu
- podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przezroczysty; przełyk - niebieski)
- nadrukowana podziałka co 5 cm
- opakowanie sterylne
- metoda sterylizacji: tlenek etylenu

Rozmiar	Długość	Przeznaczenie
CH 14	105 cm	dla dorosłych
CH 16	105 cm	dla dorosłych
CH 18	105 cm	dla dorosłych
CH 21	105 cm	dla dorosłych
CH 14	65 cm	dla dzieci

Zgodnie z zapisami SWZ.

245. Dotyczy Pakietu Nr 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty ustnik?

Zamawiający dopuszcza.

246. Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 20G/19mm z drenem 23cm?

Zamawiający dopuszcza.

247. Dotyczy Pakietu Nr 37, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści myjkę o grubości 0,2cm, wykonana z poliestru o gramaturze 100g/m² w części przedniej oraz 70g/m² w części tylnej?

Zgodnie z zapisami SWZ.

248. Dotyczy Pakietu Nr 37, poz. 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości stosowania myjek u niemowląt?

Zgodnie z zapisami SWZ.

249. Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ostrze pokryte chromem?

Zgodnie z zapisami SWZ.

250. Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane po 50 sztuk z przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuszcza.

251. Dotyczy Pakietu Nr 62, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za op. a'80 sztuk z przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuszcza.

252. Dotyczy Pakietu Nr 63, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kołnierz wykonany z tworzywa polipropylenowego oraz gąbki polietylenowej?

Zgodnie z zapisami SWZ.

253. Dotyczy Pakietu Nr 64, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podglówek o wymiarach 48x19cm?
Zamawiający dopuszcza.

254. Dotyczy Pakietu Nr 65, poz. 1 - Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga wyceny za komplet?
Tak.

255. Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach:

ROZMIAR	PRZEZNACZENIE
0	noworodek
1	niemowlę
2	dziecko
3	dorosły S / dziecko
4	dorosły M
5	dorosły L
6	dorosły XL

Zamawiający dopuszcza.

256. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści skalę do 2,5ml?
Zgodnie z zapisami SWZ.

257. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 3 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści skalę do 11ml?
Zgodnie z zapisami SWZ.

258. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 dopuści kaniulę z 6 paskami kontrastującymi w RTG?
Zgodnie z zapisami SWZ.

259. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 dopuści rozmiar:
0,9x25mm,
1,1x25mm i 32mm
1,3x32mm i 45mm,
1,5x45mm,
1,7x45mm,
2,1x45mm.

Zgodnie z zapisami SWZ.

260. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 2 i 3 dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk?
Zamawiający dopuszcza.

261. Dotyczy Pakietu Nr 64, poz. 1 - 6 - Czy Zamawiający dopuści pozycjonery żelowe wykonane 100% z poliuretanu, pokryte wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy, nie zawierają silikonu, lateksu, ftalanów. Wyroby wielokrotnego użytku, posiadają przezierność RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni C) oraz schłodzenia (do 0 stopni C). Łatwe w dezyn-fekcji (środki alkoholowe do 70%). Wyrób medyczny klasy I.?
Zamawiający dopuszcza.

262. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pisząc: (..) “całość bez zawartości ftalanów informacja na opakowaniu jednostkowym” ma na myśli piktogramy o braku

zawartości lateksu, DEHP, BBP, DBP fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ.

263. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby przyrządy były pakowane w opakowanie jednostkowe folia-papier (1 szt.) z fabrycznie umieszczonym na tym opakowaniu kodem kreskowym UDI, co ułatwia obsługę procesów logistycznych i gospodarkę magazynową Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

264. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych - światłoodporny /bursztynowy, czarny lub mleczny/z workiem, pakowanym osobno Worek służy do osłony płynu przed światłem, wymiary worka 200-210mm x 300-310 mm (dł. min. 5 cm w części przezroczystej dren dł. min. 150cm - op. folia/papier, całość wolna od ftalanów DEHP, BBP, DBP (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na zabezpieczenie igły znajdujące się z boku zaciskacza, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne, pak. folia-papier, sterylny
Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wycenę worka i przyrządu w 2 osobnych pozycjach ze względu na inne stawki VAT: przyrząd - 8 %, worek –23%

Zgodnie z zapisami SWZ.

265. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego polimeru (bez PCV) o długości 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa z ABS, ścięta dwupłaszczyznowo. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), dren o dł. 180 cm, sterylny filtr hydrofobowy na końcu drewnu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drewnu podczas jego wypełniania 1,2 mikrona; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drewnu po opróżnieniu pojemnika; wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 150 szt.

Zgodnie z zapisami SWZ.

266. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1 - Czy dla mniejszego ryzyka zakażenia kaniule mają posiadać górny port z blokadą przed otwarciem poprzez obrót koreczka o 180 stopni?

Zamawiający dopuszcza.

267. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1 - Czy dla ochrony przed wynaczynieniem i większej stabilności kaniuli port górny ma być w całości umieszczony na podstawie ze skrzydełek mocujących?

Zamawiający dopuszcza.

268. Dotyczy Pakietu Nr 12 - Czy dla pewności bezpieczeństwa procedury aplikatory mają posiadać raport z badania potwierdzający sterylność zawartości opakowania nawet po 14 dniach przy pracy w środowisku skażonym mikrobiologicznie?

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1003734>