

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

ZP/p/2/2024

Poznań, dnia 15.03.2024 roku

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych”.

SPROSTOWANIE NR 2 WYJAŚNIENIŃ TREŚCI SWZ Nr 2

Z DNIA 13.03.2024 r.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, publikuje treść zapytania wraz z sprostowaniem nr 2 udzielonych wyjaśnień nr 2 z dnia 13.03.2024 r.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie 3 – dotyczy części nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu w następującym składzie:

Papier 80x100cm (owinięcie zestawu) 1 szt.

Kaniuła jednorazowa różowa ze szlifem fasetkowym, 18 g (1,2 mm) 50 mm – 1 szt.

Kaniuła jednorazowa zielona ze szlifem fasetkowym, 21g (0,8 mm) 80 mm – 1 szt.

Skalpel jednorazowy nr. 10 – 1 szt.

Imadło chirurgiczne 14cm – 1 szt.

Pęseta standardowa, tworzywo sztuczne, niebieska 13 cm – 1 szt.

Strzykawka 2-częściowa 10ml – 1 szt.

Miska dwukomorowa 24x11x4,5cm – 1 szt.

Kompresy gazowe 10 x 10, 8-warstwowe 10 x 10 cm - 4 szt.

Tupfer gazowy z elementem RTG – 4 szt.

Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną 10x15cm – 1 szt.

Narzędzie plastikowe typu Kocher 19cm – 1 szt.

Serweta nieprzylepna 2-warstwowa 45x75cm – 1 szt.

Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa 75x90cm, samoprzylepny otwór o śr. 8cm – 1szt.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt z zastrzeżeniem: igły max 40-50m, serweta może mieć większy rozmiar (Wykreślono ostatnie zdanie, które omyłkowo zostało wpisane przez Zamawiającego w sprostowaniu wyjaśnień treści SWZ nr 2 z dnia 14.03.2024 r.).

Pytanie 4 – dotyczy części nr 32 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu w następującym składzie:

Serweta 68x70cm (owinięcie zestawu) – 1 szt.

Tupfer z gazy opatrunkowej duży 20-nitkowy gr. 5 – 3 szt.

Kompres gazowy 7,5 x 7,5cm 8-warstwowy – 5 szt.
Pęseta standardowa, tworzywo sztuczne, niebieska 13 cm – 1 szt.
Imadło chirurgiczne 14cm – 1 szt.
Nożyczki metalowe proste ostro-ostre – 1 szt.
Serweta 2-warstwowa 50 x 60 cm z otworem o średnicy 6 cm – 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt z zastrzeżeniem: otwór w serwecie w zakresie 8-10cm, serweta może mieć większy rozmiar (Zmieniono odpowiedź poprzez dodanie „serweta może mieć większy rozmiar”).

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
A. Waraczewska
mgr inż. Aleksandra Waraczewska

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: A. Waraczewska