

# Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

DZP-RJ-PN.004.2021

Załącznik 1.9 do SWZ

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 9 – Kapnometr

1.	<b>Kapnometr 20 szt.</b>
2.	Marka i typ oferowanego kapnometru (podać w formularzu ofertowym oraz w formularzu parametrów oferowanych)
3.	Zakres pomiarowy: EtCO <sub>2</sub> - 0-99 mmHg Częstotliwość oddechu 3-150 odd/min Wyświetlana krzywa pletyzmograficzna (krzywa CO <sub>2</sub> ) Przycisk wyciszenia alarmu Predefiniowane alarmy bezdechu, niskiego i wysokiego poziomu EtCO <sub>2</sub> , Kapnometr wyposażony w funkcję autotestu
4.	Możliwość podłączenia pomiędzy rurką intubacyjną, rurką krtaniową lub maską twarzową, a workiem resuscytacyjnym lub przewodem pacjenta dowolnego respiratora
5.	Temperatura pracy od 0 C do + 40 st. C
6.	Wyświetlacz numeryczny LED
7.	Alarmy przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu EtCO <sub>2</sub>
8.	Zasilanie bateryjne
9.	Waga urządzenia max. 65 g (bez baterii)
10.	Urządzenie wielokrotnego użytku z wymiennymi jednorazowymi złączkami oddechowymi
11.	Wyświetlacz z możliwością pracy w warunkach nocnych
12.	Wskaźnik/wyświetlacz częstości oddechów
13.	Wskaźnik stanu rozładowania baterii
14.	Wykonany z materiałów zmywalnych umożliwiających użycie środków dezynfekcyjnych.
15.	Gwarancja min. 24 miesiące
16.	Serwis sprzętu na terenie Polski.
17.	Zestaw 20 szt. jednorazowych złączek oddechowych