

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 35
66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz 12.12.2024

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych **dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego, (nr sprawy ZP/P/16/24)**,

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

1	Kleszcze laparoskopowe typu KELLY, długość bransz 22 mm, obie ruchome, średnica 5 mm, długość robocza 33 cm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt.
2	Kleszcze laparoskopowe, chwytne, bransze o długości 24mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, z zapinką, średnica 5mm, długość robocza 33cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt.
3	Kleszcze laparoskopowe, chwytające, atraumatyczne, monopolarne o długości bransz 30 mm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt.
4	Nożyczki laparoskopowe, ostrza zakrzywione, ząbkowane, długość bransz 15-20 mm, dwie bransze ruchome, śred. 5mm, izolowane, uchwyt z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 33cm, obrotowe, autoklawowalne – 2 szt
6	Kleszcze laparoskopowe, chwytające, atraumatyczne, bransze o długości 33mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, z zapinką, śred. 5mm, długość robocza 36cm, jedna bransza ruchoma, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt.
7	Rurka ssąco-płuczająca z otworami bocznymi, powierzchnia antyodblaskowa, obrotowy zawór dwudrożny, średnica 5mm, długość robocza 33 cm, z adapterem, autoklawowalna – 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza na powyższe oraz pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

2. Dotyczy Dodatku nr 2 do SWZ Pakiet nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierekondycjonowany nie powystawowy i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z rokiem produkcji 2023/2024? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

3. Dotyczy Pakietu nr 4 wzór umowy §7 ust.6. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

4. Dotyczy Pakietu nr 4 - Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika lub naturalnego zużycia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

5. Dotyczy Pakietu nr 4 wzór umowy §7 ust.7. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu napraw w okresie gwarancji do 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe oraz pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

6. Dot. wzoru umowy §8 ust. 1.a. - Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kar umownych z tytułu zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy do 1% wartości brutto za każdy dzień rozpoczęty dzień zwłoki dla Pakietu nr 4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe oraz pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

7. Dot. wzoru umowy §8 ust. 1.e. - Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kar umownych z tytułu niezadowolonej reklamacji w terminie do 1% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień rozpoczęty dzień zwłoki dla Pakietu nr 4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe oraz pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

8. Dot. wzoru umowy §8 ust. 1.f. - Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zmieni sposób naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w reakcji serwisu na zgłoszenie na 50zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla Pakietu nr 4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe oraz pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

9. Dot. wzoru umowy §8 ust. 4. - Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną wysokość kar umownych do 40% wartości brutto umowy dla Pakietu nr 15? Obecna wysokość kar jest wygórowana i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe oraz pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

10. Czy w związku z ogólnoswiatową mobilizacją do ochrony środowiska, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia do dostawy instrukcji obsługi w wersji papierowej i tym samym wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w wersji elektronicznej dla Pakietu nr 4?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

11. **Pakiet nr 2 Poz. 1** Czy Zamawiający dopuści głowicę grzewczą z promiennikiem ceramicznym zapewniającym równomierne nagrzewanie powierzchni materaca z mocą grzewczą w zakresie 0-600W? Możliwość odchylenia promiennika w obie strony umożliwia wykonanie zdjęcia RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

12. **Pakiet nr 2 Poz. 15** Czy Zamawiający dopuści stanowisko o wymiarach: 1150mm x 630mm x 1820 mm z zakresem regulacji łóżeczka 90-110 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

13. **Pakiet nr 2 Poz. 17** Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez możliwości rozbudowy o EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

14. Pytanie dotyczy umowy zał. 8- § 2 Termin realizacji- Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 10 tygodni od podpisania umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

15. Pytania do zapisów SWZ: Dotyczy rozdziału VII (termin realizacji): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

16. Pytania do zapisów wzoru umowy: Dotyczy paragrafu 2, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

17. Pytania do zapisów wzoru umowy: Dotyczy paragrafu 5, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

18. Pytania do zapisów wzoru umowy: Dotyczy paragrafu 7, ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

19. Pytania do zapisów wzoru umowy: Dotyczy paragrafu 8, ustęp 1, podpunkt a) i e): W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

20. Pytania do zapisów wzoru umowy: Dotyczy paragrafu 8, ustęp 1, podpunkt d) i g): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie d) i g) do 100,00 zł za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

21. Pytania do zapisów wzoru umowy: Dotyczy paragrafu 8, ustęp 1, podpunkt b) i ustęp 2: W celu równego traktowania stron umowy, zwracamy się z prośbą o ujednoczenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

22. Pytania do zapisów wzoru umowy: Dotyczy paragrafu 8, ustęp 4: *Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Dodatkowo wskazujemy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania kar rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie przewidzianym we wzorze Umowy jest sprzeczne z celem i istotą tego postępowania. W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej maksymalnie do wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

23. Pytania do zapisów wzoru umowy: Dotyczy paragrafu 8, ustęp 1, podpunkt f): W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru. W szczególności zwracamy uwagę Zamawiające, że naliczanie kar za zwłokę w reakcji serwisowej lub naprawie gwarancyjnej **za każdą godzinę opóźnienia**

jest wymogiem znacząco odbiegającym od standardów rynkowych – Przyjęte jest naliczania kar za: „każdy dzień zwłoki”. W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych oraz ich dostosowanie do przyjętego w branży poziomu i brzmienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

24. Pytania do pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności i uwzględni zaproponowaną punktację, wysokiej klasy inkubatora otwartego z modułem do resuscytacji o parametrach poniżej oraz:

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Inkubator otwarty (stanowisko do resuscytacji) o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej.	TAK	
2.	Min. dwa koła wyposażone w hamulce	TAK	
3.	Zasilanie 230 V	TAK	
4.	Moduł podnośnika elektrycznego realizujący płynną regulację położenia materacyka względem poziomu podłogi	TAK	
5.	Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, typu LCD do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych z wyświetlanym tekstem w języku polskim. Obrazowanie przebiegów krzywych.	TAK	
6.	Przycisk pomocy z wyświetlaniem na ekranie inkubatora informacjami na temat alarmów, funkcjonalności inkubatora, informacji o urządzeniu.	TAK	
7.	Menu aparatu w j. polskim	TAK	
8.	Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie min. +/-12°.	TAK	
9.	Poziomica wskazująca pozycję leża	TAK	
10.	Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora.	TAK	
11.	Znacznik położenia kasety na stoliku i szufladzie	TAK	
12.	Wyciszenie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych.	TAK	
13.	Możliwość włączenia/ wyłączenia wyciszenia alarmów w sposób bezdotykowy	TAK	
14.	Alarmy akustyczne i optyczne	TAK	
15.	Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100) %, moc min. 300W	TAK	
16.	Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kontem po stronie panelu	TAK	

	sterującego (nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca komfort przy pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku oraz zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka		
17.	Lampa zabiegowa wbudowana umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta stanowiąca integralną część urządzenia, min. 2000 lux, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia (rozbudowy stanowiska zwiększającego jego gabaryty)	TAK	
18.	Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora	TAK	
19.	Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie min. od 35 do 37 °C	TAK	
20.	Manualna regulacja temperatury	TAK	
21.	Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta w zakresie min. od 34 do 40 °C z dokładnością czujnika $\pm 0,1$ °C	TAK	
22.	Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka	TAK	
23.	Stanowisko wyposażone w stoper APGAR wyświetlający upływający czas (po 1, 5, 10 minutach) oraz okresowo dźwięk przypominający o ocenie punktacji APGAR noworodka. Możliwość wł./wyl. tej funkcji	TAK	
24.	Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH ₂ O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP.	TAK	
25.	Ssak z regulacją siły ssania oraz manometrem wbudowany w główny panel sterujący inkubatora otwartego	TAK	
26.	Wbudowane w stanowisko gniazdo do podłączenia czujnika saturacji w technologii typu Masimo	TAK- 20 pkt NIE- 0 pkt	
27.	Możliwość wyboru na etapie konfiguracji sprzętu technologii saturacji spośród Masimo lub Nellcor	TAK	
28.	Funkcja wyświetlania krzywej pletyzmograficznej.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
29.	Możliwość rozbudowy o wbudowany w stanowisko pomiar częstości rytmu serca z EKG oraz wyświetlaniem krzywej EKG. Dołączyć przewód do podłączenia elektrod – 1 szt. Pomiar HR, niezależny od pomiaru z czujnika saturacji.	TAK	
30.	Możliwość rozbudowy o pomiar tętna uzyskany z pomiaru EKG w przeciągu < 7s	TAK	

31.	Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport	TAK	
32.	Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia	TAK	
33.	Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu	TAK	
34.	System szuflad-pojemników o obciążeniu min. 6,5kg	TAK	
35.	Szuflada wysuwana na obie strony inkubatora prawa i lewą	TAK	
36.	Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego	TAK	
37.	Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury- 2szt/stanowisko.	TAK	
38.	Wbudowana waga od min 300 g do 8kg	TAK	
39.	Obrazkowa instrukcja procesu ważenia na ekranie inkubatora	TAK	

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

25. Dotyczy zadania 3: Pytanie 1 dotyczy pozycji „Ładowarka akumulatorów minimum dwustanowiskowa z możliwością montażu w przedziale medycznym ambulansu. Możliwość ładowania akumulatorów z AC 230V lub DC 12V”. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, który wykorzystuje zewnątrz ładowarkę do akumulatorów, wyposażoną w gniazdo magnetyczne dzięki czemu minimalizujemy ryzyko uszkodzenie gniazda ładowania akumulatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

26. Dotyczy zadania 3: Pytanie 2 dotyczy pozycji „Zakres wzmocnienie sygnału EKG min. od 0,25-4cm/Mv, min. 8 poziomów”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora oferującego wzmocnienie sygnału EKG na poziomach 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto, który dostosowuje wielkość krzywej EKG tak by zapis EKG o największej amplitudzie zajmował 50% miejsca dostępnego na ekranie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

27. Dotyczy zadania 3: Pytanie 3 dotyczy pozycji „Dostarczana energia w zakresie min. 5 – 360 J”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora umożliwiającego defibrylację asynchroniczną oraz synchroniczną w zakresie energii od 2 do 200 J przy zaoferowaniu 43 poziomów energii, przy zastosowaniu kondensatorów generujących wyższe napięcie, oraz zakresie pomiaru impedancji 15 Ω do 600 Ω co pozwala na osiągnięcie tego samo efektu klinicznego przy użyciu niższych energii. Najnowsze badania oraz wytyczne wskazują, że obydwie protokoły są równoważne. Główna różnica polega na kształcie krzywej defibrylacji oraz osiąganych przez nią wartościach czasu, natężenia oraz napięcia. Istotnym elementem jest również to, że w przypadku użycia niskoenergetycznego protokołu, szczytowe natężenie prądu jest bardzo zbliżone do średniego natężenia, co pozwala na ograniczenie ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego podczas zabiegu elektroterapii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

28. Dotyczy zadania 3: Pytanie 4 dotyczy pozycji „Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie defibrylatora umożliwiającego stymulację w zakresie natężenia od 0 do 150 mA.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

29. Pytanie 5 dotyczy ogólnych warunków SWZ- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 4 do 6 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

30. Pakiet nr 2 - Ad2.Czy zamawiający dopuści aby: urządzenie nie posiadało funkcji kangurowania ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

31. Pakiet nr 2 - Ad.3. ekran o przekątnej 8 cali ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

32. Pakiet nr 2 - Ad.5. urządzenie bez funkcji CPR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

33. Pakiet nr 2- Ad.9. regulacja kąta nachylenie stanowiska odbywała się za pomocą jednego przycisku ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

34. Pakiet nr 2- Ad.15. wymiary urządzenia opuszczonego wynosiły 119cm x 64cm x 180 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

35. Pakiet nr 2- Ad.15. wymiar urządzenia 100cm x 62 cm x 201cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 do SWZ

Do powyższego pisma Zamawiający dołącza:

- dodatek nr 2 do SWZ- Załącznik cenowy wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia po zmianach.
- dodatek nr 5 do SWZ- Wzór umowy po zmianach.

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

W przypadku, kiedy Zamawiający nie dołączył do powyższego pisma dodatku nr 2 do SWZ – Załącznik cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia po zmianach na Wykonawcy ciąży obowiązek zaznaczenia zmian/ dopuszczenia zaoferowanego produktu.

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Zatwierdził:
/podpis na oryginale/